



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia 07.05.2019 r.

L.dz. EZP.3820.265.2019

Znak sprawy ZP/PN/2019/24-ortopedia

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem implantów – endoprotez biodrowych, płyt do osteotomii, implantów do złamań okołoprotezowych oraz sprzętu jednorazowego do zabiegów artroskopowych kolana dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego ZP/PN/2019/24 – ortopedia zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1, pakiet nr 1

Czy dopuścicie Państwo endoprotezy o poniższych parametrach w Pakiecie 1?

Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z dwoma bocznymi wypustkami (pozostałe elementy bez zmian); wymiennie dostępny: Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzykowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo piaskowany. Kąt szyjkowo-trzonowy 131°. Trzpień dostępny w minimum 12 rozmiarach standardowych i 12 rozmiarach lateralizowanych o kącie 134°. (wszystko pozostałe bez zmian)

Trzpień w minimum 10 rozmiarach 2 wersjach: standardowej, lateralizowanej. (pozostałe elementy bez zmian), opcjonalnie: trzpień bezcementowy o przekroju prostokątnym, zwężający się dystalnie, trzpień wykonany ze stopu tytanowego w dwóch wersjach: standardowej z kątem szyjkowo-trzonowym 132° w min.13 rozmiarach i lateralizowanej 127,5° w 13 rozmiarach. (pozostałe elementy bez zmian)

Panewka bezcementowa sferyczna, Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką warstwą hydroksyapatytu. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek ceramicznej lub PE lub PE z wit. E lub chromokobaltowej dual mobility (pozostałe elementy bez zmian)

Zaślepka apikalna do panewki niepotrzebna – zamknięciem centralnym jest centralizer na wkładce.

Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm,

Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE stabilizowanego witaminą E, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm.

Głowy CoCr o średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm,

Śruby panewkowe śr. 6.5mm

Wszystko nieujęte w powyższym opisie pozostają bez zmian.

Odpowiedź 1: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2, pakiet nr 2

Czy dopuścicie Państwo endoprotezy o poniższych parametrach w Pakiecie 2?

Trzpień typu Muller, prosty, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący - nie wymagający stosowania centralizatora. Dostępny w minimum 10 rozmiarach i 2 opcjach offsetowych.

Metalowa czasza bipolarna w średnicach zewnętrznych od 40mm do 57mm ze skokiem co 1mm. Implant wyposażony w montowany śródoperacyjnie polietylenowy pierścień blokujący komponent głowy. Wkładka polietylenowa umożliwiająca zatrzaśnięcie głów 28mm w 6 rozmiarach.

Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm i 36 mm. w min. 6 długościach szyjki

Panewka bezcementowa sferyczna, podwójnie-mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), dostępna w minimum 9 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz.

Wkładki panewkowe do czaszy podwójnie mobilnej, wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzaśnięcia głów 22mm i 28 mm.

Panewka polietylenowa, cementowana, z dwoma znacznikami RTG, typu Muller do głowy 28mm, 32mm. Średnica zewnętrzna od 40mm do min. 58mm, ze skokiem co 2mm.

Odpowiedź 2: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3, pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ w pakiecie nr 1 asortyment równoważny o charakterystyce:

Punkt 1: Trzpień przynasadowy endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym (specyficzna dla rozmiaru przyśrodkowa krawędź przylegająca do łuku Adamsa); stożek o zredukowanej geometrii w stosunku do stożka tzw. „eurokonus” dla zwiększenia zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego

Punkt 2: Trzpień przynasadowy endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym (specyficzna dla rozmiaru przyśrodkowa krawędź przylegająca do łuku Adamsa); stożek o zredukowanej geometrii w stosunku do stożka tzw. „eurokonus” dla zwiększenia zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka konfliktu szyjkowo-panewkowego

Punkt 3: Panewka pierwotna, pressfitowa, poszerzona na równiku o wartość 1,8mm dla zwiększenia siły pierwotnej fiksacji w pierścieniu kostnym i zredukowania potencjalnych przeciążeń w dnie panewki; w 2 opcjach – pełna i otworowa; średnice zewnętrzna 44-72mm; pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem; posiada uniwersalny mechanizm blokowania wkładki (polietylenowa, ceramiczna i metalowa)

Punkt 4: Panewka pierwotna, pressfitowa, poszerzona na równiku o wartość 1,8mm dla zwiększenia siły pierwotnej fiksacji w pierścieniu kostnym i zredukowania potencjalnych przeciążeń w dnie panewki; w 2 opcjach – pełna i otworowa; średnice zewnętrzna 44-72mm; pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem; posiada uniwersalny mechanizm blokowania wkładki (polietylenowa, ceramiczna i metalowa)

Punkt 5: zaślepka centralna do panewki

Punkt 6 i 7: wkładki panewkowy polietylenowy standardowy z polietylenu wysoko usieciowanego o zwiększonych parametrach odporności na ścieranie i utlenianie dzięki trzykrotnemu procesowi radiacji i anielingu bez dodatków organicznych; z okapem zwiększającym pokrycie głowy protezowej dla głów 28 i 32mm lub symetryczne i asymetryczne dla głów 36mm oraz symetryczny dla głów 40mm

Punkt 8: wkład ceramiczny dla głów 28-32-36mm, średnica wewnętrzna rosnąca wraz ze średnicą panewki

Punkt 9: Głowy CoCr o podwyższonej gładkości, stożek kompatybilny z oferowanym systemem trzpieni w średnicach 22-28-32-36-40mm

Punkt 10: głowy ceramiczne Alumina w średnicach 28-32-36mm w 3 długościach szyjki

Punkt 11: śruby panewkowe śr. 6,5mm i długości 16-20-25-30-35-40-45-50-55-60mm

Odpowiedź 3: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4, pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ w pakiecie nr 1 asortyment równoważny o charakterystyce:

Punkt 1: kable z plecionki stalowej o średnicy 2,0mm i długości 500mm; plecionka 7x7 kabli, zakończona oliwką z zaciskiem; dostępne kable bez zacisku

Punkt 2: zacisk do kabla pozwalający na umocowanie naprężonego kabla

Punkt 3 i 4: płyty stalowe proste, 3, 5, 7 i 9 otworowe

Punkt 5 i 6: płyty krętarsze stalowe w długościach 110-210mm, przelotki na kable w poprzeczkach płyty

Punkt 7: instrumentarium wraz z dynamometrycznym napinaczem kabla w użyczeniu

Odpowiedź 4: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5, pakiet nr 2

Czy zamawiający zachowując zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców dopuści w pakiecie 2 – endoprotezy stawu biodrowego bipolarne, asortyment o następujących parametrach:

Pozycja	Opis przedmiotu	Ilość
1	Trzpień prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138° oraz Trzpień prosty, lateralizowany, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 5 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°. Trzpień prosty, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 135°, w części proksymalnej wyposażony w skrzydełka spełniające funkcję kołnierza.	120
2	Głowa bipolarna o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm.	120
3	Głowa w średnicy 22, 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu CoCrMo w 4 długościach	120
4	Panewka antyluksacyjna bezcementowa w 12 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 42mm-64mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatytem i panewka cementowana ze stopu CoCrMo w 11 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 44mm - 64mm ze skokiem co 2 mm.	80
5	Głowa 2M wykonana z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22mm, 28mm i 32mm rosnącej wraz ze średnicą panewki.	80

6	Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32mm, w wersji standard, zatrzaskowej oraz panewki z 10-cio stopniowym okapem opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28mm w wersji standard i z 10-stopniowym okapem.	40
7	Instrumentarium i napęd, na czas trwania umowy, w bezpłatne użyczenie. Wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi. Ostrze piły w cenie implantu do każdego zabiegu.	x

Odpowiedź 5: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6, pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści Głowa Bi-Polarna wykonana z metalowej czaszy w rozmiarach od 44 mm do 72 mm średnicy zewnętrznej i 28mm wewnętrznej (od 44 mm do 55 mm ze skokiem co 1 , od 58 mm do 72 ze skokiem co 2mm), wyposażona w jednoczęściowy mechanizm zamykający ?

Odpowiedź 6: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7, pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści głowy metalowe CoCr 28mm, 32mm w 5 rozmiarach długości szyjki S,M,L,XL,XXL ?

Odpowiedź 7: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8, pakiet nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wkładki panewkowe do czaszy dwumobilnej, wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzaśnięcia głów 22,2mm i 28 mm ?

Odpowiedź 8: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9, pakiet nr 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści panewka polietylenowa, cementowana, z dwoma znacznikami RTG, typu Muller do głowy 28mm i 32mm. Średnica zewnętrzna od 36mm do min. 64mm, ze skokiem co 2m ?.

Odpowiedź 9: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10, pakiet nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź 10: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11, pakiet nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź 11: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12, pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział pakietu nr 7, w pkt.3 w następujący sposób:

1. Kaseta jednorazowa-
2. Kaseta dobowo-
3. Dreny do pacjenta-

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji jakie ilości Zamawiający przewiduje w przypadku pkt.2 Kasety dobowej oraz pkt.3 Dreny do pacjenta ?

Odpowiedź 12: W zakresie pakietu nr 7 pozycja 3 zamawiający wymaga: Kasetę jednorazową z drenami. Ilość bez zmian.

Zamawiający zamieści na stronie bip.scm.pl zmodyfikowany załącznik nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie pakietu nr 7 poz. 3.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu **07.05.2019 r.** na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalistyczny Zespół Szkół
im. św. Jana Pawła II
DIREKTOR
ds. Administracyjno-Technicznych
Jerzy Didyk

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów

