



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia 30.07.2019 r.

L.dz. EZP.3820.368.2019

Znak sprawy ZP/PN/2019/50-dezynfekcja

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych do Apteki Szpitalnej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego ZP/PN/2019/50 – dezynfekcja zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1, pakiet 7, poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli z pak 7 poz. 4 celem zaoferowania korzystnej oferty cenowej.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody na podział i zmiany w pakiecie.

Pytanie 2, pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 7 poz 1, wyrobu medycznego Granudacyn - wodny roztwór nadtlenkowy o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 50 ppm kwasu podchloraowego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości 500ml. Powyższa zmiana nie zmienia skuteczności preparatu.

Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie.

Pytanie 3, pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 7 poz 2, wyrobu medycznego Granudacyn - wodny roztwór nadtlenkowy o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 50 ppm kwasu podchloraowego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości 1000ml w ilości 15 op. Powyższa zmiana nie zmienia skuteczności preparatu.

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie.

Pytanie 4, pakiet 7, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 7 poz 3, wyrobu medycznego Granudacyn - żel nadtlenkowy o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 50 ppm kwasu podchloraowego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości 250 g. Powyższa zmiana nie zmienia skuteczności preparatu.

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie.

Pytanie 5, formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 1 (pakiet 4)

Prosimy o wyjaśnienie zapisu: „Zamawiający wymaga prezentacji produktów przez dostawcę z udziałem personelu szpitala”

Czy Zamawiający miał na myśli prezentację produktów po podpisaniu umowy w ustalonym, dogodnym terminie?

Odpowiedź 5: Tak, Zamawiający miał na myśli prezentację produktów po podpisaniu umowy, w trakcie spotkania w ustalonym terminie, aby personel mógł się zapoznać z tymi produktami (spektrum działania, przygotowania, zastosowanie).

Pytanie 6, pakiet 5 poz. 16

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 16 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura chusteczki 23g/m²?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura chusteczki 23g/m²?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura chusteczki 23g/m²?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie.

Pytanie 7, pakiet 5 poz. 18

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 18 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach

noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura chusteczki 23g/m²?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura chusteczki 23g/m²?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura chusteczki 23g/m²?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura chusteczki 70g/m²?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie.

Pytanie 8, pakiet 6 poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 7 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura chusteczki 70g/m²?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie.

Pytanie 9, pakiet 6 poz. 8 i 9

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 6 poz. 8 i 9 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?
lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie.

Pytanie 10

Wzór umowy par. 6 ust. 6.3. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % wartości (...), lecz nie mniej niż 100 zł" na zapis: "(...) w wysokości 0,5 % wartości (...), lecz nie mniej niż 20 zł".

Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 11, pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści emulsję do higienicznego i chirurgicznego mycia na bazie octenidyny do włosów i ciała, nie zawierającą środków zapachowych i barwiących, bez mydła, do toalety ciała pacjentów przed zabiegami operacyjnymi. Opakowanie 1 l. Kosmetyk o stawce vat 23 %.

Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie.

Pytanie 12, pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści preparat do płukania jamy ustnej na bazie dichlorowodorku octenidyny. Zawierający substancje odświeżające jamę ustną oraz substancję o właściwościach antybakteryjnych. Gotowy do użycia. Opakowanie 250 ml. Kosmetyk o stawce vat 23 %.

Odpowiedź 12: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie.

Pytanie 13, pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci rękawic myjących nasączonych dichlorowodorkiem octenidyny, przeznaczony do mycia i dekontaminacji pacjentów bez konieczności spłukiwania. Do stosowania podczas mycia i dekontaminacji pacjentów przed zabiegami operacyjnymi, higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, szczególnie na oddziałach intensywnej opieki medycznej, zakaźnych i oparzeniowych. Opakowanie 10 szt. Kosmetyk o stawce vat 23 %.

Odpowiedź 13: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie.

Pytanie 14, pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lekko alkalicznego koncentratu o wysokiej wydajności i skuteczności, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych, skutecznie usuwającego zanieczyszczenia organiczne, takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i zabrudzenia zawierające tłuszcze. Preparat przeznaczony jest do maszynowego mycia sztywnych, giętkich endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców, posiada kompatybilność materiałową w stosunku do m. in.

aluminium i tworzyw sztucznych. Nie wymaga neutralizacji. Produkt zawiera: anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5% polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji. Nie zawiera glicerolu. Wyrób medyczny. Opakowania a 5 L lub 20 L. Użyczenie systemu dozującego zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 14: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie.

Pytanie 15, pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny środków przeznaczony do neutralizacji, przygotowania do ponownego użycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Produkt zawiera w składzie kwas fosforowy. Zastosowanie preparatu pozwala zapobiegać przenoszeniu pozostałości alkaliów. Preparat przeznaczony jest do gruntownego mycia narzędzi oraz komór myjni dezynfektorów. Nadaje się do kwaśnego wstępnego mycia narzędzi, oraz mycia w manualnej kąpeli zanurzeniowej. Materiały i przedmioty poddawane działaniu preparatu należy sprawdzić pod względem ich odporności na działanie kwasów. Wyrób medyczny, opakowanie a 6 kg (płynny koncentrat) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, lub 20 L. Użyczenie systemu dozującego zgodnie z SIWZ.

Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg?

Odpowiedź 15: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie.

Pytanie 16, pakiet 4 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich i sztywnych oraz akcesoriów do endoskopii w myjniach maszynowych – do termicznego przygotowywania endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego np. fiberoskopów w myjniach – dezynfektorach. Oferowany przez nas produkt nie pieni się. Sprawdzona tolerancja materiałowa endoskopów np. Olympus, Pentax, Fujinon itd., oraz urządzeń dezynfekcyjno – myjących np.: Olympus, BHT, Belimed. Skuteczny wobec B, Tbc (M. terrae, M. avium), F, V (BVDV, vaccinia, adeno, polio, papowa SV 40, parwowirusa) i S. Produkt zawiera 20 g aldehydu glutarowego, inhibitory korozji, środki wspomagające rozpuszczalność, związki kompleksujące. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Opakowania a 5 L. Wyrób medyczny.

Odpowiedź 16: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie.

Pytanie 17, pakiet 4 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do płukania po dezynfekcji chemiczno-termicznej narzędzi chirurgicznych, stelaży łóżek, wózków transportowych, kontenerów, stolików nocnych, stołów operacyjnych za pomocą powszechnie stosowanych myjni, zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu. Produkt nie pieni się. Wyrób medyczny. Preparat w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5 kg lub 20 L. Użyczenie systemu dozującego zgodnie z SIWZ.

Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg?

Odpowiedź 17: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie.

Pytanie 18, pakiet 4 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź 18: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu **30.07.2019 r.** na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych

Jerzy Didyk

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów