



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia 09.09.2019r.

L.dz. EZP.3820. 428.2019

Znak sprawy ZP/PN/2019/56 – hemodiafiltracja

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup wraz z dostawą i rozładunkiem wyrobów medycznych do hemodiafiltracji żyłno-żyłnej dla Oddziału Intensywnej Terapii Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju.**

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2019/56 – hemodiafiltracja** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1, pakiet 1 pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź 1: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2, pakiet nr 2, pkt 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 2 płynów kompatybilnych z aparatem Multifiltrate o parametrach:

Płyn do hemofiltracji i plazmaferezy - wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,50 mmol/l o różnych stężeniach potasu (0/2/4 mmol/l), wieloelektrolitowy. Opakowanie - 5,0 litrowy worek dwukomorowy z wielowarstwowej folii bez PVC, połączenie zawartości komór wykonalne przez ucisk na jedną z nich.

Worek posiada dwa porty do pobierania płynu (wylotowe):

1. typu Luer Lock
2. typu Luer Lock z adapterem Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu.

Odpowiedź 2: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3, pakiet nr 2, pkt 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 2 płynów kompatybilnych z aparatem Multifiltrate o parametrach:

4% Cytrynian sodu w workach 2000 ml.

Opakowanie - worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza.

Worek posiada port do pobierania płynu typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu.

Odpowiedź 3: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4, pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynymi, cewniki o przekroju 12 FR i długościach 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm i 14 FR i długościach 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odpowiedź 4: Zgodnie z SIWZ.


Pytanie nr 5, pakiet nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź 5: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6, pakiet nr 3

Dopuszczenie przewodów kompatybilnych z aparatem Dialog z jeziorkiem żylnym wyposażonym w 1 dren do infuzji z zaciskiem zamiast wymaganych 2 drenów z zaciskami oraz bez kranika trójdrożnego na zakończeniu drenu tętniczego, zgodnie z załączonym rysunkiem.



Odpowiedź nr 6: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7, dotyczy pakietu nr 2

Mając na względzie regulacje siwz, odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia oraz konstrukcji przedmiotowej pakietu nr 2, w celu zachowania najwyższych standardów uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz w celu zwiększenia konkurencyjności a tym samym możliwości uzyskania korzystniejszych cenowo ofert, Zamawiający dokona podziału przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2 na dwa osobne pakiety tj. nr 2a, obejmujący dotychczasową pozycję nr 1 i nr 3 pakietu oraz pakiet nr 2b, obejmujący pozycję nr 2 pakietu.

Wskazać należy, że zmiana opisu przedmiotu zamówienia poprzez podział na dwa osobne pakiety z całkowitą pewnością zwiększy konkurencyjność postępowania oraz liczbę złożonych ofert o podmioty nie będące wyłącznymi przedstawicielami Fresenius Kabi a jednocześnie zaoferowanie wyrobów medycznych w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate, używanym przez wiele stacji dializ i ośrodków klinicznych na terenie całego kraju?

Dodać również należy, że firma, będąc dystrybutorem i importerem wyrobów medycznych dla pozycji nr 1 i 3, dla czynności wprowadzania do użytkowania i obrotu nie musi dysponować odpowiednim zezwoleniem, jednak konstrukcja pakietu nr 2 a w szczególności pozycja 2, powoduje, że zakres podmiotów spełniających wymagania podmiotowe został zawężony do podmiotów mających status hurtowni farmaceutycznej, działającej na podstawie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

Odpowiedź 7: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8, dotyczy pakietu nr 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 przewodów tętniczo – żylnych do hemodializy kompatybilne z aparatem DIALOG, które posiadają na zakończeniu drenu tętniczego zamiast kranika trójdrożnego tzw. łącznik recyrkulacyjny oraz igłę typu spike (bez dodatkowych dwóch koreczków luer-lock męskich, które całkowicie zapewniają stworzenie układu zamkniętego przewodów tętniczo – żylnych, pozostałe parametry bez zmian?

Oferowane przez nas przewody tętniczo – żyłne do hemodializy, kompatybilne z aparatem DIALOG, dostarczane były od wielu lat do znanych ośrodków dializacyjnych na terenie Polski. W celu wykazania kompatybilności naszego wyrobu z aparatem DIALOG, proponujemy Państwu zweryfikowanie ich jakości w Państwa Stacji Dializ.

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu **09.09.2019 r.** na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych
Jerzy Dładyk

Otrzymują:

-strona internetowa

-a/a dokumentacja przetargów

