

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl


NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326



Polanica-Zdrój, dnia 06.11.2020r.

L.dz. EZP.3820.491.2020

Znak sprawy ZP/PN/2020/42-cyfrowe RTG

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Zamawiający, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego ZP/PN/2020/42-cyfrowe RTG zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy: SIWZ 17.2 Kryteria oceny oferty

Prosimy o potwierdzenie sposobu oceny Ceny i Jakości. Czy Zamawiający skorzysta z poniższych wzorów, aby obliczyć ilość punktów uzyskanych przez oferty Wykonawców?

najniższa cena

Punkty kryterium Cena = *100 * 80%

cena oferty rozpatrywanej

suma punktów badanej ofert

Punkty kryterium Jakość = *100 * 20%

najwyższa suma punktów uzyskana dla kryterium

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza, że skorzysta z powyższych wzorów, aby obliczyć ilość punktów uzyskanych przez oferty Wykonawców

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ.

Zamawiający punktuje wiele funkcjonalnych rozwiązań aparatu RTG.

Czy w związku z tym Zamawiający dodatkowo wprowadzi ocenę punktową za możliwość regulacji wysokości monitorów umieszczonych na wózku zgodnie z poniższym?

Taka funkcjonalność znacząco zwiększa komfort pracy, szczególnie podczas długich procedur, pozwalając na regulację położenia monitorów względem operatora.

96	Regulacja wysokości monitorów umieszczonych na wózku	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	
----	--	----------------------------	--

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3**Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ.**

Zamawiający punktuje wiele funkcjonalnych rozwiązań aparatu RTG.

Czy w związku z tym Zamawiający dodatkowo wprowadzi ocenę punktową za możliwość złożenia monitorów względem siebie w celu ich bezpiecznego transportu i przechowywania zgodnie z poniższym?

Taka funkcjonalność umożliwia bezpieczne manewrowanie wózkiem z monitorami oraz pozwala zabezpieczyć monitory przed uszkodzeniem.

97	Możliwość składania monitorów względem siebie w celu bezpiecznego transportu i przechowywania	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	
----	---	----------------------------	--

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4**Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ. Punkt 28.**

Wnosimy o zmianę wymagania i wartości punktacji w wymaganiu zgodnie z poniższym. W obecnych czasach operator coraz częściej pracuje z pacjentami otyłymi. Większy zakres kV pozwala na zapewnienie optymalnej jakości obrazowania.

28	Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii ≥ 120 kV/120 kV	125kV/125kV – 5 pkt 120kV/120kV – 0 pkt	
----	--	--	--

Odpowiedź 4

Zamawiający zmienia wymagania zgodnie z powyższymi

Pytanie nr 5**Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ. Punkt 12**

Zamawiający punktuje wiele funkcjonalnych rozwiązań aparatu RTG.

Czy w związku z tym Zamawiający dodatkowo wprowadzi ocenę punktową za możliwość zapamiętania pozycji ramienia C oraz ustawień kolimatora, z możliwością automatycznego ustawienia się ramienia C we wcześniej zapisanych pozycjach razem z odpowiednim ustawieniem blend kolimatora?

12	Zapamiętywanie podczas zabiegu min. dwóch ustawień ramienia C (co najmniej ruch orbitalny i rotacja) oraz automatyczne ustawienia się ramienia C w tych pozycjach	Tak, z pamięcią ustawienia blend kolimatora – 5 pkt Tak – 0 pkt	
----	---	--	--

Odpowiedź 5

Zamawiający zmienia punktację zgodnie z powyższą

Pytanie nr 6**Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ, Wymagania dodatkowe, pkt. 2**

Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczona dokumentacja techniczna ma umożliwić użytkownikowi diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji i kalibracji w zakresie dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika? Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. Takie podmioty posiadają dokumentację techniczną i dostęp do funkcji serwisowych.

Odpowiedź 6

Tak, Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 7**Dotyczy pkt. 10.1 SIWZ**

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego aparatu RTG z ramieniem C?

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Dotyczy pkt. 10.3 SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności dołączenia do oferty instrukcji obsługi w języku polskim i dopuści w zamian dołączenie oświadczenia o posiadaniu instrukcji obsługi w języku polskim wraz z deklaracją dostarczenia jej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia?

Instrukcja obsługi jest dokumentem obszernym i nawet w wersji elektronicznej posiada znaczną objętość. W związku z elektronicznym składaniem oferty oraz wymogiem Zamawiającego dołączenia do oferty znacznej liczby dokumentów może okazać się, że objętość oferty Wykonawcy przekroczy maksymalny próg dopuszczalny przez miniportal/e-puap.

Odpowiedź 8

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 9

Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ (Wzór Umowy Dostawy):

Czy Zamawiający rozważy zmianę par. 6 ust. 3 wzoru umowy w ten sposób, aby odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy na podstawie i w związku z umową była ograniczona, poprzez dodanie kolejnego zdania w następującym brzmieniu:?

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto.”

UZASADNIENIE:

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o skomplikowane rozwiązania technologiczne kluczowa jest możliwość oszacowania ryzyka związana z daną transakcją. Przy braku ograniczenia odpowiedzialności nie jest możliwa rozsądna ocena potencjalnych ryzyk związanych z zawarciem umowy. W oparciu o zasady kodeksu cywilnego, wysokość potencjalnego odszkodowania jest teoretycznie nieograniczona i może, przy niesprzyjającym splocie okoliczności, osiągnąć poziom wielokrotnie wyższy niż wartość danej transakcji.

Ograniczanie odpowiedzialności stron umowy w relacjach między przedsiębiorcami jest od dawna standardem rynkowym. Przy zastosowaniu reżimu kodeksowego łączącego się z nieograniczoną odpowiedzialnością za szkodę, niewykluczona jest znaczna dysproporcja pomiędzy wartością transakcji a szkodą.

Z uwagi na ryzyka technologiczne nie można wykluczyć takiej wady technologicznej, która wbrew dotychczasowym doświadczeniom z produktami, mogłaby skutkować szkodą. Szkodą może również powstać (i głównie tak do niej dochodzi) w efekcie ludzkiego błędu. Pomimo stałych wysiłków usprawniających zarządzanie jakością, błędu wynikającego z ludzkiego zaniedbania nie da się w 100%

Odpowiedź 9

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 10

Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ (Wzór Umowy Dostawy), §6 ust. 1 pkt. a.):

Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,1% wartości umowy brutto?

Odpowiedź 10

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 22.12.2020r.?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający uzna za wystarczające materiały autoryzowanego dystrybutora dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające parametry określone przez Zamawiającego?

Odpowiedź 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13

Pkt.3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego odległość SID wynosi 100 cm? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Odległość SID”, według następującego wzoru: parametr wymagany - 0 pkt., najmniejsza wartość - 10 pkt.

Odpowiedź 13

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14

Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego prześwit ramienia C wynosi 79 cm?

Odpowiedź 14

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego zakres ruchu pionowego wynosi 38 cm?

Odpowiedź 15

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16

Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi poziomej) wynosi 360° (90°/270°)?

Odpowiedź 16

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17

Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który nie posiada możliwości obrotu ramienia C wokół osi pionowej? W aparatach posiadających ruchy zmotoryzowane opcja ta nie jest wykorzystywana. Czy Zamawiający od punktacji w tym parametrze?

Odpowiedź 17

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18

Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który nie posiada hamulców ramienia C: orbitalnego, rotacyjnego? W przypadku gdy aparat posiada ruchy orbitalne i rotacyjne zmotoryzowane stosowanie blokad mija się z celem i może prowadzić do trwałego uszkodzenia napędu jak również utrudnień podczas zabiegu.

Odpowiedź 18

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 19

Pkt. 16 Czy Zamawiający odstąpi od punktacji w parametrze „obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej bezpośrednio przy detektorze?

Odpowiedź 19

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20

Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada analogowy panel z joystickiem montowany do szyny do sterowania ruchami ramienia oraz takimi funkcjami jak (kolimacja, ustawianie kontrastu, zapisywanie zdjęć, zmianę trybów, zmianę wielkości pola widzenia, zmotoryzowane ruchy ramienia, odwracanie obrazu, możliwość zmniejszenia dawki) bez podglądu obrazu? Podgląd obrazu na dużym monitorze medycznym oraz dodatkowym panelu dotykowym na ramieniu spełnia obecne standardy medyczne oraz pozwala użytkownikowi na dokładną analizę wykonanego zdjęcia.

Odpowiedź 20

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21

Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, które posiada możliwość wyświetlania aktualnego kąta ruchu orbitalnego i rotacji na panelu przy ramieniu C bez możliwości wyświetlenia na panelu przy stole?

Odpowiedź 21

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22

Pkt. 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Generator Wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości pracy min. 15 kHz”, według następującego wzoru: parametr wymagany - 0 pkt., największa wartość - 10 pkt.

Odpowiedź 22

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 23

Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada generator o mocy 15 kW(ekwiwalent 30 kW)? Dzięki nowemu oprogramowaniu aparat ma możliwość lepszego odszumienia obrazu(usunięciu ziarnistości oraz niechcianych artefaktów) co pozwala na uzyskanie zdjęcia w jakości porównywalnej dla generatora o mocy 30 kW. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Moc generatora RTG”, według następującego wzoru: największa wartość- 0 pkt., najmniejsza wartość - 10 pkt.

Odpowiedź 23

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 24

Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada fluoroskopię pulsacyjną o częstotliwości 4, 8, 15 pps?

Odpowiedź 24

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 25

Pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej do 40 mA? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej”, według następującego wzoru: największa wartość- 0 pkt., najmniejsza wartość - 10 pkt.

Odpowiedź 25

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 26

Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, które posiada maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej do 75 mA? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej”, według następującego wzoru: największa wartość- 0 pkt., najmniejsza wartość - 10 pkt.

Odpowiedź 26

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 27

Pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada oprogramowanie naczyniowe umożliwiające pracę w trybie subtrakcji oraz roadmap z użyciem kontrastu na bazie jodu bez CO2?

Odpowiedź 27

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28

Pkt. 37 Czy Zamawiający będzie wymagał aby dostarczony aparat RTG był wyposażony w generator typu splitblock? Dzięki takiemu rozwiązaniu aparat posiada niskoprofilową lampę co zmniejsza ryzyko kolizji ze stołem operacyjnym oraz ułatwia manewrowanie ramieniem podczas zabiegu. Dodatkowo to unikalne rozwiązanie pozwala ustawić wzmacniacz obrazu bliżej pacjenta co ma bezpośrednie przełożenie na lepszą jakość obrazu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Lampa z wirującą anodą typu monoblock”, według następującego wzoru: lampa typu monoblock- 0 pkt., lampa typu splitblock - 10 pkt.

Odpowiedź 28

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 29

Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C w którym pojemność cieplna anody wynosi 300 kHU? Różnica między oferowanym parametrem, a wymaganym jest niewielka i nie wpływa na prace aparatu? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Pojemność cieplna anody”, według następującego wzoru: największa wartość- 0 pkt., najmniejsza wartość - 10 pkt.

Odpowiedź 29

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 30

Pkt. 43 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C w którym pojemność cieplna kołpaka wynosi 1600 kHU ? Różnica między oferowanym parametrem, a wymaganiem jest związana z rozwiązaniem splitblock (lampa oraz generator znajdują się w innych miejscach co zmniejsza ryzyko przegrzania się aparatu) dzięki któremu aparat nie potrzebuje większej pojemności cieplnej kołpaka. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktacji dla parametru „Pojemność cieplna zespołu lampy/kołpaka lampy(w zależności od terminologii producenta)”, według następującego wzoru: największa wartość- 0 pkt., najmniejsza wartość - 10 pkt.

Odpowiedź 30

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 31

Pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który chłodzony jest tylko za pomocą powietrza? Wynika to z nowoczesnego rozwiązania splitblock, czyli umieszczenia generatora w stacji z monitorem. Dzięki dużej odległości pomiędzy lampą a generatorem aparat nie potrzebuje chłodzenia cieczą, ponieważ nie jest tak mocno narażony na przegrzanie jak w przypadku rozwiązania monoblok. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „System aktywnego chłodzenia”, według następującego wzoru: chłodzenie cieczą/olejem- 0 pkt., chłodzenie powietrzem- 10 pkt.

Odpowiedź 31

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 32

Pkt. 46 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który nie posiada kolimatora prostokątnego?

Odpowiedź 32

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 33

Pkt. 50 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego obraz z detektora wyświetlany jest na monitorach w formie prostokąta o przyciętych rogach? Obraz celowo jest tak zobrazowany aby przy obrocie zdjęcia nie zostały z niego usunięte żadne ważne elementy.

Odpowiedź 33

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 34

Pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada detektor w technologii CMOS? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Detektor w technologii aSi ze scyntylatorem Csi”, według następującego wzoru: Detektor w technologii aSi ze scyntylatorem Csi - 0 pkt., detektor typu CMOS - 10 pkt.

Odpowiedź 34

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 35

Pkt. 55 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego parametr DQE wynosi 72 %?

Odpowiedź 35

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 36

Pkt. 60 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C którego pamięć na dysku twardym wynosi 40 000 zdjęć? W obecnych standardach wysokiej klasy aparatów RTG zdjęcia zgrywane są bezpośrednio na serwer szpitala więc pojemność 40 000 zdjęć w takim wypadku będzie wystarczająca.

Odpowiedź 36

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 37

Pkt. 64 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego obraz z detektora wyświetlany jest na monitorach w formie prostokąta o zaokrąglonych rogach? Obraz celowo jest tak zobrazowany aby przy obrocie zdjęcia nie zostały z niego usunięte żadne ważne elementy. Oferowany aparat umożliwia obrót obrazu o polu obrazowania w formie prostokąta o zaokrąglonych rogach.

Odpowiedź 37

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 38

Pkt. 70 Pkt. 71 Pkt. 72 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który posiada 1 kolorowy monitor 4K UHD o przekątnej 32" o maksymalnej luminacji 600 cd/m2 do jednoczesnego wyświetlania obrazu Live (obraz na żywo) i referencyjnego? Dzięki takiemu rozwiązaniu obraz na żywo oraz referencyjny nie będzie rozdzielony plastikową obudową. Dodatkowo rozdzielczość monitora jest najwyższej jakości i wynosi 3840x 2160 Ultra HD. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Liczba monitorów”, według następującego wzoru: największa liczba- 0 pkt., najmniejsza liczba - 10 pkt.

Odpowiedź 38

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „przekątna ekranu”, według następującego wzoru: najmniejsza wartość- 0 pkt., największa wartość- 10 pkt.

Odpowiedź 39

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 40

Pkt. 76 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który ma możliwość wprowadzania danych pacjenta z poziomu dotykowego ekranu monitora?

Odpowiedź 40

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 41

Pkt. 77 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, które posiada dwa wyjścia display port do podłączenia dodatkowych monitorów? Display port obecnie zapewnia najwyższą przepustowość ze wszystkich dostępnych złączy dlatego w naszym aparacie dla uzyskania możliwie najlepszego obrazu stosujemy Display port. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Dwa wejścia DVI do podłączenia dodatkowej pary monitorów”, według następującego wzoru: 2 wyjścia DVI- 0 pkt., 2 wyjścia Display port- 10 pkt.

ŚRODKI I DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACJA

Odpowiedź 41

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 42

Pkt. 80 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który posiada możliwość zgrywania zdjęć tylko na nośnik USB? Zgodnie z obecnymi standardami w wysokiej jakości aparatach RTG nie używa się już nośników DVD, ponieważ mają one zbyt małe pojemności jak również większość komputerów nie posiada stacji DVD gdzie można byłoby odtworzyć zgrane zdjęcia. Oferowany aparat posiada aż 3 porty USB.

Odpowiedź 42

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 43

Pkt. 81 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który posiada tożsamy system, który zabezpiecza przed wyłączeniem aparatu w momencie awarii zasilania.

Odpowiedź 43

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 44

Pkt. 83 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, które posiada wyzwalacz ręczny skopi bez możliwości zapisu zdjęcia? Aparat posiada funkcję automatycznego zapisu zdjęć bez konieczności używaniu przycisku wyzwalającego zapis.

Odpowiedź 44

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 45

Pkt. 87 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który nie posiada interfejsu do strzykawki automatycznej do wyzwalania kontrastu zintegrowanego wewnątrz aparatu?

Odpowiedź 45

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 06.11.2020r. na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych

Jerzy Didyk

Zatwierdził

Otrzymują:

1. strona internetowa
2. a/a dokumentacja przetargowa