



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia 16.12.2020 r.

L.dz. EZP.3820.547.2020

Znak sprawy ZP/PN/2020/49- ortopedia

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów ortopedycznych niezbędnych do wykonywania świadczeń medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.**

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2020/49 – ortopedia** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o cechach:

1. Trzpień o 2 kątach szyjkowo-trzonowych: 134° (standardowy) i 131° (high offset);
2. Panewkę bezcementową napylaną porowatym tytanem i hydroksyapatytem z uniwersalnym mechanizmem blokowania wkładek polietylenowych, ceramicznych i metalowych do artykulacji Dual Mobility (bez opcji wkładki półzwiązanej);
8. Wkładki do artykulacji Dual Mobility z polietylenu wysoko usieciowanego
12. Panewka tytanowa press-fit wykonana w technologii druku 3D w rozmiarach 44- 64mm;
17. Część krętarzowa trzpienia rewizyjnego w 2 typach: kąt szyjkowo-trzonowy 135° i 131° (high offset) o wysokościach 50-110mm skalowane co 10mm z możliwością dowolnej regulacji ante/retrowersji (bezstopniowo 360°);
18. Część dystalna trzpienia rewizyjnego wagnerowska, o stożku z kątem rozwarcia 2° w długościach 140 i 200mm oraz średnicach 14-24mm skalowane co 1mm;
19. Trzpień rewizyjny bezcementowy modułarny, wagnerowski z możliwością uzyskania długości 190-310mm ze skokiem co 10mm;
21. Panewka rewizyjna bezcementowa wytwarzana w technologii druku 3D ze stopu tytanu z uniwersalnym mechanizmem blokowania dla wkładek polietylenowych, ceramicznych i metalowych typu Dual Mobility;

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 1: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia oświadczenia, a co za tym idzie także możliwości żądania próbek do wyrobów oferowanych w pakiecie nr 4? Ze względu na ilość pozycji w pakiecie oraz cenę oferowanych wyrobów w przypadku pakietu nr 4 wartość próbek może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy; ponadto wyroby które planujemy zaoferować w ww. pakiecie Zamawiający już zna, ponieważ były one przedmiotem umów przetargowych, bądź zakupów w innym trybie w poprzednich latach.

Odpowiedź 2: Tak, Zamawiający odstępuje.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 4 poz. 19-23

Czy Zamawiający może doprecyzować czy w pakiecie nr 4 poz. 19-23 będzie oczekiwał złożenia oferty w każdej pozycji na 20 szt wyrobu, czy też 20 opakowań (w każdym po 10szt)?

Odpowiedź 3: Zamawiający oczekuje 20 opakowań (w każdym po 10 szt.) W związku z tym Zamawiający zmodyfikował formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 1.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 4 poz. 19-23

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia depozytu w pakiecie 4 poz. 19-23 na rzecz realizacji na pisemne zamówienie ?

Odpowiedź 4: Tak, Zamawiający odstępuje.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 4 poz. 19-23

W związku z tym, że produkt jest dostarczany w opakowaniu zbiorczym po 10 szt i nie ma możliwości sprzedaży na sztuki czy Zamawiający odstąpi od utworzenia depozytu na rzecz realizacji na podstawie pisemnego zamówienia.

Odpowiedź 5: Tak, Zamawiający odstępuje.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 4 poz. 1-15

Czy Zamawiający dopuszcza, by w pakiecie 4 poz. 1-15 oferowane implanty oraz instrumentarium do ich zakładania, były dostarczane na czas trwania zabiegu?

Odpowiedź 6: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 wyrazi zgodę na realizację zamówienia w ramach zestawu lotnego z realizacją 24 godzin od zamówienia bez konieczności tworzenia magazynów depozytowych na narzędzia oraz implanty?

Odpowiedź 7: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8, dotyczące SIWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek odnośnie pakietu nr 2 oraz 6 (pkt. 10.5 zapisów SIWZ oraz załącznik nr 8 do SIWZ)?

Odpowiedź 8: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 2 – gwóźdź piętowy, poz. 1

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Gwóźdź o długości 65mm i średnicy 10mm, lewy, prawy. Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchnią oporową pod kość skokową. Gwóźdź posiada 3 otwory gwintowane. W skład zestawu wchodzi: wkręty blokujące z gniazdem torx o średnicy 5,0mm i długości 20-60mm oraz zaślepki od 0mm do 20mm. Gwóźdź w wersji tytanowej?

Odpowiedź 9: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10, dot. pakietu nr 2 – gwóźdź piętowy, poz. 2

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów mocujących z gniazdem torx Ø 5,0mm, długość od 20mm do 42mm ze skokiem co 2mm, od 45mm do 60mm ze skokiem co 5mm?

Odpowiedź 10: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu na rzecz dostarczenia zestawu implantów wraz z instrumentarium w terminie 2 dni roboczych przed planowanym zabiegiem (dot. załącznik nr 6a – wzór umowy)?

Odpowiedź 11: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12, dotyczące zapisów wzoru umowy- Załącznik nr 6a:

Czy Zamawiający dookreśli w §2 pkt 2.7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź 12: Nie ma podstaw do zmiany tego zapisu.

Pytanie 13, dotyczące zapisów wzoru umowy- Załącznik nr 6a:

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 pkt 6.3 z 3% na „0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru” lub usunie zdanie 2?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c.

w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź 13: Zamawiający nie zmieni zapisu dotyczącego kar umownych. W żadnym razie nie są to kary rażąco wygórowane. Kara ma spełniać funkcję prewencyjną, zaś w przypadku wykonania umowy należycie nigdy nie będzie zrealizowana.

Pytanie 14, dotyczące zapisów wzoru umowy- Załącznik nr 6a:

Czy Zamawiający doda zapis w §7, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź 14: Zapis w żadnym stopniu nie powoduje uprzywilejowania jednej strony. Wykonywanie umowy zgodnie z jej zapisami spowoduje, że wykonawca nie naraża się na ryzyko odstąpienia od umowy.

Pytanie 15, dotyczące zapisów wzoru umowy- Załącznik nr 6a:

Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 11.1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź 15: Nie ma podstaw do takiej zmiany.

Pytanie 16, dotyczące zapisów wzoru umowy- Załącznik nr 6b:

Czy Zamawiający dookreśli w §2 pkt 2.4 lit d, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź 16: Nie ma podstaw do zmiany tego zapisu.

Pytanie 17, dotyczące zapisów wzoru umowy- Załącznik nr 6b:

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 pkt 6.3 z 3% na „0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru” lub usunie zdanie 2?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad

zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c.

w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź 17: Zamawiający nie zmienia zapisu dotyczącego kar umownych. W żadnym razie nie są to kary rażąco wygórowane. Kara ma spełniać funkcję prewencyjną, zaś w przypadku wykonania umowy należycie nigdy nie będzie zrealizowana.

Pytanie 18, dotyczące zapisów wzoru umowy- Załącznik nr 6b:

Czy Zamawiający doda zapis w §7, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź 18: Zapis w żadnym stopniu nie powoduje uprzywilejowania jednej strony. Wykonywanie umowy zgodnie z jej zapisami spowoduje, że wykonawca nie naraża się na ryzyko odstąpienia od umowy.

Pytanie 19, dotyczące zapisów wzoru umowy- Załącznik nr 6b:

Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 11.1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź 19: Nie ma podstaw do proponowanej zmiany.

Pytanie 20, Pakiet 1, poz. 1-12

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem?

Odpowiedź 20: Zgodnie z SIWZ.


Pytanie 21, Pakiet 1, poz. 1

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do artroskopii z workiem o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



200x320cm
1szt./pc.



30x30cm
2szt./pcs



10x50cm
3szt./pcs




14x250cm
1szt./pc.



30x60cm
1szt./pc.



80x140cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

Odpowiedź 21: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22, Pakiet 1, poz. 2


Pakiet 1, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw do operacji kończyn – proteza kolana o składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m².

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



230x300cm
1szt./pc.



30,5x34cm
4szt./pcs




10x50cm
3szt./pcs



22x75cm
1szt./pc.



80x145cm
1szt./pc.



150x190cm
2szt./pcs

Odpowiedź 22: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23, Pakiet 1, poz. 3


Pakiet 1, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kończyn – inne zabiegi na kończynie o składzie:

- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m².

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



Odpowiedź 23: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24, Pakiet 1, poz. 4


Pakiet 1, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji biodra o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serwety obłożeniowe wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



Odpowiedź 24: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25, Pakiet 1, poz. 4


Pakiet 1, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści sterylizowany zestaw do operacji biodra o składzie:

- 1 x serwetka samoprzylepna o wymiarach 230cmx260cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20cmx100cm
- 1 x serwetka samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serwetka samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serwetka samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm
- 1 x wzmocniona osłona (serwetka) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serwetka wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety obłożeniowe wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m².

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.




Odpowiedź 25: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26, Pakiet 1, poz. 5

Pakiet 1, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę do zabiegów kroczo-pachwinowych 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Pakowana sterylnie w serwetę wzmocnioną na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 x 190 cm. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



Odpowiedź 26: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27, Pakiet 1, poz. 6

Pakiet 1, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę przylepną w rozmiarze 150 x 240 cm, wykonaną z laminatu o gramaturze 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 120 cm H₂O, współczynnik pylenia 3.4 log₁₀, I klasa palności. Spełnia wymagania normy PL EN 13795, spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź 27: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28, Pakiet 1, poz. 7

Pakiet 1, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na stolik narzędziowy o wymiarach 150 x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m². Wzmocnienie w części centralnej 75 x 190 cm. Sterylizacja radiacyjna. Spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź 28: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29, Pakiet 1, poz. 8

Pakiet 1, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 x 140 cm, wykonana z mocnej folii PE ze wzmocnieniem chłonnym 60 x 140 cm. W obszarze krytycznym gramatura 80g/m². Składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Sterylizacja radiacyjna. Spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź 29: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30, Pakiet 1, poz. 9

Pakiet 1, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę o wymiarach 35 x 120 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 56 g/m². Sterylizacja radiacyjna. Spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź 30: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31, Pakiet 1, poz. 10

Pakiet 1, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną w rozmiarze 10 x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź 31: : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32, Pakiet 1, poz. 11

Pakiet 1, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 85 cm, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, z przylepcem 86 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, z przylepcem 85 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, z przylepcem 85 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny celulozowy (tłoczona powierzchniowo o podwyższonej chłonności bibuła celulozowa) o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Odporność na rozerwanie sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Pakowany zbiorczo w worek foliowy oraz karton.

Odpowiedź 32: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33, Pakiet 1, poz. 12

Pakiet 1, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści serwetę 100 x 150 cm, z przylepcem 148 cm na dłuższym boku, wykonana z bilaminatu o gramaturze 60g/m². Odporność na przenikanie cieczy 120 cm H₂O, pylenie 3.4 log10, I klasa palności. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Opakowanie zbiorcze – dwa mniejsze kartony wewnętrzne oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź 33: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34, dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o cechach:

A: Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej beztrzpieniowa z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą; element ramienny w 8 rozmiarach. Głowa ramienna łączona z elementem ramiennym za pomocą adaptera w 3 opcjach (koncentryczny i ecentryczny +2 lub +4mm); głowy ramienne w rozmiarach 40-54mm i wysokościach 13-23mm;

B: Urazowa endoproteza stawu ramennego; głowa kości ramiennej uniwersalne w rozmiarach 38-54mm mocowana do elementu ramennego za pomocą adapterów w 2 opcjach (standard i długi) oraz w 4 offsetach każdy (0, +2, +4, +8mm); element ramienny modułowy składający się z trzpienia bezcementowego (długość 80mm, średnice 14-24mm) lub cementowanego (długość 80mm, średnice 12-20mm) oraz body urazowego w 3 długościach z otworami dla rekonstrukcji tkanek miękkich i guzków kości ramiennej. Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem;

C: Całkowita anatomiczna endoproteza stawu ramennego; głowa kości ramiennej uniwersalne w rozmiarach 38-54mm mocowana do elementu ramennego za pomocą adapterów w 2 opcjach (standard i długi) oraz w 4 offsetach każdy (0, +2, +4, +8mm); część łopatkowa – panewka cementowana w minimum 3 rozmiarach; element ramienny modułowy składający się z trzpienia bezcementowego (długość 80mm, średnice 14-24mm lub 60mm o średnicach 11-13mm oraz długie trzpień 150 i 200mm w średnicach 13-16mm) lub cementowanego (długość 80mm, średnice 12-20mm i długie trzpień 150-180-210mm w średnicach 13-15mm) oraz body anatomicznego. Retrowersja w zakresie 20-30°, stały kąt szyjkowo-trzonowy;

D: Urazowa endoproteza stawu ramennego; głowa kości ramiennej uniwersalne w rozmiarach 38-54mm mocowana do elementu ramennego za pomocą adapterów w 2 opcjach (standard i długi) oraz w 4 offsetach każdy (0, +2, +4, +8mm); element ramienny modułowy składający się z trzpienia bezcementowego w 11 rozmiarach lub cementowanego w 5 rozmiarach oraz body urazowego w 3 długościach z otworami dla rekonstrukcji tkanek miękkich i guzków kości ramiennej;

E: Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramennego; trzpień cementowane (10-20mm) lub bezcementowe (14-24mm) o długości 80mm oraz trzpień mini (11-13mm) o długości 60mm; trzpień rewizyjny cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13 do 16mm; element proksymalny odwrócony w 2 opcjach: HA i trauma wraz z opcją przedłużenia +9mm. wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe 36mm. (6 opcji), metalowe 40/44mm. (5 opcji) bądź ceramiczne; element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA stabilizowany dodatkowo 2 śrubami; Glenosfery 36mm chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach (standard, mały – neutralne i centryczne); gienosfery polietylenowe 40 i 44mm;

F: Urazowa endoproteza stawu ramennego; głowa kości ramiennej uniwersalne w rozmiarach 38-54mm mocowana do elementu ramennego za pomocą adapterów w 2 opcjach (standard i długi) oraz w 4 offsetach każdy (0, +2, +4, +8mm); element ramienny modułowy składający się z trzpienia bezcementowego (długość 80mm, średnice 14-24mm) lub cementowanego (długość 80mm, średnice 12-20mm) oraz body urazowego w 3 długościach z otworami dla rekonstrukcji tkanek miękkich i guzków kości ramiennej. Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem;

G: proteza połowicza stawu ramennego; beztrzpienowy element ramienny (w 8 rozmiarach) lub trzpień modułowy (trzpień dystalny i proksymalny) wykonane z tytanu; możliwość zastosowania trzpienia cementowanych z elementem proksymalnym urazowym; element proksymalny urazowy w 3 długościach z otworami dla doszycia guzków. Możliwość konwersji do protezy odwróconej. Głowy ramienne w rozmiarach 40-54mm i wysokościach 13-23mm;

H: panewka cementowana dla protezy anatomicznej polietylenowa, jedno lub trójkątkowa wykonana monolitycznie

I: panewka hybrydowa dla protezy anatomicznej wykonana z PE, trójkątkowa z czego na kołek centralny zakładany bezcementowy z tantalu o strukturze przestrzennej; panewka w 3 rozmiarach (small, standard, large) i 3 opcjach dla każdej wielkości; kołki bezcementowe w 3 wielkościach (small, standard, large) i 4 opcjach dla każdego rozmiaru;

J: proteza odwrócona: trzpień bezcementowy piaskowany w części lub cementowany; wykonany ze stopu tytanu w długości 60 lub 80mm i średnicach 11-24mm skalowany co 1mm w opcji bezcementowej lub w opcji cementowanej w średnicach 12-20mm skalowane co 2mm. Część panewkowa mocowana pressfitowo kołkiem centralnym i 2 śrubami

stabilizującymi, wykonany ze stopu tytanu w 4 rozmiarach, napyłana porowatym tytanem i HA; Głowy panewkowe w średnicach 36-40-44mm; część ramienna odwrócona z wkładkami w 3 wysokościach (0, +3, +6mm) z opcją przedłużenia +9mm;

K: endoproteza stawu łokciowego dla pozycji 41-42 oraz 47-51 z wyłączeniem pozycji 50-56

Część ramienna anatomiczna (lewa i prawa) w długościach 100-150-200mm i średnicach 4-5-6mm oraz 2 opcji rozmiaru XS o długości 84 i 124mm i średnicy 3,5mm; wykonana ze stopu tytanu, dodatkowo napyłana porowatym tytanem. cylindryczna powierzchnia artykulacji, kształt uwzględnia 5° koślawość i rotację wewnętrzną oraz 3mm. offset lateralny. Umożliwia implantację zarówno cementowaną jak i bezcementową. Komponent łokciowy anatomiczny (lewy i prawy) wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatym tytanem w 3 długościach (75-115-155mm) i 3 średnicach (3-4-5mm) oraz element XS w 2 długościach (53 i 84mm) w średnicy 2,5mm; cylindryczna powierzchnia artykulacji. Kształt uwzględnia przednie przesunięcie osi obrotu stawu do osi kości łokciowej oraz offset lateralny wygięcia trzpienia. Umożliwia implantację zarówno cementowaną jak i bezcementową. Zawias ruchomy składający się z dwóch połączonych półsfery umożliwiający wzajemną rotację komponentów w zakresie 7°. Zawias łączy dowolne rozmiary komponentów ramiennego i łokciowego. Wkładki wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego oraz wzmocnionego polietylenu.

Odpowiedź 34: Zgodnie z SIWZ dla pakietu 13 poz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

Pytanie 35, dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić w oddzielny pakiet pozycję L- proteza stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka (pozycje 43-46) oraz protezę stawu skokowego z pozycji 57-60. Asortyment ten nie mieści się w zakresie pakietu nr 13 – protezy barku i łokcia i ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnych ofert w zakresie protezoplastyki stawu ramiennego i łokciowego dla innych oferentów co narusza ustawę z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych

Odpowiedź 35: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36, pakiet nr 5 - systemy protez biodrowych pierwotnych i rewizyjnych

W umowie Zamawiający wymaga aby ... "Wykonawca dostarczy zestaw narzędzi (instrumentarium) do zakładania implantów w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy."

Prosimy o doprecyzowanie czy oprócz instrumentarium służących do zakładania implantów Zamawiający wymaga również dostarczenia napędu motorowego wraz z niezbędnym osprzętem i ostrzami ?

Odpowiedź 36: Tak, Zamawiający wymaga dostawy napędu motorowego z osprzętem.

Pytanie 37, pakiet nr 5 - systemy protez biodrowych pierwotnych i rewizyjnych

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o doprecyzowanie i dodanie w formularzu cenowym ilości ostrzy niezbędnych do przeprowadzenia planowych zabiegów.

Odpowiedź 37: Do każdego zabiegu nowe ostrze (ilość 100 szt.)

Pytanie 38, Faktury

Czy wyraża Państwo zgodę na przysyłanie wystawionych faktur VAT w formie elektronicznej (zapis w formacie PDF)? W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności, Wykonawca zobowiązuje się do przysyłania faktur na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.

Odpowiedź 38: Tak, adres mailowy zostanie podany po zawarciu umowy.

Pytanie 39, Wzór umowy - załącznik nr 6a

Zgodnie z regulacjami wzoru umowy załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala. Oznacza to, że wyroby medyczne dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na Zamawiającego.

Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych. W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego wykonawca nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiegokolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych odpowiada wówczas Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między stronami.

Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu.

Odpowiedź 39: W § 2 pkt 2.2 wzoru umowy – załącznik nr 6a została dopisana regulacja dotycząca odpowiedzialności Zamawiającego za wyroby medyczne dostarczane przez Wykonawcę do magazynu Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający modyfikuje wzór umowy – załącznik nr 6a.

Pytanie 40, pakiet nr 6 - Endoproteza bipolarna głowy kości promieniowej, cementowa.

Czy Zamawiający dopuści protezę modułową głowy kości promieniowej bezcementową lub cementowaną średnica głowy 20, 22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16, 18mm. 5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji.

Odpowiedź 40: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41, dot. pakietu 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w poz. 1 zestaw do artroskopii z workiem o następującym składzie:

- 1 x osłona na stół narzędziowy 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm – 1szt.
 - 1 x serweta na stolik mayo 79x145cm.
 - 1 x serweta 150x190cm.
 - 1 x osłona na kończynę 22x75cm
 - 2 x taśma lepna 9x49cm
 - 4 x ręcznik chłonny 18x25cm
 - 1 x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadająca dwa samouszczelniające otwory z neoprenu o średnicy 7 cm i 5 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu.
- Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina wiskozowo - poliestrowa 30g/m² / folia PE 40 mikronów) w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie laminatem dwuwarstwowym (włóknina 30 g/m² / włóknina poliestrowo - polietylenowa typu Spunbond oraz folia PE 15 mikronów). Łączna gramatura serwety min. 111,5 g/m²). Odporność serwety na przepuszczanie płynów dla obu stref 127cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho dla obu stref 117kPa, odporność na rozerwanie na mokro dla strefy krytycznej 127kPa. Sterylizacja radiacyjna. Pierwsza klasa palności.

Odpowiedź 41: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42, dot. pakietu 1, poz. 2 oraz poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w poz. 2 oraz poz. 3 sterylne zestawy do operacji kończyny – proteza kolana oraz inne zabiegi na kończynie o następującym składzie:

- 1 x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów - 1szt.
- 1 x serweta na stolik 150x190cm - 1szt.
- 1 x osłona na kończynę 22x75cm - 1szt.
- 2 x taśmy samoprzylepne 9x49cm - 2szt.
- 4 x ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt.
- 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo 79x145cm - 1szt.
- 1 x wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt.

Serweta poz. 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego (włóknina poliestrowo - polietylenowa typu Spunbond o gramaturze 20g/m² / folia PE 15 mikronów / włóknina poliestrowo - polietylenowa typu Spunbond 30g/m²). W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie 50 g/m². Łączna gramatura serwety min. 114g/m². Odporność serwety na przepuszczanie płynów pow. 150cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho dla strefy pozakrytycznej min. 182kPa, dla strefy krytycznej min. 190kPa. Odporność serwety na rozerwanie na mokro dla strefy krytycznej min. 102kPa. Sterylizacja radiacyjna. Pierwsza klasa palności.

Odpowiedź 42: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43, dot. pakietu 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w poz. 4 sterylne zestawy do operacji kończyn inne zabiegi na kończynie o następującym składzie:

- 1 x serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów - 1szt.
- 1 x serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej - 1szt.
- 1 x serweta chirurgiczna 75x90cm - 1szt.

- 1 x serweta na stół 150x190cm - 1szt.
- 1 x osłona na kończynę 32x120cm - 1szt.
- 2 x taśmy samoprzylepne 9x49cm - 2szt.
- 4 x ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt.
- 1 x wzmocniona osłona na stół Mayo 79x145cm - 1szt.
- 1 x wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt.

Serweta w poz. 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego (włókna polipropylenowa 12g/m² / folia PE 40 mikronów / włókna wiskozowa 23g/m²). W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie: włókna wiskozowo - poliestrowa 50 g/m². Łączna gramatura serwety min. 122,5 g/m². Odporność serwety na przepuszczanie płynów dla strefy pozakrytycznej 194 cm H₂O, dla strefy krytycznej min. 197 cmH₂O. Odporność na rozerwanie na sucho dla strefy pozakrytycznej min. 78 kPa, dla strefy krytycznej min. 195 kPa. Odporność na rozerwanie na mokro dla strefy krytycznej min 186kPa. Pierwsza klasa palności. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź 43: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44, dot. pakietu 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w poz. 5 dopuści sterylną serwetę do zabiegów kroczo – pachwinowych 200x260 cm z wycięciem 7x102cm wykonaną w strefie pozakrytycznej z laminatu 3-warstwowego (włókna 20g/m², folia PE 15 mikronów oraz włókna 30g/m²), w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie w postaci włókna wiskozowo-poliestrowej o gramaturze 50g/m². Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej min. 114g/m². Odporność serwety na przepuszczanie płynów w strefie krytycznej większa lub równa 150cmH₂O. Pierwsza klasa palności. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź 44: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45, dot. pakietu 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w poz. 6 serwetę górną przylepną 150x240cm wykonaną z laminatu 3-warstwowego (włókna polipropylenowa 12g/m² / folia polietylenowa 40 mikronów / włókna wiskozowa 23g/m²). Łączna gramatura serwety 72,5g/m². Odporność na przenikanie płynów strefie krytycznej oraz pozakrytycznej 203cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho w strefie krytycznej i pozakrytycznej 91 kPa. Odporność na rozerwanie na mokro wszystkich serwet dla strefy krytycznej 74kPa.

Odpowiedź 45: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46, dot. pakietu 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w poz. 7 osłonę na stół narzędziowy 150x190cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (folia PE 55 mikronów / włókna wiskozowa 23g/m²). Łączna gramatura serwety 74,5 g/m². Odporność serwety na przepuszczanie płynów większa lub równa 140cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho 104kPa. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź 46: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47, dot. pakietu 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 8 serwetę na stół Mayo wymiary 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: folia polietylenowa 60 mikronów oraz wzmocnienie -włókna wiskozowa 27g/m².. Łączna gramatura serwety min. 83 g/m². Odporność serwety na przepuszczanie płynów w strefie pozakrytycznej min. 150 cmH₂O. Odporność serwety na rozerwanie na sucho 74kPa. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź 47: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48, dot. pakietu 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w poz. 9 osłonę na kończynę, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego: włókna wiskozowo / poliestrowa 30g/m² oraz folia PE 70 mikronów. Łączna gramatura min. 95,5g/m². Odporność osłony na przepuszczanie płynów powyżej 100cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho min. 131 kPa, odporność na rozerwanie na mokro 112kPa. Rozmiar 32x120cm. Pakowana pojedynczo.

Odpowiedź 48: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49, dot. pakietu 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 w poz. 10 taśmę lepną wykonaną z włókna polisterowej wym. 9x49cm , pakowana zbiorczo po 400 sztuk.

Odpowiedź 49: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50, dot. pakietu 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 11 zestaw uniwersalny wzmocniony o następującym składzie:

1 x serweta górna wym. 240x150cm z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną (55x20cm) w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów - 1szt.

2 x serwety boczne wym. 75x75cm z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną (50x20cm) w strefie krytycznej - 2szt.

1 x serweta dolna wym. 175x175cm z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną (55x20cm) w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów - 1szt.

1 x taśma samoprzylepna 9x49cm - 1szt.

4 x ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt.

1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm - 1szt.

1 x serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt.

Serwety w poz. 1,2 oraz 3 wykonane z laminatu 3 - warstwowego: włóknina polipropylenowa 12g/m² / folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m²/ W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie: włóknina 50g/m². Łączna gramatura serwet w strefie krytycznej 122,5 g/m². Odporność na przenikanie płynów dla wszystkich serwet w strefie krytycznej oraz pozakrytycznej min. 203cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho dla wszystkich serwet w strefie krytycznej i pozakrytycznej min. 91 kPa. Odporność na rozerwanie na mokro wszystkich serwet dla strefy krytycznej min. 74kPa.

Odpowiedź 50: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51, dot. pakietu 8

Zapytanie do pakietu 8 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt LCP o stabilności kątowej, umożliwiającej wprowadzenie śruby blokowanej pod jednym kątem.

Odpowiedź 51: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52, dot. pakietu 10

Zapytanie do pakietu 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu pozycji 1-10 oraz pozycji 43 i wprowadzenie ich do osobnego pakietu np.10A?

Odpowiedź 52: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53, dot. pakietu nr 7 poz. 9 - Szycie Łąkotki

Czy Pakiecie nr 7 poz.9 „ Szycie” , nie zaszła omyłka w podaniu ilości produktu, ponieważ w pozycji „ ILOŚĆ „ została podana tylko 1 szt danego asortymentu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji jakie ilości Zamawiający przewiduje w przypadku pkt.2 Kasetą dobową oraz pkt.3 Dreny do pacjenta ?

Odpowiedź 53: Tak, zaszła omyłka pisarska. Powinno być 50 sztuk. Zamawiający zmodyfikował formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 1.

Asortyment: Kasetą dobową, kasetą jednopacjentową, dreny do pacjenta będą objęte nowym postępowaniem przetargowym.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu **16.12.2020 r.** na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Otrzymują:

-strona internetowa

-a/a dokumentacja przetargów

Specjalistyczne Centrum Medyczne
Im. św. Józefa Pawła
DIREKTOR
ds. Administracji i Technicznych
Jerzy Mank