



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia 11.01.2021r.

L.dz. EZP.3820.18.2021

Znak sprawy ZP/PN/2020/56 – kardiologia jednorazówka

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup wraz z dostawą i rozładunkiem jednorazowego sprzętu dla oddziału kardiologicznego Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.**

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2020/56- kardiologia jednorazówka** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1

Pakiet 2

Czy Zamawiający, w zakresie części nr 2, dopuści złożenie oferty z cewnikiem dwuświatłowym o długości 140cm, z taperowaną końcówką dystalną, długość odcinka szybkiej wymiany (RX) 21cm, dystans pomiędzy końcówką RX a portem OTW 6,5mm, pokrytym hydrofilnie, średnica zewnętrzna części dystalnej 2,2F, kompatybilny z cewnikiem 5F, wyposażonym w dwa markery radiocieniujące?

Odpowiedź 1: zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Pakiet nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie do oceny sondy mechanicznej o częstotliwości 40MHz oraz sondy mechanicznej 60MHz bez możliwości przełączania w trakcie badania, minimalny rozmiar cewnika prowadzącego 5F. Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza sondy o parametrach opisanych w pytaniu

Pytanie 3

Pakiet nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie do oceny mikrocewnik do naczyń wieńcowych o długości 135 cm. Reszta parametrów bez zmian

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza mikrocewnik o długości 135 cm , pod warunkiem zaoferowania również cewnika o długości 150 cm

Pytanie 4

Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści: Sondy do IVUS mechaniczne, częstotliwość obrazowania 45MHz, w zestawie wszystkie jednorazowe akcesoria niezbędne do przeprowadzenia badania IVUS, minimalny rozmiar cewnika prowadzącego 6F, współpraca z przewodnikiem angioplastycznym 0,014", w ramach umowy użyczenie/dzierżawa w cenie sprzętu jednorazowego - konsoli/systemu i wszystkich akcesoriów wielorazowych niezbędnych do przeprowadzania badań, archiwizacja badań elektroniczna.

Odpowiedź 4: zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Dot. Zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy? Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego "oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej". Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.

Odpowiedź 5: Tak

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu **11.01.2021 r.** na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.scm.pl>

Z poważaniem

Specjalistyczne Centrum Medyczne
Im. św. Jana Pawła II S.A.
DYREKTOR
ds. Administracyjno-Technicznych
Jerzy Didyk

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów