



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica- Zdrój, dnia 24.05.2021 r.

L.dz. EZP.3820.233.2021

Znak sprawy ZP/TP/2021/15 – dializa koncentraty

Uczestnicy postępowania

dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem koncentratów płynów dializacyjnych dla Stacji Dializ Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.**

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, oznaczonego **ZP/TP/2021/15 – dializa koncentraty**, zostały wniesione następujące zapytania:

Zamawiający informuje o omyłce pisarskiej w tabeli asortymentowo-cenowej załącznika nr 2 do SWZ dotyczącego pakietu nr 1 w pozycji 5 i 6 dla zawartości **K**.

W poz. 5 było 2 winno być 3.

W poz. 6 było 2 winno być 4.

	Na	K	Ca	Mg	Glukoza	Kanister 5,0 L
1	138	1	1,25	0,50	1,00	
2	138	2	1,25	0,50	1,00	
3	138	2	1,50	0,50	1,00	
4	138	2	1,25	0,50	0,00	
5	138	2 3	1,50	0,50	1,00	
6	138	2 4	1,25	0,50	1,00	

W związku z poniższymi pytaniami i dopuszczeniem przez Zamawiającego, zmianie ulega jednostka miary z ilości sztuk kanistrów na ilość litrów koncentratów:

- dla pakietu nr 1 – ilość 50000 litrów w kanistrach 5 L lub 4,7 L

- dla pakietu nr 3 – ilość 10000 litrów w kanistrach 5 L lub 6 L

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ (tabelę asortymentowo-cenową) Zamawiający zamieszcza na stronie bip.scm.pl

Pytanie 1, pakiet nr 1

W nawiązaniu do ww. postępowania prosimy o dopuszczenie koncentratów do hemodializy jak niżej:

	Na	K	Ca	Mg	Glukoza	Kanister 4,7 l
1	138	1	1,25	0,50	1,00	
2	138	2	1,25	0,50	1,00	
3	138	2	1,50	0,50	1,00	
4	138	2	1,25	0,50	1,00	
5	138	2	1,50	0,50	1,00	
6	138	2	1,25	0,50	1,00	

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza, ale z uwzględnieniem wymagań co do pozycji 5 i 6 dla zawartości **K**, które dla poz. 5 jest 3, a dla poz. 6 jest 4.

Pytanie 2, pakiet nr 3

Koncentrat wodorowęglanowy 8,4% zasadowy płynny , kanister 6 l

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284. ust.6., ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamieszczone zostały w dniu 24.05.2021r. na stronie internetowej Zamawiającego.

*DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych*

24.05.2021r. Jerzy Didyk

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów