



## Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

[www.scm.pl](http://www.scm.pl)

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica- Zdrój, dnia 21.07.2021 r.

L.dz. E.ZP.3820.263.2021

Znak sprawy ZP/TP/2021/25 – narzędzia chirurgiczne

### Uczestnicy postępowania

dotyczy : **sprostowanie odpowiedzi na pytania z dnia 20.07.2021 r. do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem narzędzi chirurgicznych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. - oznaczonego ZP/TP/2021/25 – narzędzia chirurgiczne.**

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, wyjaśnia nieścisłości w odpowiedziach udzielonych w dniu 20.07.2021 oraz w Załączniku nr 2 do SWZ-formularz asortymentowo-cenowy.

#### Oдноśnie odpowiedzi na pytanie 7

Doprecyzowując odpowiedź na to pytanie Zamawiający wymaga w poz. 8 załącznika nr 2 do SWZ – formularza asortymentowo-cenowego dwóch kaset na 16 narzędzi po 8 narzędzi wyszczególnionych w pozycjach 1-6 dla każdej kasety. Jednocześnie zamawiający dopuszcza tolerancje w wymiarach kasety +/- 10 mm.

#### Oдноśnie odpowiedzi na pytanie 4

W związku z doprecyzowaniem odpowiedzi na pytanie 7 Zamawiający nie może wyrazić zgody na dopuszczenie kaset o zaproponowanych wymiarach, które są za duże do zestawów na 8 narzędzi.

#### Oдноśnie odpowiedzi na pytanie 1

Zamawiający podtrzymuje zgodę na dopuszczenie długości 140 mm, ale ze względu na charakter planowanych zabiegów wycofuje się ze zgody na zmianę wymiaru średnicy końcówki roboczej i podtrzymuje zapis SWZ.

#### Pozostałe odpowiedzi na pytania pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień **28.07.2021r.**

Sprostowanie odpowiedzi na pytania zamieszczone zostały w dniu 21.07.2021r. na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
d/s Administracyjno-Technicznych

21.07.2021r. Jerzy Didyk

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów