



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica- Zdrój, dnia 25.08.2021 r.

L.dz. EZP.3820.282.2021

Znak sprawy ZP/PN/2021/26 – kardiologia wieńcówka

Uczestnicy postępowania

dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania na zakup i dostawę wraz z rozładunkiem materiałów medycznych do zabiegów kardiologicznych z zakresu elektroterapii serca oraz wieńcowych na potrzeby Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego, bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 z późn. zm.), oznaczonego **ZP/PN/2021/26 – kardiologia wieńcówka**, zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okludera odczepianego na zasadzie odkręcania, bez możliwości uzyskania kąta do 50 stopni pomiędzy okluderem, a systemem wprowadzającym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Pytanie do Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator resynchronizujący CRT-D o wadze do 87[g] z możliwością dostarczenia terapii ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów, bez algorytmu wstrzymującego detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z brakiem możliwości uruchomienia sygnału dźwiękowego powiadamiającego pacjenta.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

1. Prosimy o doprecyzowanie projektu umowy przechowania stanowiącego Załącznik nr 4a do SWZ poprzez nadanie par. 2 pkt 2.4. następującego brzmienia: „Protokół zużycia traktowany jest przez Wykonawcę jako zapotrzebowanie na uzupełnienie depozytu w materiał medyczny wykazany w załączniku. Wykonawcy przysługuje prawo własności materiału medycznego aż do czasu jego pobrania przez Zamawiającego z depozytu.”

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzował projekt umowy, poprzez nadanie mu w/w brzmienia.

Zmodyfikowany projekt umowy został dodany na stronę postępowania.

Pytanie 4

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 6

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 6 pętli do usuwania ciał obcych wykonanych z elastycznego drutu nitinolowego owiniętego cienkim, cieniodajnym, platynowym zwojem o dostępnym rozmiarze:

- 5mm do 30 mm, długości 125 cm, cewnik 4-6F,
- 2mm do 4mm, długość 175 cm, cewnik 3 F.

W skład zestawu wchodzi: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli i torquer.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

DYREKTOR

d/s Administracyjno-Technicznych

25.08.2021r.

Jerzy Didyk

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów