

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl


NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326



Polanica-Zdrój, dnia **05.10.2021r.**

L.dz. EZP.3820.318.2021

Znak sprawy **ZP/TP/2021/39-implanty chirurgia szczękowo-twarzowa**

Uczestnicy postępowania

dotyczy: sprostowania odpowiedzi udzielonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, wraz z dostawą i rozładunkiem implantów chirurgicznych do realizacji zabiegów na Oddziale Chirurgii Plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Zamawiający, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój doprecyzowuje odpowiedź na nr 1 zgodnie z poniższym zapisem:

Pytanie 1

pakiet 1, podpunkt II, pozycja 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pakiecie nr 1, podpunkcie II, pozycji nr 9 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli ilość 20 opakowań a nie 20 sztuk, zgodnie z oczekiwanymi parametrami produktu, wyszczególnionymi w kolumnie „Charakterystyka” i tym samym wyrażenie zgody na złożenie oferty cenowej na 20 opakowań zawierających po 2 sztuki produktu.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający oczekuje zaoferowania łącznie 40 szt. pakowanych po 2 szt. w opakowaniu, w tym 1 szt. o długości 8mm oraz 1 szt. o długości 11 szt. – pozostałe parametry wspólne: śruby tytanowe IMF, średnica 2,0mm z kołnierzem naśluzówkowym, z otworem heksagonalnym w głowie śruby.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.11.2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 05.10.2021r. na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR

d/s Administracyjno-Technicznych

Jerzy Didyk

Zatwierdził

Otrzymują:

1. strona internetowa
2. a/a dokumentacja przetargowa