



# Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

[www.scm.pl](http://www.scm.pl)

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica- Zdrój, dnia 16.11.2021 r.

L.dz. EZP.3820.364.2021

Znak sprawy ZP/TP/2021/33 – narzędzia chirurgiczne

## Uczestnicy postępowania

dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem narzędzi chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.**

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, oznaczonego **ZP/TP/2021/33 – narzędzia chirurgiczne**, zostały wniesione następujące zapytania:

### Pytanie 1, pakiet nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr. 1 pozycji nr. 1** kaniulę ssącą o długości 13 cm , pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 2, pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr. 1 pozycji nr. 2** odgryzacz o długości 90 mm, szerokości szafu 4 mm, długości końcówki roboczej 2,3 mm ?

**Odpowiedź 2: Zgodnie Z SWZ.**

### Pytanie 3, pakiet nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr. 1 pozycji nr.4** dłuto o szerokości końcówki roboczej 4 mm , pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 4, PAKIET nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści: Kaniula ssąca Frazier(Fergusson), zakrzywiona, średnica Charr. 15 = 5,0 mm, z regulacją siły ssania, z przyłączem Luer, dł. 100 mm.?

**Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 5, PAKIET nr 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści: Dłuto Walter, szerokość końcówki roboczej 4 mm, z uchwytem na kciuk na rękojeści, dł. całk. 190 mm.?

**Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 6, PAKIET nr 1 pozycja 5-10

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach narzędzia spełniające wszystkie wymagania zawarte w SIWZ ale o długości 220 mm?

**Odpowiedź 6: Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 7, projekt umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 6 ust. 6.1:

6.1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto **opóźnionego przedmiotu umowy** , za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, ponad termin określony w §2 ust.

2.1. ; jednakże nie więcej niż **10% wynagrodzenia brutto opóźnionego przedmiotu umowy**

6.2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, w przypadku gdy Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

**Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy.**

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284. ust.6., ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamieszczone zostały w dniu 16.11.2021r. na stronie internetowej Zamawiającego.

*DYREKTOR  
d/s Administracyjno-Technicznych*

*Jerzy Didyk*

*(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)*

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów