



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica- Zdrój, dnia 04.10.2022 r.

L.dz. EZP.3820.203.2022

Znak sprawy ZP/TP/2022/38- sterylizacja

Uczestnicy postępowania

dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, oznaczonego **ZP/TP/2022/38 – sterylizacja** , zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1, Pakiet 7, Poz. 1-17

RĘKAWY PAPIEROWO - FOLIOWE

Czy zamawiający dopuści: rękawy wykonane z przezroczystego laminatu foliowego poliestrowo-polipropylenowego o zabarwieniu niebieskim. Laminat jest połączony z papierem medycznym 60g/m² za pomocą zgrzewu, wskaźniki procesu sterylizacji nadrukowano na papierze od strony folii w obszarze zgrzewu. Wewnątrz tulei, na którą nawinięty jest rękaw wklejono etykietę z datą ważności, znakiem CE, znakiem handlowym BOM oraz znakiem MD (medical device - wyrób medyczny).

Folia – laminat poliestrowo-polipropylenowy nie mniej niż 6-warstwowy (plus warstwa łącząca) zgodny z PN-EN 868-5. Grubość warstw poliestrowych 12 µm, grubość warstw polipropylenowych 38 µm.

Papier medyczny 60g/m² zgodny z PN-EN 868-3, do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem.

Temperatura zgrzewania laminatu z papierem medycznym 60g/m² (zgodnym z normą PN-EN 868-3) 180-220°C.

Znak ikonograficzny kierunku otwierania nadrukowany nadrukowany na papierze i widoczny od strony laminatu.

Papier:

Niezwilżalność wodą - 35 s

Wytrzymałość na przedarcie wzdłużne - 600 mN

Wytrzymałość na przedarcie poprzeczne - 650 Mn

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłużnie - 6,4 kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho poprzeczne - 3,4 kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie - 2,1 kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzecznie - 1,1 kN/m

Zawartość siarczanów - 0,25%

Zawartość chlorków - 0,05%

Folia:

Grubość - 52 µm

Siła zrywająca: >25 N/15mm

Wydłużenie przy zerwaniu: 100%

Wytrzymałość na rozciąganie 60 N/mm²

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, Pakiet 7, Poz. 18**RĘKAW WŁÓKNINOWO-FOLIOWY poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści rękaw włókninowo-foliowy o następującej charakterystyce:

Rękaw włókninowo-foliowy płaski do sterylizacji, ze wskaźnikami sterylizacji: parą wodną (PARA), tlenkiem etylenu (EO), formaldehydem (FORM).

Rękaw ma kształt prostokątny, wykonany jest z przezroczystego laminatu foliowego poliestrowo-polipropylenowego bez zabarwienia. Laminat jest połączony z niebieską włókniną 60g/m² za pomocą zgrzewu, wskaźniki procesu sterylizacji nadrukowano na włókninie od strony folii w obszarze zgrzewu. Wewnątrz tulei, na którą nawinięty jest rękaw wklejono etykietę z datą ważności, znakiem CE i znakiem handlowym BOM

Folia – laminat poliestrowo-polipropylenowy nie mniej niż 6-warstwowy (plus warstwa łącząca) zgodny z PN-EN 868-5. Grubość warstw poliestrowych 12 µm, grubość warstw polipropylenowych 38 µm.

Włóknina 60g/m² zgodna z PN-EN 868-2, do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem

Znak ikonograficzny kierunku otwierania - nadrukowany od strony włókniny, widoczny od strony laminatu.

Temperatura zgrzewania laminatu z włókniną 60g/m² (zgodnym z normą PN-EN 868-2) 180-220°C.

Włóknina:

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłużnie - 2,2 kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho poprzeczne - 0,9 kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie - 1,8 kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzecznie - 0,7 kN/m

Wytrzymałość na przepuklenie na sucho - 220 kPa

Wytrzymałość na przepuklenie na mokro - 190 kPa

Zawartość siarczanów - 0,25%

Zawartość chlorków - 0,05%

Laminat:

Grubość - 52 µm

Siła zrywająca wzdłuż - 65 N/mm²

Siła zrywająca w poprzek - 60 N/mm²

Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż - 110%

Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek - 100%

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 w następujący sposób:

6.1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% ceny brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284. ust.6., ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamieszczone zostały w dniu 04.10.2022r. na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych

Jerzy Didyk

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów