

Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Polanica-Zdrój, dnia **27.06.2017 r.**

L.dz. EZP.3820. 299. 2017

Znak sprawy ZP/PN/2017/50 – ochrona rtg

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę odzieży i materiałów ochrony radiologicznej dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy Zdroju

Zamawiający - Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego ZP/PN/2017/50-ochrona rtg zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1. Warunek ogólny odnoszący się do wszystkich modeli fartuchów i kołnierzy ochrony tarczycy: Prosimy o dopuszczenie fartuchów i kołnierzy ochrony tarczycy z deklarowanym poziomem ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 90 [kV]

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2. Pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie stojaka na fartuchy ochronne, z sześcioma obrotowymi ramionami, umocowany na ruchomym statywie jezdnym, wykonany ze stali, pokrytego białym lakierem proszkowym, mobilnego, łatwego do przemieszczania, bez możliwości blokowania kół, wysokość 150-160 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3. Pkt. 3


Prosimy o dopuszczenie fartucha lekkiego jednostronnego o ochronności równoważnej -Pb 0,35 mm, z tyłu na łopatkach gumą przytrzymująca ramiona, pasek z gumą z tyłu i klamrą zapinaną z przodu, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Lub

Prosimy o dopuszczenie fartucha lekkiego jednostronnego o ochronności równoważnej -Pb 0,35 mm, z tyłu na łopatkach krzyżujące się paski z wszytą gumą, odciążającą i stabilizującą fartuch, zapinane z przodu na bokach zapięciem na rzep, jak na rysunku poniżej:



Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Lub

Prosimy o dopuszczenie fartucha lekkiego jednostronnego o ochronności równoważnej -Pb 0,35 mm, z tyłu na łopatkach krzyżujące się paski ochraniające łopatki, odciążające i umożliwiające właściwe dopasowanie fartucha, zapinane z przodu na klamrę, z wbudowanymi poduszkami na ramionach, jak na rysunku poniżej:



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4. Pkt. 4 i 5 Prosimy o podanie oczekiwanego stopnia ochronności fartucha

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 5. Pkt. 8 Prosimy o dopuszczenie rękawiczek chirurgicznych RTG (tzw. cienkich), z ochronnością wyrażoną w procentach, zależną od napięcia lampy: przy napięciu 90kV – 35%, przy napięciu 60kV – 55%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 6. Pkt. 4 Prosimy o dopuszczenie elastycznego pasa, o szerokości 6 cali (15,24 cm)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 7. Czy Zamawiający zgodzi się, aby oferowane fartuchy były super lekkie, z materiału bezołowiowego, porównywalnego z materiałem Xenolite, ale trzypierwiastkowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z późniejszymi zmianami zamieszczone zostały w dniu 27.06.2017 roku na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych
Jerzy Didyk

.....
Zatwierdził

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargowa