



Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Polanica-Zdrój, dnia 14.02.2018 r.

L.dz. EZP.3820. 46 .2018

Znak sprawy ZP/PN/2018/09 – implanty neurochirurgiczne

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą **implantów neurochirurgicznych do realizacji zabiegów na oddziale neurochirurgii** SCM SA w Polanicy-Zdroju

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego ZP/PN/2018/09 – **implanty neurochirurgiczne** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 implanty międzytrzonowe TLIF o następujących parametrach:

- Implanty międzytrzonowe typu TLIF w kształcie "banana".
- Wykonane z materiału PEEK.
- Zawierające tytanowe znaczniki widoczne w RTG.
- Powierzchnia implantów pokryta bruzdami, ułożonymi w specjalny sposób umożliwiającą precyzyjne wprowadzenie implantu oraz zapobiegającą migracji.
- Implanty dostępne w rozmiarach o wysokości od 7 mm do 15 mm, stopniowane co 1 mm oraz długości 28mm i 32mm.
- Czas dostarczenia uzupełnień: do 2 dni roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Pakiet nr 4

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie charakterystyki pakietu nr 4, w zakresie przedmiotu zamówienia jakim jest kompleksowy zestaw do stabilizacji transpedikularnej odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego. Tabela zawiera jedynie wykaz rodzajów implantów wraz z żądanymi ilościami poszczególnych elementów składowych stabilizacji. Brakuje jednak precyzyjnych informacji na temat wymaganych zakresów parametrycznych poszczególnych pozycji w tabeli.

Odpowiedź: Zestaw do stabilizacji transpedikularnej odcinka piersiowo-lędźwiowego.

Charakterystyka

- Śruby transpedikularne "tulipanowe" mono-i poliaxialne o gwincie konikalnym (stożkowy rdzeń); długościach: 25 do 60 mm oraz średnicach: od 4 do 8 mm (co 1 mm);
- Dostępne śruby transpedikularne "tulipanowe" wyciągowe;
- Dostępne śruby kanałowane z odpowiednim reduktorem średnicy do podania cementu kostnego (w zestawie wymienny reduktor średnicy światła przepływu, umożliwiający wygodne wprowadzenie cementu kostnego);
- Dostępne śruby do stabilizacji kości krzyżowej oraz kości biodrowej o długościach 35-80mm o średnicy do 8mm
- Pełny zestaw haków monoaxialnych (laminarne, pedikularne w min. 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wydłużone, odgięte i odsadzone), niskoprofilowych;
- Dostępne haki laminarne i pedikularne poliaxialne;
- Dostępne haki z długim gwintem („z długimi ramionami”);
- Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby;

- Mocowanie belki od góry w osi śruby, haka;
 - Belki tytanowe różnej długości od 40 do 600 mm, średnica 5,5mm;
 - Dostępne pręty kobaltowo-chromowe stosowane do leczenia deformacji; średnica 5,5mm, długość 300 oraz 500mm
 - Możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka;
 - W zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby;
 - Implanty posiadają trwałe oznaczenia;
 - Instrumentarium zawierające specjalny instrument pozwalający na przyciągnięcie pręta do śruby, narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (zmiana kąta lordozy/kifozy, dystrakcja, kompresja, korekcja globalna, korekcja segmentarna) oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta poza raną operacyjną i doginanie pręta „in situ”;
 - Kompatybilny ze śrubami zestaw do wertebroplastyki składający się z bioprzebudowywalnego, niskotemperaturowego cementu kostnego; objętość cementu powyżej 7 ml
 - Instrumentarium wraz z implantami znajduje się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji;
- Materiał: tytan (poza prętem kobaltowo-chromowym).
- Czas dostarczenia uzupełnień: do 2 dni roboczych

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu **14.02.2018 roku** na stronie internetowej Zamawiającego.

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów

Z poważaniem,

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
DYREKTOR
ds. Administracyjno-Technicznych
Jerzy Didyk