



Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Polanica-Zdrój, dnia 15.02.2018 r.

L.dz. EZP.3820. .2018

Znak sprawy ZP/PN/2018/09 – implanty neurochirurgiczne

Uczestnicy postępowania

dotyczy: korekty do pytania nr 2 z dnia 14.02.2018 r. wniesionego do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą implantów neurochirurgicznych do realizacji zabiegów na oddziale neurochirurgii SCM SA w Polanicy-Zdroju

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, o korekcie odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 14.02.2018 r. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego ZP/PN/2018/09 – implanty neurochirurgiczne

Korekta dot. odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 14.02.2018 r.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie charakterystyki pakietu nr 4, w zakresie przedmiotu zamówienia jakim jest kompleksowy zestaw do stabilizacji transpedikularnej odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego. Tabela zawiera jedynie wykaz rodzajów implantów wraz z żądanymi ilościami poszczególnych elementów składowych stabilizacji. Brakuje jednak precyzyjnych informacji na temat wymaganych zakresów parametrycznych poszczególnych pozycji w tabeli.

Korekta odpowiedzi:

Charakterystyka:

- Śruby transpedikularne „tulipanowe” mono- i poliaxialne o gwincie konikalnym (stożkowy rdzeń); długości: 25-60 mm oraz średnice: 4-8mm (co 1mm);
- Śruby transpedikularne „tulipanowe” wyciągowe;
- Śruby kanałowane i perforowane z odpowiednim reduktorem średnicy do podania cementu kostnego (w zestawie wymienny reduktor średnicy światła przepływu, umożliwiający wygodne wprowadzenie cementu kostnego);
- Śruby do stabilizacji kości krzyżowej oraz kości biodrowej o długościach 35 -80 mm o średnicy do 8 mm;
- Pełen zestaw haków monoaxialnych, niskoprofilowych (laminarne, pedikularne w min. 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wydłużone, odgięte i odsądzone);
- Haki laminarne i pedikularne poliaxialne;
- Haki z długim gwintem („ z długimi ramionami”);
- Element blokujący pasujący do wszystkich implantów (śruby mono- i poliaxialne, śruby wyciągowe, kanałowane i perforowane oraz haki) blokujący pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby;
- Mocowanie belki pręta, od góry w osi śruby/haka;
- Pręty tytanowe o długości 40 - 600mm i średnicy 5,5 mm;
- Pręty kobaltowo - chromowe stosowane do leczenia deformacji, o długości od 300 - 500 mm i średnicy 5,5 mm;
- Możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby/haka;
- Łączniki poprzeczne;
- Łączniki równoległe - domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka do śruby;
- Implanty posiadają trwałe oznaczenia;
- Zestaw narzędzi zawierający specjalistyczny instrument pozwalający na dociąganie pręta do śruby, narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekty wzajemnego położenia kręgów (zmiana kąta lordozy/kifozy, dystrakcja, kompresja, korekcja globalna, korekcja segmentalna) oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta poza raną

- operacyjną i doginanie pręta „in situ”;
- Instrumentarium wraz z implantami umieszczone w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji;
- Materiał tytan (prócz prętów kobaltowo - chromowych);
- Czas dostarczenia uzupełnienia do 2 dni roboczych
- Kompatybilny ze śrubami zestaw do wertebroplastyki składający się z bioprzebudowywalnego, niskotemperaturowego cementu kostnego - powyżej 7 ml:
 - Skład:: 60% siarczanu wapnia oraz 40% osteokonduktywnego noncząsteczkowego hydroksyapatytu;
 - temperatura wiązania do 40°C;
 - materiał radiowizyjny na bazie joheksolu;
 - nietoksyczny i bezzapachowy;

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu **15.02.2018 roku** na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem,

DYREKTOR
ds. Administracyjno-Technicznych
Jerzy Didyk

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów