

Polanica-Zdrój, dnia **01.08.2018 r.**

L.dz. EZP.3820. 291.2018

Znak sprawy **ZP/PN/2018/41 – sprzęt III**

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. SCM SA w Polanicy-Zdroju

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2018/41 – sprzęt III** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie nr 1

zadanie nr 5:

Dotyczy poz. 1 stojaki na kroplówki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu wg poniższego opisu?

Stojak do płynów infuzyjnych wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm (blokada za pomocą zacisku). Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. W wyposażeniu pojemnik na odpady. Średnica rury 33/18 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary podstawy: 560mm.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2

zadanie nr 5:

Dotyczy poz. 2 taborety medyczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu wg poniższego opisu?

Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (podstawaxzakres wysokości) w mm: 480x480x490/630 mm.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3

zadanie nr 5:

Dotyczy poz. 1 stojaki na kroplówki

Czy Zamawiający dopuści ofertę na Pakiet 5 na m.in. stojaki na kroplówki posiadające statywy wykonane z rur 25/20 stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a nawet lepsze od lakieru proszkowego) - punkt 2 załącznika 1e.

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak

