

Polanica-Zdrój, dnia 21.11.2018 r.

L.dz. EZP.3820. 470.2018

Znak sprawy ZP/PN/2018/64 – angiograf II

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu medycznego - angiografu oraz adaptacji pomieszczeń istniejącej Pracowni Radiologii Zabiegowej dla Oddziału Kardiologicznego w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdroju

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego ZP/PN/2018/64 – angiograf II zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie nr 1 – Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, pkt III „Generator i lampa RTG” pkt 5 „Maksymalny prąd lampy nie mniejszy niż 1000mA”:

W celu umożliwienia naszej firmie złożenia ważnej oferty prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający uzna za spełnienie parametru maksymalnego prądu o wartość 813 mA dla lampy o ogniskach 04/07 mm?

Dla detektora o max przekątnej 48 cm stosowane są lampy o ogniskach 04/07mm. Wraz ze wzrostem prądu lampy rośnie dawka promieniowania, dlatego technologia służąca redukcji dawki promieniowania stosowana w naszych systemach ogranicza prąd do 813mA. Natomiast najwyższą jakość obrazowania uzyskujemy poprzez innowacyjne rozwiązania składowych łańcucha obrazowania tj. detektora, lampy, generatora, rekonstruktora obrazowego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna prąd max 813mA dla lampy o ogniskach 0.4/0.7 JD

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 21.11.2018 roku na stronie internetowej Zamawiającego.

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów

Z poważaniem
Specjalistyczne Centrum Medyczne
im. św. Jana Pawła II S.A.
DYREKTOR
ds. Administracyjno-Technicznych
Jerzy Didyk