

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326



Polanica-Zdrój, dnia **25.04.2019r.**

L.dz. EZP.3820.255.2019

Znak sprawy **ZP/PN/2019/27-sprzet III**

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Zamawiający, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2019/27-sprzet III** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Dot. Zał. 1 a – Formularz asortymentowo – cenowy

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika: Pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wymaganych parametrach, wyprodukowany w 2019 r.?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak z jednym trybem pracy i precyzyjną regulacją wydajności w zakresie 0-50 l/min ?

Odpowiedź 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3

Pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak z podciśnieniem w zakresie 0-93 kPa?

Odpowiedź 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4

Pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak z możliwością precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego?

Odpowiedź 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5

Pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak, wyposażony w bezolejową pompę próżniową, nie wymagającą konserwacji, bezobsługową i z długą 5 letnią gwarancją?

Odpowiedź 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6

Pkt. 12 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak, na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach (w tym dwa z blokadami) oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria?

Odpowiedź 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7

Pkt. 13 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak, wyposażony w dwa zbiorniki 2 litrowe, wielorazowe z poliwęglanu do wkładów jednorazowych na wydzielinę, 40 szt. kompatybilnych wkładów w komplecie ?

Odpowiedź 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8

Konstrukcja stołu oferowanego przez Wykonawcę umożliwia stabilną jazdę na wprost bez potrzeby aktywowania blokady. Zwracamy się zatem do Zamawiającego o dopuszczenie stołu bez mechanizmu do jazdy kierunkowej uruchamianego za pomocą dźwigni nożnej lub pilota – dotyczy l.p. 3

Odpowiedź 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w osłonę mieszkową umieszczoną tylko na połączeniu blatu z kolumną, jak na poniższej wizualizacji? Jest to rozwiązanie stosowane przez wielu producentów stołów operacyjnych, pozwalające na ochronę elementów stanowiących połączenie stołu z blatem – dotyczy l.p. 6

**Odpowiedź 9**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w boczny panel sterujący, który nie jest zabezpieczony osłoną? Konstrukcja oferowanego stołu nie wymaga zastosowania specjalnej osłony – dotyczy l.p. 14

Odpowiedź 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresem regulacji oparcia pleców -35/+75 stopni? – dotyczy l.p. 15

Odpowiedź 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez możliwości zablokowania zmian ustawień blatu stołu? – dotyczy l.p. 17

Odpowiedź 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na mocowania materacy za pomocą tworzywowych szybkozłaczek kształtowych, które są łatwe do utrzymania w czystości i utrudniają przyleganie brudu?. Oferowane przez naszą firmę rozwiązanie pozwala na zachowanie najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa, co jest kluczowe w warunkach klinicznych bloku operacyjnego. – dotyczy l.p. 24

Odpowiedź 13

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14

Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Prosimy o informację, czy omyłkowo nie została określona wartość wadium tj. na poziomie 10 000,00? Czy nie powinna to być łączna wartość wadium dla wszystkich pakietów?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium - 19.04.2019r. Zamawiający udostępniła na stronie bip.scm.pl właściwą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach: Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: szerokość: **662 mm**, głębokość: **594 mm**, wysokość od podłoża do blatu: **1000 mm**, wysokość całkowita wózka (z nadstawką): **1700 mm**

Odpowiedź 15

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach: Wymiary szafki: szerokość: **608 mm**, głębokość **540 mm**, wysokość: **1050 mm** (z blatem, bez odboju w podstawie wózka)

Odpowiedź 16

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach: Wózek wyposażony w **3** szuflady o wysokości frontów **3x236 mm**

Odpowiedź 17

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach: Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: **357x413x220 mm** (szerokość x głębokość x wysokość)

Odpowiedź 18

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach: Szuflady wyposażone w system samodemowania, dodatkowo z pełnym wysuwem i możliwością wyjęcia bez używania narzędzi

Odpowiedź 19

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach: **2 szuflady** wyposażone w sztywne podziałki wykonane z grubego tworzywa ABS, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 9 pól

Odpowiedź 20

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach: Wózek o bokach i narożnikach z wytłaczanego anodyzowanego aluminium, tylnej ścianie wielowarstwowej - wzmacnianej (aluminium-polietylen-aluminium); blat, odbój w podstawie i szuflady z wytrzymałego tworzywa ABS; boki i tył wózka malowane proszkowo

Odpowiedź 21

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach: Wózek wyposażony w wysuwany blat boczny wykonany z tworzywa ABS, o wymiarach: szerokość: **410 mm**, głębokość: **420 mm**

Odpowiedź 22

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach: Błat górny wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS pogłębieniem - z podniesionymi z trzech stron brzegami o wys. 48 mm i niskim frontowym brzegiem stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu; uniesione trzy brzegi blatu stanowią zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka (po bokach i z tyłu)

Odpowiedź 23

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach: Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi na całej długości szuflady, profilowane, wykonane z wytrzymałego tworzywa, z możliwością oznaczenia kolorem zawartości szuflady (9 kolorów do wyboru) i możliwością umieszczenia opisu zawartości

Odpowiedź 24

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach: Podstawa wózka na wzmocnionej stalowej ramie, dół wózka jest zabezpieczony odbojem z ABS na całym obwodzie, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy **125 mm** (szare), w tym 2 z blokadą

Odpowiedź 25

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach: Wózek wyposażony w standardzie w 3 uchylne transparentne półki boczne (z możliwością wyjęcia) z przeznaczeniem na akcesoria dodatkowe

Odpowiedź 26

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach (wyposażenie dodatkowe): **4 odcinki** szyny instrumentalnej (w tym 1 pod nadstawką) do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane z aluminium, narożniki zabezpieczone - zaokrąglone (narożniki w korpusie wózka i w postawie)

Odpowiedź 27

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach (wyposażenie dodatkowe): **nadstawka dwurzędowa na 11** uchylnych, transparentnych pojemników (**6+5 pojemników**)

Odpowiedź 28

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach (wyposażenie dodatkowe): **1x** pojemnik na rękawiczki druciany, wymiary pojemnika: **150x100x260 mm** (z uchwytem na szynę)

Odpowiedź 29

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach (wyposażenie dodatkowe): **1x** wieszak kropłówki z dwoma haczykami ze stali nierdzewnej mocowany na rurze wysięgnika nadstawki

Odpowiedź 30

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach (wyposażenie dodatkowe): **1x** uchwyt do pojemnika na zużyte igły - możliwość dostosowania do wymiarów pojemnika Zamawiającego (z uchwytem na szynę)

Odpowiedź 31

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach (wyposażenie dodatkowe): **1x** ażurowy koszyk na akcesoria ze stali powlekanej tworzywem sztucznym, o grubość drutu 3,8 mm, koszyk o wymiarach: **350x120x210 mm** (z uchwytem na szynę)

Odpowiedź 32

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach (wyposażenie dodatkowe): **1x uchylna miska Ø 150x70mm** wykonana ze stali nierdzewnej, mocowana na rurze wysięgnika nadstawki

Odpowiedź 33

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach (wyposażenie dodatkowe): **1x kosz na odpady z tworzywa sztucznego**, mocowany na szynach bocznych na akcesoria, z możliwością szybkiego zdjęcia (uchwyt na szynę); kosz otwierany kolanem o pojemności 8 litrów

Odpowiedź 34

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach (wyposażenie dodatkowe): **3 uchwyty do przetaczania umiejscowione z obydwu boków i tyłu wózka**, które stanowią uniesione trzy brzegi blatu górnego z tworzywa ABS

Odpowiedź 35

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 36

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o parametrach (wyposażenie dodatkowe): Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą uchwytów na uniwersalne szyny na akcesoria, zapewniające stabilne mocowanie osprzętu, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy

Odpowiedź 36

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 37

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie podjęcia naprawy przez serwis z 48 h do 72 h. Czas przewidziany przez Zamawiającego jest zbyt krótki z uwagi na odległość dzielącą Zamawiającego i Wykonawcę. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ, w tym w opisie parametrów technicznych.

Odpowiedź 37

Zamawiający dopuszcza zmianę z 48 godzin na 72 godziny w pakiecie dot. wózków anestezjologicznych

Pytanie nr 38

Prosimy Zamawiającego o całkowitą rezygnację z wymogu bezpłatnych (min. raz na 12 miesięcy gwarancji), z uwagi na fakt, iż producent oferowanych wózków takowych przeglądów nie wymaga, co możemy poświadczyć stosownym dokumentem (oświadczenie producenta). Prosimy o stosowne zmiany w dokumentach przetargowych

Odpowiedź 38

Zamawiający rezygnuje z zapisu w pakiecie dot. wózków anestezjologicznych i taboretów medycznych

Pytanie nr 39

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach z 7 do 14 dni roboczych. Oferowane wózki (w tym ewentualne części niezbędne do naprawy) sprowadzane są z zagranicy, stąd czas wskazany przez Zamawiającego jest zbyt krótki. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.

Odpowiedź 39

Zamawiający wyraża zgodę w pakiecie dot. wózków anestezjologicznych i taboretów medycznych

Pytanie nr 40

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu szkolenia personelu oraz uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz przeprowadzenia wszystkich niezbędnych testów w zakresie Pakietu nr 7 – wózek anestezjologiczny. Oferowany wyrób (wózek) jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Ponad to ze sprzętu jakim jest oferowany wózek nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.

Odpowiedź 40

Zamawiający rezygnuje z zapisu w pakiecie dot. wózków anestezjologicznych i taboretów medycznych

Pytanie nr 41

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości żadanego wadium bądź podzielenie kwoty wadium na poszczególne pakiety. Kwota żądana przez Zamawiającego jako wadium jest bardzo wysoka i nieadekwatna do wartości udzielanego Zamówienia. Brak jest podstaw do żądania wpłaty przez Wykonawcę kwoty 10 000 zł tytułem wadium w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę jedynie w ramach jednego pakietu. Utrzymanie obowiązku wpłaty tak wysokiego wadium może doprowadzić do zmniejszenia ilości wpływających ofert i tym samym doprowadzić do sytuacji, w której Zamawiający nie uzyska konkurencyjnej ceny. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ.

Odpowiedź 41

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium - 19.04.2019r. Zamawiający udostępniła na stronie bip.scm.pl właściwą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu przewidzianego w pkt 11.2 lit. C) SIWZ w zakresie obowiązku dostarczenia kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych już na etapie złożenia oferty? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka posiadającego wymagane certyfikaty, itp. oraz dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 – mianowicie deklarację zgodności CE i rezygnację z wymogu przedstawienia dokumentów wydanych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Oferowane wózki są nowym produktem, nie wprowadzonym jeszcze na terytorium Polski i nie posiadają jeszcze dokumentów wydawanych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Po prowadzeniu na terytorium Polski zostanie dopiero dokonane powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Na dzień złożenia oferty nie jest możliwe dostarczenie dokumentu wydawanego przez Prezesa o dopuszczeniu do obrotu. Obowiązek powiadomienia powstaje dopiero w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia wyrobu do obrotu na terytorium RP, czyli po dostawie. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownych zmian w SIWZ.

Odpowiedź 42

Zamawiający rezygnuje z zapisu w pakiecie dot. wózków anestezjologicznych i taboretów medycznych

Pytanie nr 43**Pakiet 5 – taborety medyczne**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia personelu medycznego z zakresu obsługi taboretów medycznych z oparciem, gdyż nie są one aparaturą medyczną i zgodnie z oświadczeniem Producenta asortyment ten nie wymaga przeszkolenia, a wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi ?

Odpowiedź 43

Zamawiający rezygnuje z zapisu w pakiecie dot. wózków anestezjologicznych i taboretów medycznych

Pytanie nr 44**Pakiet 5 – taborety medyczne**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów w okresie gwarancji jeśli zgodnie z oświadczeniem producenta produkt, jakim jest taboret medyczny z oparciem nie wymaga przeglądów gwarancyjnych, gdyż nie jest aparaturą medyczną ?

Odpowiedź 44

Zamawiający rezygnuje z zapisu w pakiecie dot. wózków anestezjologicznych i taboretów medycznych

Pytanie nr 45**Pakiet 5 – taborety medyczne**

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy w §1 pkt. 4, dotyczącego podłączenia i uruchomienia przedmiotu umowy w przypadku taboretów medycznych z oparciem? Produkt, jakim są taborety zostanie dostarczony w wersji złożonej, gotowy do użytku, nie wymaga montażu i instalacji w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź 45

Zamawiający rezygnuje z zapisu w pakiecie dot. wózków anestezjologicznych i taboretów medycznych

Pytanie nr 46**Pakiet 5 – taborety medyczne**

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy w §1 pkt. 3 ppk. a, dotyczącego paszportu technicznego, jeśli produkt jakim jest taboret medyczny z oparciem nie wymaga przeglądów?

Odpowiedź 46

Zamawiający rezygnuje z zapisu w pakiecie dot. wózków anestezjologicznych i taboretów medycznych

Pytanie nr 47

Pakiet 5 – taborety medyczne

Czy Zamawiający dopuści taboret z oparciem, który nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy, ale posiada dopuszczenie do obrotu CE i spełnia wymagane parametry techniczne? Ponadto producent posiada Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485- projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego.

Odpowiedź 47

Zamawiający rezygnuje z zapisu w pakiecie dot. wózków anestezjologicznych i taboretów medycznych

Pytanie nr 48

Pakiet 7 – wózek anestezjologiczny

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia personelu medycznego z zakresu obsługi wózków anestezjologicznych, gdyż nie są one aparaturą medyczną i zgodnie z oświadczeniem Producenta asortyment ten nie wymaga przeszkolenia, a wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi ?

Odpowiedź 48

Zamawiający rezygnuje z zapisu w pakiecie dot. wózków anestezjologicznych i taboretów medycznych

Pytanie nr 49

Pakiet 7 – wózek anestezjologiczny

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów w okresie gwarancji jeśli zgodnie z oświadczeniem producenta produkt, jakim jest wózek anestezjologiczny nie wymaga przeglądów gwarancyjnych, gdyż nie jest aparaturą medyczną ?

Odpowiedź 49

Zamawiający rezygnuje z zapisu w pakiecie dot. wózków anestezjologicznych i taboretów medycznych

Pytanie nr 50

Pakiet 7 – wózek anestezjologiczny

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy w §1 pkt. 4, dotyczącego podłączenia i uruchomienia przedmiotu umowy w przypadku wózków anestezjologicznych? Produkt, jakim są wózki zostaną dostarczone w wersji złożonej, gotowy do użytku, nie wymaga montażu i instalacji w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź 50

Zamawiający rezygnuje z zapisu w pakiecie dot. wózków anestezjologicznych i taboretów medycznych

Pytanie nr 51

Pakiet 7 – wózek anestezjologiczny

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy w §1 pkt. 3 ppk. a, dotyczącego paszportu technicznego, jeśli produkt jakim jest wózek anestezjologiczny nie wymaga przeglądów?

Odpowiedź 51

Zamawiający rezygnuje z zapisu w pakiecie dot. wózków anestezjologicznych i taboretów medycznych

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 25.04.2019r. na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych

Jerzy Didyk

Zatwierdził

Otrzymują:

1. strona internetowa
2. a/a dokumentacja przetargowa