



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia 06.06.2019 r.

L.dz. EZP.3820.290.2019

Znak sprawy ZP/PN/2019/38 – narzędzia chirurgia plastyczna

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem narzędzi chirurgicznych do realizacji zabiegów na Oddziale Chirurgii Plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna w Polanicy- Zdroju

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego ZP/PN/2019/38 – narzędzia chirurgia plastyczna zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr1 poz. 13 raspator o długości 18 cm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 16 podważkę o długości 18,5 cm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 26 nożyczki do migdałków o długości 170 mm ? reszta wymogów bez zmian.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 28 haczyk do ran o długości 160 mm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 29 hak do ran Langebeck 42x 13 mm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 30 retraktor Obwegeser o wymiarach 12x55 , dl. 24 cm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 30 - 33 retraktor Obwegeser o długości 240 mm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 33 retraktor Obwegeser o wymiarach 14 x 70 mm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 34 retraktor Obwegeser o długości 245 mm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 36-37 podważkę o długości 175 mm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 38 zgłębnik metalowy o wymiarach 7 mm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 39 podważkę do przegrody nosowej FREER o długości 185 mm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 40-42 osteotom Obwegeser o długości 150 mm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 40 osteotom Obwegeser o wymiarach 2 mm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 43 osteotom o długości 235 mm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 44 osteotom o długości 220 mm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 45 osteotom o długości 220 mm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 51 kleszczyki Obwegeser do gięcia bez utwardzenia ?

Odpowiedź: Nie zgodnie s SIWZ

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 51 kleszczyki Obwegeser do gięcia o długości 155 mm ?

Odpowiedź: Nie zgodnie s SIWZ

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 59 upychadło do gazików, tamponów Luniatschek o długości 190 mm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 poz. 60 kleszczyki tnące Middleton-Jansen o długości 190 mm ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w Załączniku nr 1 poz. 62 mógłby przedstawić zdjęcie poglądowe ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści tolerancje długości narzędzi +/-10 mm w załączniku nr 1 ? pytanie wynika głównie z tego iż nie wszyscy wykonawcy posiadają dokładnie te same długości, tych samych narzędzi chirurgicznych.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.2 Imadło o dł. 125 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 25

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.3 Imadło o dł. 125 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.5 Cyrkiel Castroviejo

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 27

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.7 Haczyk o dł. 130 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 28

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.8 Haczyk o dł. 130 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 29

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.12 Raspator o wym. 7x42 mm

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 30

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.13 Raspator o dł. 200 mm i wym. 7x17 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 31

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.14 Haczyk o dl. 140 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 32

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.15 Retraktor o wym. 38x7 mm i dł. 135 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 33

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.16 Podważka o dł. 190 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 34

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.17 Osteotom o dł. 180 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 35

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.18 Osteotom o dł. 180 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 36

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.24 Nożyczki Lexer-Baby, utwardzane, dł. 100 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 37

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.25 Nożyczki Baby-Metzenbaum, dł. 115 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 38

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.26 Nożyczki o dł. 170 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 39

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.28 Haczyk o dł. 160 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 40

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.29 Hak o wym. 42x13 mm i dł. 210 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 41

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.30 Retraktor o wym. 12x55 i dł. 230 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 42

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.31 Retraktor o wym. 70x14 i dł. 230 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 43

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.32 Retraktor o dł. 225 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 44

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.33 Retraktor o wym. 14x70 mm i dł. 225 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 45

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.34 Retraktor o wym. 70x12/22 mm i dł. 220 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 46

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.35 Retraktor o wym. 48x15 mm i dł. 160 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 47

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.36 Podważka o dł. 175 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 48

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.37 Podważka o dł. 175 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 49

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.38 Zgłębnik o szer. 7 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 50

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.39 Podważka o dł. 190 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 51

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.40 Osteotom o szer. 2,5 mm i dł. 150 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 52

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.41 Osteotom o dl. 150 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 53

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.42 Osteotom o dl. 150 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 54

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.44 Osteotom o dł. 220 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 55

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.45 Osteotom o dł. 220 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 56

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.46 Hak do ran o wym 10x25 i 17x32 oraz 10x30 i 17x35 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 57

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.50 Suwmiarka Thorpe, dł. 110 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 58

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.51 Kleszczyki o dł. 130 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 59

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.52 Osteotom o dł. 185 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 60

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.53 Jaka śr. miarki 36, 40, 42, 45 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 61

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.54 Nożyczki Fox o dł. 130 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 62

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.55 Zacisk o dł. szczęk 6 mm, otwarcie 4 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 63

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.57 Retraktor Obwegeser, kolor metaliczny wym. 60/30x60, dł. 220 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 64

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.59 Upychadło o dł. 180 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 65

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.61 Retraktor o wym. 70mm 11/15 mm, dł. 220 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 66

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.63 Punch o dł. 80 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie nr 67

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.64 Kontener o wym. 290x290x150 mm, z koszem o wym. 240x255x50 mm, z mata silikonowa o wym. 240x220mm, pokrywa aluminiowa z plombami plastikowymi jednorazowymi.

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 68

poz. 30

Czy Zamawiający dopuści Retraktor Obwegeser, zag. w górę, 10x42 mm, dł. 23 cm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 69

poz. 31

Czy Zamawiający dopuści Retraktor Obwegeser, zag. w górę, 72x15 mm, dł. 23,8 cm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 70

poz. 33

Czy Zamawiający dopuści Retraktor Obwegeser, zag. w dół, 15x72 mm, dł. 23,5 cm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 71

poz. 55

Czy Zamawiający dopuści Zacisk naczyniowy Biemer stal nierdzewna, dł. całkowita 14 mm, dł. szczęki 6mm, rozwarcie max 4mm, ciśnienie 30-40g.?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Ponadto Zamawiający informuje o korekcie w zapisach SIWZ w pkt 5 ma być ***"Postępowanie nie jest podzielone na zadania zwane pakietami. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych"*** oraz w pkt 6.2. ma być ***"Termin realizacji zamówienia: dostawa do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy"***

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu **06.06.2019 roku** na stronie internetowej Zamawiającego.

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów

Z poważaniem

Specjalistyczne Centrum Medyczne
im. św. Jana Pawła II S.A.
DYREKTOR
ds. Administracyjno-Technicznych
Jerzy Didyk

