



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia 25.09.2019 r.

L.dz. EZP.3820.443.2019

Znak sprawy ZP/PN/2019/61-ortopedia III

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem implantów stawu biodrowego i stawu kolanowego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego ZP/PN/2019/61 – ortopedia III zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1, pakiet nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźa Kirschnera w długościach 150-310mm?

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową na: 0,3 % wartości dostawy licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

Pytanie 3, pakiet nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set do zabiegów pierwotnej protezoplastyki. Dopuszcza możliwość zamówienia implantów i instrumentarium do zabiegów rewizyjnych.

Pytanie 4, pakiet nr 1

Czy Zamawiający w odniesieniu do pakietu nr 1 wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia napędu akumulatorowego?

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu **25.09.2019 r.** na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalistyczne Centrum Medyczne
im. św. Jana Pawła II S.A.
DYREKTOR
ds. Administracyjno-Technicznych
Jerzy Didyk

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów