

# Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

[www.scm.pl](http://www.scm.pl)


NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326



Polanica-Zdrój, dnia **07.02.2020r.**

L.dz. EZP.3820.39.2020

Znak sprawy **ZP/PN/2020/4-sprzet II**

## Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Zamawiający, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2020/4-sprzet II** zostały wniesione następujące zapytania:

### Pytanie nr 1

#### **Dotyczy Załącznika 1d do SIWZ (Aparat EEG 42 kanałowy) – punkt 67**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie odnośnie możliwości archiwizacji na folderach sieciowych AD w sposób nieautomatyczny?

Oferowana opcja archiwizacji wynika ze struktury rozproszonej bazy danych w oferowanym systemie, gdzie nie ma jednej centralnej bazy danych zapisanych badań.

### Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 2

#### **Dotyczy Załącznika 1d do SIWZ (Aparat EEG 42 kanałowy) – punkt 67**

Czy Zamawiający w kwestii instalacji serwera jako maszyny wirtualnej dopuści rozwiązanie instalacji bazy bez serwera jako maszyny wirtualnej?

Oferowane rozwiązanie wynika ze struktury oferowanej bazy danych jako bazy rozproszonej, gdzie centralny serwer nie jest wymagany.

### Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 3

#### **Dotyczy Załącznika 1d do SIWZ (Aparat EEG 42 kanałowy) – punkt 67**

Prosimy o doprecyzowanie czy przez załącznik 1a określa Pakiet 1 czy Pakiet 4?

### Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska, prawidłowe oznaczenie:

załącznik 1a – pakiet 1

załącznik 1b – pakiet 2

załącznik 1c – pakiet 3

załącznik 1d – pakiet 4

**Pytanie nr 4**

MYJNIA DEZYNFEKTOR– 1 kpl.

Dot. poz. 33- czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o minimalnej mocy agregatu suszącego- 4kW, przy wydajności 150m3/h?

**Odpowiedź 4**

Zamawiający dopuszcza

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 07.02.2020r. na stronie internetowej Zamawiającego.

*DYREKTOR*  
*d/s Administracyjno-Technicznych*

*Jerzy Didyk*

-----  
**Zatwierdził**

Otrzymują:

1. strona internetowa
2. a/a dokumentacja przetargowa