

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89522-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Polanica-Zdrój: Soczewki śródoczne
2020/S 038-089522**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: 020493961

Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 2

Miejscowość: Polanica-Zdrój

Kod NUTS: PL517

Kod pocztowy: 57-320

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Siedlecka

E-mail: zp@scm.pl

Tel.: +48 748621121/ +48 748621271/ +48 748621210

Faks: +48 748621122

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://bip.scm.pl>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.scm.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

ZP/PN/2020/09 – okulistyka

II.1.2) Główny kod CPV

33731110 - RA11

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów medycznych do zabiegów okulistycznych dla Oddziału Okulistycznego Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33731110 - RA11
33140000 - RA11

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Retraktory tęczówkowe wielorazowe z polipropylenu z silikonową gumką, 1 opakowanie=6 sztuk. op. 3
Rękaw irygacyjny do cięcia 2,2-2,4 mm szt. 10
Wielorazowa igła do fakoemulsyfikacji z rozszerzoną końcówką do cięcia 2,2-2,4 mm szt. 15
Komora testowa, wielorazowa szt. 20
Kaseta wielorazowa do aparatu Oertli Faros szt. 25
Soczewka tylnokomorowa, asferyczna, bezaberracyjna, jednoczęściowa. Posiadająca dwa pełne haptiki. Materiał: akryl hydrofilny, stopień uwodnienia 26 % Filtr: UV. Średnica całkowita 12,5 mm. Średnica części optycznej: 6,0 mm. Angulacja 0°. Stała A: 118,4. Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od -6D do -1D, (co 1D), 31-40D (co 1D), Implantacja: injektor jednorazowy <2,5 mm. Zabezpieczenia przed PCO -Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). Kąt zwilżania <90 % szt. 10
Soczewka tylnokomorowa, asferyczna, bezaberracyjna, jednoczęściowa. Posiadająca dwa pełne haptiki. Materiał: akryl hydrofilny, stopień uwodnienia 26 % Filtr: UV. Średnica całkowita 12,5 mm. Średnica części optycznej: 6,0 mm. Angulacja 0°. Stała A: 118,4. Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od -10- -7D (co 1D) i 41-50D (co 1D), Implantacja: injektor jednorazowy <2,5 mm. Zabezpieczenia przed PCO -Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). Kąt zwilżania <90 % szt. 10

Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu o właściwościach kohezyjnych, Stężenie hialuronianu sodu: 1.4 %.Objętość ampułkostrzykawki 1.0 ml. Masa cząsteczkowa 1,1 – 2,0 miliona Daltonów, Lepkość 30 tysięcy mPa*S. Osmolarność 270-340 mOsmol/L. szt. 1200

Olej silikonowy,lepkość kinematyczna 1300 cst,współczynnik refrakcji(20C do 25C) 1,404-1,405,gęstość(20C do 25C) 0,96-0,98 g/cm,pojemność ampułkostrzykawki 10 ml z drenem do podawania oleju silikonowego szt. 10

Olej silikonowy,lepkość kinematyczna 5500 cst,współczynnik refrakcji(20C do 25C) 1,404-1,405,gęstość(20C do 25C) 0,96-0,98 g/cm,pojemność ampułkostrzykawki 10 ml z drenem do podawania oleju silikonowego szt. 30

Perfluorodekalina C10F18 gęstość 1,92-1.94,współczynnik refrakcji 1,313-1.314(20C),temperatura wrzenia 141-143C,lepkość 2,57-2,61 cst,pojemność fiolka 5 ml. szt. 70

BSS 500 ml w szklanych butelkach szt. 150

Kaniula Dual Bore do podaży dekaliny 23G szt. 20

Kaniula Flex Tip 6mm 23 G 3mm szt. 20

Konektor męsko-męski do drenów do witrektomii szt. 100

Hydroksypropylometyloceluloza 2 % 2ml szt. 150

Endosonda do laseroterapii typu flex 25G z suwakiem szt. 30

Endosonda do laseroterapii zagięta 23G SMA szt. 30

Endosonda do laseroterapii typu flex 23G szt. 30

Kaniula Flex Tip 25G 3 mm szt. 30

Witrekotom jednorazowy sterylny 23G, CF-Cutter szt. 30

Witrekotom jednorazowy sterylny 23G, pojedyncze ostrze szt. 30

Igła fletowa jednorazowa z aspiracją aktywną 25G Flex Tip 1mm szt. 30

Igła fletowa jednorazowa z aspiracją aktywną 23G Flex Tip 1mm szt. 30

Trepan biocy jednorazowy,sterylny,próżniowy ze strzykawką aspiracyjną 5 cm3,kokmora ssąca podzielona na 16 części. Rozmiary 6.0;6.5; 7.0;7.25;7.50;7.75;8.0;8.25;8.50;8.75;9.0 mm. W zestawie ze znacznikiem (rozmiary podawane przy zamówieniu) szt. 30

Trepan dawcy jednorazowy sterylny,próżniowy ze strzykawką aplikacyjną,Rozmiary:6.0;6.5;6.75;7.0;7.25;7.5;7.75;8.0;8.25;8.50;8.75;9.0;9.5 mm próżniowe do przeszczepu rogówki-dawca(rozmiary podawane przy zamówieniu) szt. 30

Ostrze trepanu biocy, jednorazowe, sterylne, stal nierdzewna, rozmiar: 7,0; 7,25; 7,5; 7,73; 8,0; 8,25; 8,5, szt. 10

Pozycje od 28 do 43 opisane w załączniku asortymentowo-cenowym nr 1

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wadium dla Pakietu nr 1 wynosi 8 999,00 zł

Pozostałe informacje zawarte w SIWZ i załącznikach

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110 - RA11

33140000 - RA11

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, bezaberycyjna, optyka asferyczna, wykonana z akrylatu hydrofilnego. Stopień uwodnienia – $\geq 26\%$; część haptyczna: 12.5 mm, część optyczna: 6,0mm; angulacja części optycznej: 0 stopni, zakres mocy optycznej: 0D do plus (+) 32D (co 0.5D), ostra krawędź na 360 stopniach części optycznej oraz częściach haptycznych, budowa haptyki: kształt C, bez otworów w środku, zestaw implantacyjny: injector i cardridż (implantacja przez cięcie 2,0-2,2mm); optyka asferyczna opk 1000

Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, bezaberycyjna, optyka asferyczna. wykonana z akrylatu hydrofilnego z powłoką hydrofobową. Stopień uwodnienia – $\geq 25\%$; część haptyczna: 12.50-12.75 mm; część optyczna: 6,0 mm, angulacja części optycznej: 0 stopni, - posiadająca dodatek asferyczny -0,165 m korygujący asferyczność rogówkową; zakres mocy optycznej: minus (-) 20D do plus (+) 45D (co 0.5D); implantacja przez cięcie max 2.8mm; ostra krawędź na 360 stopni części optycznej oraz częściach haptycznych. Kształt ostrej krawędzi zapewniający niewielką grubość części optycznej (maksimum 1.27 mm dla mocy 21D) szt. 500
Zastawka Ahmeda, redukująca ciśnienie wewnątrzgałkowe, wykonana z silikonu, szerokość 13,00 mm, grubość 0,9mm, długość 16,0 mm, długość rurki 25,0 mm. Powierzchnia zaworu 184,0mm. Wewnętrzna średnica rurki 0,305 mm, zewnętrzna średnica rurki 0,635 mm szt. 5

Oslonka oczna przejrzysta uniwersalna, sterylna, z otworkami wentylacyjnymi, gładkie krawędzie, pakowana pojedynczo szt. 2000

Pałeczki absorbcyjne, sterylne, do osuszania pola operacyjnego w zabiegach okulistycznych szt. 4800

Patyczki spongostanowe z PVA, jałowe trójkąty, materiał do osuszania pola operacyjnego w zabiegach okulistycznych szt. 2400

Nóż do mikrochirurgii jaskry przeznaczony do usuwania beleczkowania szt. 30

Depozyt dla poz. 1, 2. po 100 sztuk soczewek

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Wadium dla Pakietu nr 2 wynosi 4 204,00 zł

Pozostałe informacje zawarte w SIWZ i załącznikach

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 3

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33731110 - RA11

33140000 - RA11

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Soczewka zwijalna jednoczęściowa z rozszerzonym zakresem widzenia wraz z kardridżem. Hydrofobowa. Z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV. Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki poniżej 1 %. Asferyczna. Tylne powierzchnie części optycznej 9 koncentrycznych pierścieni dyfrakcyjnych dających rozszerzony zakres widzenia oraz korygujących aberracje chromatyczne. Średnica części optycznej 6 mm. Średnica całkowita 13 mm. Indeks refrakcji 1,47, angulacja 0°. Zabezpieczenie przed PCO ciągła 360 stopni ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki. 3 punkty podparcia zwiększające stabilność soczewki. Zakres mocy soczewki od +5,0 D do +34,0 D w odstępach co 0,5 D. Implantacja: aplikator wielorazowego użytku szt. 10

Soczewka zwijalna jednoczęściowa z rozszerzonym zakresem widzenia do korekcji astygmatyzmu wraz z kardridżem. Hydrofobowa. Z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV. Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki poniżej 1 %. Asferyczna. Tylne powierzchnie części optycznej 9 koncentrycznych pierścieni dyfrakcyjnych dających rozszerzony zakres widzenia oraz korygujących aberracje chromatyczne. Średnica części optycznej 6 mm. Średnica całkowita 13 mm. Indeks refrakcji 1,47, angulacja 0°. Zabezpieczenie przed PCO ciągła 360 stopni ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki. 3 punkty podparcia zwiększające stabilność soczewki. Zakres mocy soczewki od +5,0 D do +34,0 D w odstępach co 0,5 D, moc cylindra w płaszczyźnie soczewki: 1,0 D, 1,5 D, 2,25 D, 3,0 D, 3,75 D, 4,5 D, 5,25 D, 6,0 D, sposób implantacji: aplikator wielorazowego użytku szt. 5

Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa, zwiijalna, toryczna wraz z kardridżem .Asferyczna.Materiał: akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV.Stopień uwodnienia poniżej 1 % w całym przekroju soczewki.Wartość aberracji powierzchni przedniej soczewki -0,27 μm .Średnica optyczna 6,0 mm.Długość całkowita 13 mm.Współczynnik refrakcji 1,47.Angulacja 0 ęstopni.Moc cylindra w płaszczyźnie soczewki: 1,0 D,1,5D,2,25D,3,0D,3,75D,4,5D,5,25D,6,0D,7,0D,8,0D.Zabezpieczenie przed PCO:ciągła 360 stopni ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki.Sposób umiejscowienia w tylnej torbie: podparcie w torbie w minimum 3 miejscach.Dioptriaż +5,0 D do +34,0 D co 0,5 D.Sposób implantacji: aplikator wielorazowego użytku szt. 20

Wiskoelastyk kohezyjny. Hialuronian Sodu o stężeniu 1 %. Postać biopolimeru: uzyskiwany poprzez fermentację mikrobiologiczną, masa cząsteczkowa: 3,2 miliona Daltons, lepkość: 150 Pas. Objętość w ampułkostrzykawce: 0,85 ml. Ampułkostrzykawka z kaniulą jednorazowego użytku 27 G w sterylnym blistrze szt. 500

"Materiał wiskoadaptacyjny o stężeniu Hialuronian Sodu 2,3 %

Postać biopolimeru: uzyskiwany poprzez fermentację mikrobiologiczną

Masa cząsteczkowa: 3,2 miliona Daltons, Lepkość: 4000 Pas.

Objętość w ampułkostrzykawce: 0,60 ml, ampułkostrzykawka z kaniulą jednorazowego użytku 25 G w sterylnym blistrze " szt. 20

Pozycja 6, 7, 8, 9, 10 opisana w załączniku asortymentowo-cenowym nr 1

Zamawiający wymaga dołączenia do pakietu dwóch systemów implantacyjnych wielorazowych.

Dla pozycji 7, 9 i 10 Zamawiający wymaga depozytu w ilościach:

Poz. 7 - 20 sztuk

Poz. 9 - 100 sztuk

Poz. 10 - 50 sztuk

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Wadium dla Pakietu nr 3 wynosi 4 006,00 zł

Pozostałe informacje zawarte w SIWZ i załącznikach

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 4

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000 - RA11

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przystawka do iniekcji doszkliskowych dedykowana do podawania Anty-VEGF. Kąt portu na igłę ustawiony na 28 stopni, odległość od rąbka 3,5mm. Kompatybilna z igłami insulinowymi oraz z igłami BD U-100 & B/Braun 30G. Nie zawierająca latexu. szt 2500

Sonda laserowa 23G. Zmienny kąt wygięcia zmieniany płynnie w zakresie 0-90 stopni za pomocą przesuwanego przycisku. Automatyczny powrót do pozycji 0 stopni po zwolnieniu nacisku. Kompatybilna z laserem Ellex. Opakowanie 10 szt. opak 20

Sonda laserowa 25G. Zmienny kąt wygięcia zmieniany płynnie w zakresie 0-90 stopni za pomocą przesuwanego przycisku. Automatyczny powrót do pozycji 0 stopni po zwolnieniu nacisku. Kompatybilna z laserem Ellex. Opakowanie 10 szt. opak 20

Kaniula typu backflush zakończona silikonową końcówką pokrytą pyłem diamentowym nadająca się do pracy aktywnej i pasywnej. Wyposażona w uszczelkę na igłę. Silikonowy rezerwuar w kolorze czarnym. 23Ga szt 30

Kaniula typu backflush zakończona silikonową końcówką pokrytą pyłem diamentowym nadająca się do pracy aktywnej i pasywnej. Wyposażona w uszczelkę na igłę. Silikonowy rezerwuar w kolorze czarnym 25Ga szt 30

Kaniula dedykowana do iniekcji podsiatkówkowych. Końcówka wykonana z Polyimidu. szt 10

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Wadium dla Pakietu nr 4 wynosi 1 104,00 zł

Pozostałe informacje zawarte w SIWZ i załącznikach

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 5
Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33140000 - RA11

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Pęseta do zdejmowania blony Descemeta do procedury DMEK (zakrzywiona), gładka platforma, zakrzywione wały, długa, płaska rękojeść, długość 115mm. Narzędzie wielokrotnego użytku, tytanowe, certyfikowane. szt. 1
Marker "S" do procedury DMEK, znacznik „s” wysokości 1,25x2,5mm, rękojeść zakrzywiona pod kątem 35 stopni, okrągła, długość 96mm. Narzędzie wielokrotnego użytku, tytanowe, certyfikowane. szt. 1

Scraper do błony Descemeta typu Daya, ostre krawędzie wokół końcówki, szerokość końcówki 0,2mm, wysokość 0,5mm, wał zakrzywiony pod kątem 45 stopni, długość końcówki do kata 14mm, okrągła rękojeść, długość 122mm. Narzędzie wielokrotnego użytku, tytanowe, certyfikowane. szt. 2

Haczyk Sinskey`ego odwrócony, końcówka o średnicy 0,18mm, skierowana w górę, wał zagięty o długości 10mm, okrągła rękojeść, długość 118mm. Narzędzie wielokrotnego użytku, tytanowe, certyfikowane. szt. 2

Marker do rogówki 8 mm, pierścień o średnicy 8mm, niski profil, okrągła rękojeść, długość 124mm. Narzędzie wielokrotnego użytku, tytanowe, certyfikowane szt. 1

Marker do rogówki 9mm, pierścień o średnicy 9mm, niski profil, okrągła rękojeść, długość 125mm. Narzędzie wielokrotnego użytku, tytanowe, certyfikowane. szt. 1

Pęseta chirurgiczna, płaskie zęby 1x2, 0,5mm, długość platformy szewnej 6mm, wały proste, płaska rękojeść, długość 116mm. Narzędzie wielokrotnego użytku, tytanowe, certyfikowane. szt. 3

Pęseta anatomiczna, platforma szewna 6mm, zagięty wał, okrągła rękojeść długości 115mm. Narzędzie wielokrotnego użytku, tytanowe, certyfikowane. szt. 3

Pęseta anatomiczna typu McPherson, platforma szewna 9,5mm, wał zakrzywiony pod kątem 45 stopni, szt. 3
Nożyczki preparacyjne, tępe końcówki, proste ostrza, długość cięcia 9 mm, płaska rękojeść, długość 115mm. Narzędzie wielokrotnego użytku, tytanowe, certyfikowane. szt. 2

Nożyczki preparacyjne, tępe końcówki, zakrzywione ostrza, długość cięcia 9mm, płaska rękojeść, długość 115mm. Narzędzie wielokrotnego użytku, tytanowe, certyfikowane. szt. 2

Imadło, średnio zakrzywione szczęki 9mm, tępo zakończone, okrągła rękojeść, długość 110mm. Narzędzie wielokrotnego użytku, tytanowe, certyfikowane. szt. 2

Imadło, średnio zakrzywione szczęki 9mm, tępo zakończone, okrągła rękojeść, długość 137mm. Narzędzie wielokrotnego użytku, tytanowe, certyfikowane. szt. 2

Tytanowa rękojeść statyczna wielorazowego użytku, kompatybilna z narzędziami wielorazowymi oraz jednorazowymi. szt. 2

Zestaw 3x mikronożyczki Packer/Chang 19 ga, proste, dedykowane do cięcia sztucznej soczewki, 3x pęseta 23 ga typu Micro- Holding, jednorazowe pakowane oddzielnie sterylne, kompatybilne z rękojeścią wielorazowego użytku szt 3

Mikropęseta Ahmed, 23 ga, zagięta, wielorazowa, kompatybilna z rękojeścią wielorazowego użytku, zakrzywiona kaniula, zalecana do pracy w przedniej komorze przy cięciu 1,0mm lub większym. szt 2

Mikropęseta 23ga typu Micro-Holding, z ząbkowaniem, zagięta, do pracy w przedniej komorze, wielorazowe narzędzie, kompatybilna z rękojeścią wielorazowego użytku szt 2

Retraktory torebkowe, zestaw 4 retractorów torebkowych do fiksacji podwiniętej soczewki, sterylne, jednorazowy, kształt pętli. op. 10
Pierścień rozszerzający źrenicę, pierścień typu Malyugin 2.0 rozszerzający źrenicę z materiału polipropylenowego z czterema narożnymi kieszeniami zawierającymi otwory do pozycjonowania w trakcie fiksacji śródźrenicznej, o średnicy 6,25 mm, kształt – kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę w komplecie iniektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego. szt 10

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Wadium dla Pakietu nr 5 wynosi 670,00 zł
Pozostałe informacje zawarte w SIWZ i załącznikach

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Pakiet nr 6
Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33731110 - RA11
33140000 - RA11

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

"Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne do korekcji astygmatyzmu wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %
Optyka asferyczna z optyką dyfrakcyjną, trifokalna

Dodatek mocy do bliży +3,25D., widzenie pośrednie +2,17D, przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie. Angulacja części haptycznych 0 stopni. Współczynnik refrakcji 1,55, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm. Część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali, moc cylindra 1D, 1.5D, 2.25D, 3D, 3,75D

Zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D)" szt 10

"Soczewka wewnątrzgałkowa, zwiijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %

Optyka asferyczna z optyką dyfrakcyjną, trifokalna

Dodatek mocy do bliży +3,25D., widzenie pośrednie +2,17D, przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie. Angulacja części haptycznych 0 stopni. Współczynnik refrakcji 1,55, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm. Część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali.

Zakres dioptrażu +13,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D)" szt 10

Fabrycznie załadowany i gotowy do użyci mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry, wykonany ze stali nierdzewnej, osadzony na sterylnym jednorazowym aplikatorze, długość implantu 2,64 mm, posiadający kanały pomocnicze, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczępiu. Do wyboru wewnętrzna średnica światła 50 mikrometrów i 200 mikrometrów szt 25

Jednorazowa, sterylnie pakowana elastyczna wysuwana pętla pokryta drobnymi wypustkami do błon ILM lub ERM – 25g+ szt 96

Jednorazowa, sterylnie pakowana pęseta do ILM 23g, aktywowana 360° szt 5

Jednorazowa, sterylnie pakowana pęseta do ILM 25g+, aktywowana 360° szt 8

Jednorazowa pęseta asymetryczna 23G szt 1

Jednorazowa pęseta asymetryczna 25G szt 1

Jednorazowa pęseta typu End Grasping 23G szt 2

Jednorazowa pęseta typu End Grasping 25G szt 2

Jednorazowa pęseta FINESSE SHARKSKIN do ILM 23G szt 2

Jednorazowa pęseta FINESSE SHARKSKIN do ILM 25G szt 2

Jednorazowa pęseta MAXGRIP 23G szt 1

Jednorazowa pęseta MAXGRIP 25G szt 1

Adapter do sklerotomii 20/23G szt 2

Adapter do sklerotomii 20/25G szt 2

Jednorazowa, sterylnie pakowana pęseta typu krokodylek 23g, aktywowana 360° szt 2

Nić polipropylenowa 10/0 długość nici 20 cm, igła prosta x 2, szpatułka, średnica igły 0,15, długość 16,15 mm szt 24

Zestaw narzędzi do implantacji soczewek: 2 indzektory, 2 pęsety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wadium dla Pakietu nr 6 wynosi 3 038,00 zł
Pozostałe informacje zawarte w SIWZ i załącznikach
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 7
Część nr: 7
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33731110 - RA11
33140000 - RA11
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Roztwór błękitu tryptanu o stężeniu 0,15 %,brillant blue G o stężeniu 0,025 %,politylenoglikolu o stężeniu 4 % rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego;osmolarność 338mOsm/kg wody,stężenie 1,75 g/l,gęstość 1,01 kg/l; stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej;pakowany w ampułko-strzykawki o pojemności 0,5 ml szt 150
Dotorebkowy pierścień napinający w iniektorze z PMMA, w samoładującym się aplikatorze,średnica 10-12 mm,kształt okrągły,blokada tłoka wewnętrzna,samoładujący się mechanizm szt 50
Soczewka przedniokomorowa afakijna mocowana do tęczówki wraz z igłą implantacyjną -soczewka afakijna - materiał:PMMA -stała A=115 -średnica części optycznej 5,4 mm,średnica całkowita 8,5 mm,zakres mocy +2D do 30D szt 15
Miotelka pokryta pyłem diamentowym 23G, rękojeść żłobiona wyposażona w mechanizm suwakowy umożliwiający chowanie i wysuwanie końcówki, kaniula prowadząca 23G o długości 28 mm, wysuwany silikonowy koniec pokryty pyłem diamentowym o długości co najmniej 1,5 mm szt 50
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Wadium dla Pakietu nr 7 wynosi 889,00 zł
Pozostałe informacje zawarte w SIWZ i załącznikach
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Pakiet nr 8
Część nr: 8
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33140000 - RA11
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II
Nr 2, 57-320 Polanica Zdrój.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Kleszczyki naczyniowe typ Halsted-Mosquito odgięte. Długość 125 mm. Delikatne skoki ząbków 0,6 mm szt 10
Kleszczyki naczyniowe typ Halsted-Mosquito odgięte. Długość 125 mm. Delikatne skoki ząbków 0,6 mm.
Końcówka robocza 1x2 ząbki szt 10
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wadium dla Pakietu nr 8 nie jest wymagane

Pozostałe informacje zawarte w SIWZ i załącznikach

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

7.4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów– na potwierdzenie Zamawiający uzna złożenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 449, 399 i 959 z późn. zm);

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.4.1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,

Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić „Wykaz wykonanych

Dostaw” – zgodnie z JEDZ Część IV: Kryteria kwalifikacji C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA Jedynie w odniesieniu

Do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych ppkt 1b) o posiadaniu 2 dokumentów Potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są W szczególności:

7.4.1.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub Ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu Składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

7.4.1.2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio powyżej budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

7.4.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz

W odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub

Sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

Stosunków prawnych.

7.4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że

Realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając

Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24

Ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Postanowienia umowne

20.1. Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ wzór umowy, który zawiera wszystkie istotne dla Zamawiającego warunki

Realizacji zamówienia. Wzory umów stanowiące załączniki nr 5a, 5b do SIWZ.

20.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami w/w wzoru umowy.

20.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 Ustawy.

20.4. Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wyniki postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym celu należy w ofercie podać adres e-mail.

20.5. Umowa zawierana jest na okres zgodny z terminem wykonania zadania i zostanie przesłana Wykonawcy pocztą

W dwóch egzemplarzach podpisanych ze strony Zamawiającego. Jeden egzemplarz umowy, podpisany należy odesłać na adres Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu, nie później jednak, niż w ciągu pięciu dni od jego otrzymania.

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 27/03/2020

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 27/03/2020

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA ul. Jana Pawła II 2

57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA – Sala audiowizualna SCM

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Luty 2021

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

Stosowane będą zlecenia elektroniczne

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz

W odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub

Sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

Stosunków prawnych.

7.4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że

Realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając

Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału

W postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24

Ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24

Ust 1 pkt 1 ustawy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z art. 26 ust. 1 Zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

7.5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy (Część III JEDZ),

7.5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli

Odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24

Ust. 5 pkt 1 ustawy.

7.5.3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega

Z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

7.5.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

8. Składanie ofert przez podmioty występujące wspólnie

8.1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty

Wystawione na niego wymienione w pkt: 7.5.2 - 7.5.4 w JEDZ (Część III JEDZ), natomiast pozostałe dokumenty Podmioty składają wspólnie, tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je

Łącznie.

8.2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

8.2.1. podmioty wspólnie składające ofertę ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PEŁNOMOCNICTWO,

8.2.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę;

8.2.3. każdy z podmiotów składających wspólnie ofertę musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu Z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 7.5.2 - 7.5.4;

Pozostałe informacje zawarte w SIWZ i załącznikach

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 /+48 224587803

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 /+48 224587803

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 /+48 224587803

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

20/02/2020