

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna



57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia **18.08.2020r.**

L.dz. EZP.3820.392.2020

Znak sprawy **ZP/PN/2020/24-lasery**

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem laserów dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Zamawiający, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2020/24-lasery** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie nr 1

pakiet 2, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści laser (sterownik) o wadze do 3 kg?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

pakiet 2, poz. 16

Czy Zamawiający wykreśli konieczność posiadania przez urządzenie czujnika do pomiaru mocy skanera, lub dopuści urządzenie bez takiego czujnika?

Odpowiedź 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3

pakiet 2, poz. 34

Czy Zamawiający wykreśli ze specyfikacji konieczność dołączenia instrukcji serwisowej i szkolenia z obsługi serwisowej potwierdzone certyfikatem?

Odpowiedź 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zamawiający jednocześnie informuje, że **ODSTĘPUJE** od zapotrzebowania asortymentu z pakietu nr 1 – załącznik nr 1a do SIWZ – laser diodowy EVLT

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 18.08.2020r. na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych

Jerzy Didyk

Zatwierdził

Otrzymują:

1. strona internetowa
2. a/a dokumentacja przetargowa