

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326



Polanica-Zdrój, dnia **04.09.2020r.**

L.dz. EZP.3820.419.2020

Znak sprawy **ZP/PN/2020/32-dezynfekcja**

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych do Apteki Szpitalnej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Zamawiający, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2020/32-dezynfekcja** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie kwasu nadoctowego przeznaczonego do dezynfekcji manualnej lub półautomatycznej wstępnie już oczyszczonych wyrobów medycznych, nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur takich jak: endoskopy światłowodowe, wideoendoskopy oraz oprzyrządowanie okulistyczne, itp. Oferowany przez nas produkt nie zawiera aldehydów, wykazuje doskonałą tolerancję materiałową, ma szeroką skuteczność mikrobiologiczną, zapobiega tworzeniu się biofilmu, zawiera substancje chroniące przed korozją. Spektrum: B, Tbc, F V (Polio, Adeno), S w czasie działania 5 min. Preparat jest roztworem gotowym do użycia – nie wymaga i nie posiada aktywatora. Użytkowany preparat zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 7 dni lub 50 cykli zastosowań. Przydatność roztworu roboczego do użycia można potwierdzić przy pomocy pasków Testowych (opakowanie zawierające po 50 pasków). Produkt do dezynfekcji w opakowaniach a 5L. Wyrób medyczny.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Pakiet 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w koncentracji w płynie do dezynfekcji narzędzi nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur oraz do wrażliwych narzędzi nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur, do manualnej dezynfekcji endoskopów, sond ultradźwiękowych, przyrządów anestezyjologicznych, preparatu na bazie dialdehydu kwasu bursztynowego, spektrum: B, (Mycobacterium Terrae, Mycobacterium Avium), F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno) w czasie 15 minut, , Polio w czasie 30 minut i 8% stężeniu roztworu użytkowego, S (Clostridium difficile) w czasie 6 godzin i 6% stężeniu roztworu użytkowego, w opakowaniach a 5L, z dołączonymi paskami (50 szt. na kanister)? Wyrób medyczny. Oferowany przez nas preparat jest doskonale tolerowany przez materiały, nie powoduje matowienia elementów optycznych. Preparat jest przystosowany do stosowania w połączeniu z metodami ultradźwiękowymi.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3**Pakiet 3 poz. 3 i 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, który dzięki efektywnemu połączeniu kompleksu trój-enzymatycznego oraz substancji powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry oraz gwarantuje zgodne z zaleceniami RKL wstępne przygotowanie wyrobów medycznych do ich dalszego reprocessowania. Preparat nadaje się do stosowania w kąpeli ultradźwiękowej i wykazuje bardzo wysoką tolerancję materiałową. Skład: chlorek didecyldimetyloamonowy, poliheksametyleno biguanidyny, niejonowe surfaktanty, kompleks enzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza), spektrum: B, F (candida albicans), V (HIV, HBV, HCV/BVDV, Vaccinia) 0,5% - 15 min. Opakowania a 2L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (poz. 3) i 5L (poz. 4). Wyrób medyczny. Preparat jest przystosowany do stosowania w połączeniu z metodami ultradźwiękowymi. Możliwość stosowania do mycia i wstępnej dezynfekcji endoskopów giętkich oraz sztywnych wiodących producentów, w tym firmy Pentax (zaświadczenie producenta produktu).

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4**Pakiet 3 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu myjąco – dezynfekującego na bazie nadwęglanu sodu przeznaczonego do manualnego oraz półautomatycznego reprocessowania endoskopów elastycznych, narzędzi oraz innych wyrobów medycznych wykonanych z wrażliwych materiałów. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych i czyszczenia metodą cyrkulacyjną (półautomaty). Spektrum działania: B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (Candida albicans), V (Adeno, Polio, Noro), S w stężeniu 2%, czas 15 minut. Pełne F – 30 min, 2%. Wyrób medyczny. Opakowania 1,5kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5**Pakiet 3 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji narzędzi, przeznaczonego do przygotowywania do ponownego użycia wszelkiego typu narzędzi (z wyjątkiem giętkich endoskopów), zawierającego pochodne alkoholowe i czwartorzędowe związki amoniowe oraz pochodne guanidyny, spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terrae, Mycobacterium Avium), F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Polyoma SV40) w czasie do 15 min, w opakowaniach a 5L? Wyrób medyczny. Znak CE. Oferowany przez nas preparat wykazuje bardzo dobrą tolerancję materiałową i skuteczność czyszczenia. Preparat jest przystosowany do stosowania w połączeniu z metodami ultradźwiękowymi

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wymaga spełnienia zapisów SIWZ dotyczących braku zawartości aldehydów, pochodnych fenolu i chloru

Pytanie nr 6**Pakiet 3 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie enzymatycznej pianki do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych, która zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach gotowa do użycia. Doskonała kompatybilność materiałowa, synergistyczne działanie kompleksu enzymów oraz surfaktantów zapewnia doskonały efekt mycia. Zawiera: kokamidopropyl betainę, węglan didecyldimetyloamonu, środki powierzchniowo czynne, enzymy, substancje antykorozyjne. dzięki efektywnemu połączeniu trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) oraz związków powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zanieczyszczenia z narzędzi. Opakowania 750ml ze spryskiwaczem spieniającym. Wyrób medyczny.

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7**Pakiet 3 – zapis pod pakietem**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waniek o pojemności 5L – 4 szt i 10L – 5 szt.?

Odpowiedź 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysoce wydajnego preparatu dezynfekcyjnego oraz odkamieniającego na bazie aktywnego tlenu (zawiera kwas nadchlorowy oraz nadtlenek wodoru) przeznaczonym do stosowania w hemodializatorach oraz stacjach uzdatniania wody. Produkt działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo oraz wirusobójczo wobec adenowirusa i wirusa polio. PH 1,2. Wyrób medyczny. Znak CE. Opakowania 5L.

Odpowiedź 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9

Pytanie ogólne:

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedź 9

Należy wycenić ułamkową ilość opakowań

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 04.09.2020r. na stronie internetowej Zamawiającego.

*DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych*

Jerzy Didyk

Zatwierdził

Otrzymują:

1. strona internetowa
2. a/a dokumentacja przetargowa