



## Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

[www.scm.pl](http://www.scm.pl)

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia 09.09.2020r.

L.dz. EZP.3820.422.2020

Znak sprawy ZP/PN/2020/34- sprzęt do dializoterapii

### Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup wraz z dostawą i rozładunkiem sprzętu jednorazowego do dializoterapii linie krwi, igły dializatory na potrzeby Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.**

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego ZP/PN/2020/34 - **sprzęt do dializoterapii** zostały wniesione następujące zapytania:

#### Pytanie 1, Pakiet nr 2

Upieram się o wyrażenie zgody na: Dopuszczenie w Pakiecie nr 2 dializatorów wysokoprzepływowych z klirensiem fosforanów min. 245 dla przepływu 300ml/min, spełniających pozostałe wymagania siwz.

**Odpowiedź 1: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 2, Pakiet nr 3 poz.1

Upieram się o wyrażenie zgody na: Dopuszczenie w Pakiecie nr 3 w poz. 1 dializatorów trójoctan z klirensiem fosforanów min. 164 dla przepływu 300ml/min, spełniających pozostałe wymagania siwz.

**Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 3, Pakiet nr 3 poz. 2

Upieram się o wyrażenie zgody na: Dopuszczenie w Pakiecie nr 3 w poz. 2 dializatorów trójoctan z klirensiem fosforanów min. 199 dla przepływu 300ml/min, spełniających pozostałe wymagania siwz.

**Odpowiedź 3: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 4, Pakiet nr 11 poz. 5

Upieram się o wyrażenie zgody na: Wydzielenie z Pakietu nr 11 poz. 5 – Igła do dializy SN i utworzenie oddzielnego pakietu.

**Odpowiedź 4: Zamawiający wyraża zgodę. Wyodrębniono pakiet nr 12 dla pozycji nr 5**

#### Pytanie 5, Pakiet nr 2 poz.1

Czy w Pakiecie 2 pozycja 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów wysokoprzepływowych, z minimalnym klirensiem fosforanów in vitro dla przepływu Qb 300 ml/min – 244 – pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź 5: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 6, Pakiet nr 10 poz.1

Czy w Pakiecie 10 pozycja 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o zadanych parametrach w opakowaniu 5 litrów, zwiększając jednocześnie ilość opakowań do 10?

**Odpowiedź 6: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 7, Pakiet nr 10 poz. 2**

Czy w Pakiecie 10 pozycja 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o zadanych parametrach w opakowaniu 5 kg?

**Odpowiedź 7: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 8, Pakiet nr 10 poz.2**

W nawiązaniu do ww. postępowania prosimy o dopuszczenie w pakiecie 10 poz. nr 2 preparatu 3,9 % podchloryn sodu, stosowany w profilaktyce likwidacji tzw. "filtru bakteryjnego" oraz odbiaćczenia hydrauliki aparatów do hemodializy , opakowania po 5 litr.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego zadania.

**Odpowiedź 8: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 9, Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane dializatora o min.klirens fosforanów In vitro dla przepływu Qb 300ml/min- 255, pozostałe zapisy siwz bez zmian?

**Odpowiedź 9: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 10, Pakiet nr 11**

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający dokona podziału Pakietu 11 na dwa osobne pakiety:

- Pakiet 11 A – igły do dializy SN – obecna pozycja 5;
- Pakiet 11 B – standardowe igły do dializy – pozostałe pozycje z pakietu 11?

**Odpowiedź 10: Zamawiający wyraża zgodę. Wyodrębniono pakiet nr 12 dla pozycji nr 5**

**Pytanie 11, Pakiet nr 1**

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający dokona podziału Pakietu 1 na dwa osobne pakiety:

- Pakiet 1 A – obecne pozycje 1 oraz 4;
- Pakiet 1 B – obecne pozycje 2 oraz 3?

**Odpowiedź 11: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 12, Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 dopuści złożenie oferty na igły do dializ sterylizowane tlenkiem etylenu, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13, Pakiet nr 1 poz. 2 i 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 i 3 dopuści złożenie oferty na dializatory o efektywnej powierzchni +/- 0,1 m2, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź 13: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 14, Pakiet nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści złożenie oferty na dializatory o efektywnej powierzchni 1,6 m2, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź 14: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 15, Pakiet nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści złożenie oferty na dializatory o efektywnej powierzchni 1,8 m2, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź 15: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 16, Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści złożenie oferty na dializatory o efektywnej powierzchni 1,8 m2, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź 16: Zgodnie z SIWZ.**


**Pytanie 17, Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści złożenie oferty na dializatory o efektywnej powierzchni 2,0 m<sup>2</sup>, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź 17: Zgodnie z SIWZ.**

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu **09.09.2020 r.** na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem



Otrzymują:

-strona internetowa

-a/a dokumentacja przetargów