



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia 23.10.2020 r.

L.dz. EZP.3820.486.2020

Znak sprawy **ZP/PN/2020/37- sprzęt do zabiegów endowaskularnych**

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup i dostawę wraz z rozładunkiem materiałów do zabiegów endowaskularnych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdroju**

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2020/37 – sprzęt do zabiegów endowaskularnych** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1

Pakiet 3 poz. 18

Czy Zamawiający w pozycji 18 pakiet 3 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsiemku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Odpowiedź 1: Nie

Pytanie 2

Pakiet 3 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 18 z pakietu 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź 2: Nie

Pytanie 3

Dot. projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) poprzez nadanie § 2 ust. 2.2 zdanie trzecie następującego brzmienia: „Własność implantów przechodzi na Zamawiającego z chwilą pobrania z Depozytu.”

Odpowiedź 3: Zamawiający uwzględni proponowane zmiany w zmodyfikowanym wzorze umowy

Pytanie 4

Dot. projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) poprzez dodanie § 2 ust. 2.5a o następującej treści: „Implanty, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z Depozytu przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w Depozycie więcej niż jeden implant danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności implant z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź 4: Zamawiający uwzględni proponowane zmiany w zmodyfikowanym wzorze umowy

Pytanie 5

Dot. projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) poprzez dodanie § 2 ust. 2.5b o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności implantów przechowywanych w Depozycie.”

Odpowiedź 5: Zamawiający uwzględni proponowane zmiany w zmodyfikowanym wzorze umowy

Pytanie 6

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 4 zestawu do usuwania ciał obcych: pętla jednooczkowa, posiadająca boczny łącznik, śr. cewnika prowadzącego 4, 5, 6F, długość cewnika prowadzącego 105cm, długość pętli 125cm, dostępne średnice pętli: 5, 10, 15, 20 i 30mm. Dodatkowo dostępna wersja pętli o budowie koszyczkowej (czteroooczkowej) o śr. koszyczka do 40mm, śr. koszulki 8F, dł. 55 lub 100cm.

Odpowiedź 6: Tak

Pytanie 7

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 5 przewodników hydrofilnych o średnicy 0.018" i 0.035" o końcówce prostej lub zagiętej 45°, dostępnych ze sztywnym, miękkim lub standardowym szafem. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź 7: Tak

Pytanie 8

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 11 przewodników hydrofilnych o końcówce prostej lub zagiętej 45°/ Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź 8: Tak

Pytanie 9

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu 13 stentgratów aortalnych o długości 37 i 48mm dla średnicy 22 i 24mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź 9: Tak

Pytanie 10

Dotyczy zapisów Załącznika nr 6 – wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o warunkowe wykreślenie pkt. 2.8-2.10 §2 umowy w przypadku, kiedy zaoferowany asortyment nie będzie wymagał udostępnienia instrumentarium do implantacji.

Odpowiedź 10: Nie ma podstaw do uwzględnienia zmian

Pytanie 11

Dotyczy zapisów Załącznika nr 6 – wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów pkt. 2.18 §2 umowy o zwrot: „Za implanty zużyte uważany jest również towar rozsterylizowany, w uszkodzonym lub oklejonym taśmą, naklejkami opakowaniu zewnętrznym (folia lub opakowanie kartonowe)”.

Odpowiedź 11: Nie ma podstaw do uwzględnienia zmian

Pytanie 12

dotyczy pakietu nr 2 POZYCJA 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o WYDZIELENIE z pakietu nr 2 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego pakietu oraz dopuszczenie stentów najwyższej jakości (od producenta ze Szwajcarii - nitinolowe stenty obwodowe) o innowacyjnej konstrukcji; Oferujemy Zamawiającemu dwa modele: „Pull” oraz „Flex” - z tej samej serii stentów, które odchodzą od zasady „one - fits – all”. Stenty te pozwalają na optymalizację wyników klinicznych w zależności od miejsca i stopnia kalcyfikacji zmiany naczyń peryferyjnych. Jako jedyne na rynku są w 100% tworzone są ręcznie, przechodzą także 3-krotną kontrolę jakości, 5-krotne hartowanie oraz 3-krotną pasywację powłoki; Stenty „PULL” gwarantują perfekcyjny balans pomiędzy rezystancją kompresyjną a deformacją podłużną w naczyniu. Są zatem dedykowane mniej ruchliwym naczyniom z maszyną lub dużą kalcyfikacją o sile radialnej dwukrotnie wyższej niż jakiegokolwiek stent dostępny na rynku, dzięki czemu zmiany typu total occlusion nie wymagają reoperacji w 1-rocznym follow-up u 92% pacjentów; Stenty „FLEX” są dedykowane naczyniom o większej mobilności, średnio-skalcyfikowanych lub zmian kompleksowych, zapewniając doskonałą równowagę pomiędzy kompresją radialną stentu a deformacją związaną ze zginaniem naczynia podczas ruchów.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, prosimy o dopuszczenie naszych parametrów użytkowych opisanych poniżej:

- średnice od 5mm do 10mm
- długość stentów NiTi: 30mm-200mm
- długość użytkowa systemu delivery: 85cm , 135cm oraz 175 cm do wyboru Zamawiającego;
- 4 markery (po dwa na każdym końcu)
- kompatybilne z introducerem 6Fr
- kompatybilne z przewodnikiem 0,035
- system uwalniania stentu z możliwością błyskawicznego odłączenia i ręcznego uwolnienia stentu
- dostępne w wersji do silnych kalcyfikacji: „Pull” oraz bardziej podatne „Flex”;

Odpowiedź 12: Nie

Pytanie 13

dotyczy pakietu nr 2 POZYCJA 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o WYDZIELENIE z pakietu nr 2 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego pakietu oraz dopuszczenie wysokiej jakości cewników balonowych o poniższych parametrach:

- typ dual – lumen /OTW o bardzo wysokiej rezystancji na uszkodzenia mechaniczne
- wykonane z wysokiej jakości nylonu
- średnice balonu 2-10 mm
- długości 40 – 220 mm
- długość systemu dostarczania 85 , 135, 175 cm
- 2 markery
- kompatybilny z przewodnikiem 0,018, i 0,035
- kompatybilny z introducerem 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr

Odpowiedź 13: Nie

Pytanie 14

dotyczy pakietu nr 12 POZYCJA 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o WYDZIELENIE z pakietu nr 12 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego pakietu . Proponowane przez nas cewniki angiograficzne są zbrojone, odporne na złamania z nylonowym wzmocnieniem ściany, posiadają miękką i atraumatyczną końcówkę i spełniają wymagania SIWZ.

Odpowiedź 14: Nie

Ponadto Zamawiający zamieści na stronie bip.scm.pl zmodyfikowany załącznik nr 6 projekt umowy

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu **23.10.2020 r.** na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych

Jerzy Didyk

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów