



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica- Zdrój, dnia 09.04.2021 r.

L.dz. EZP.3820.141.2021

Znak sprawy ZP/PN/2021/06 – kardiologia jednorazówka II

Uczestnicy postępowania

dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup i dostawę wraz z rozładunkiem, jednorazowego sprzętu do zabiegów ablacji dla Oddziału Kardiologii Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.**,

Zamawiający **Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.**, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2021/06–kardiologia, jednorazówka II** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1, pakiet nr 1:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 zestawy do krioablacji wymaga złożenia oferty na:

- poz.1 cewnik balonowy do krioablacji żył płucnych O rozmiarach 23mm i 28mm do wyboru przez Zamawiającego,
- poz.2 koszulka sterowalna do balonu o wewnętrznej średnicy max 12F
- poz.5 cewnik diagnostyczny do mapowania żył płucnych o średnicy 15mm, 20mm i 25mm do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź 1: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:

Czy w Pakiecie nr 1 poz 7 i 8 (dzierżawa) nie wystąpiła pomyłka pisarska? Zamawiający podał stawkę VAT 8%. Dzierżawa jest usługą na którą nałożona jest 23% stawka podatku VAT. Prosimy o modyfikację formularza w tym zakresie.

Odpowiedź 2: Tak, wystąpiła pomyłka pisarska, poprawiony formularz asortymentowo-cenowy został umieszczony na stronie postępowania.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą rozszerzenie zapisów umowy §2 o ustęp : „Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania asortymentu objętego depozytem, tak aby zachować go w stanie niepogorszonym, bez uszkodzeń. Za asortyment uszkodzony uważany jest również towar rozsterylizowany, w uszkodzonym lub oklejonym taśmą, naklejkami opakowaniu zewnętrznym (folia lub opakowanie kartonowe)”.

Odpowiedź 3 : Zamawiający wyraża zgodę, zmienione projektowane postanowienia umowy dodane są jako załącznik na stronie postępowania.

DYREKTOR

d/s Administracyjno-Technicznych

09.04.2021r.

Jerzy Didyk

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów

