



## Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

[www.scm.pl](http://www.scm.pl)

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica- Zdrój, dnia 12.04.2021 r.

L.dz. EZP.3820.167.2021

Znak sprawy ZP/TP/2021/09 – nici

### Uczestnicy postępowania

dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem nici chirurgicznych na potrzeby Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.**

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, oznaczonego **ZP/TP/2021/09 – nici**, zostały wniesione następujące zapytania:

#### Pytanie 1

##### Pakiet 1, poz. 8

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1: -w pozycji nr 8 z igła 30 mm podwójnie pogrubioną-utwardzoną?

**Odpowiedź 1: Tak**

#### Pytanie 2

##### Pakiet 1, poz. 15

Prosimy o potwierdzenie , że w pakiecie 1 w poz. 15 zamawiający wymaga igły 24 mm progresywnej okrągło-tnącej czyli igły progresywnej okrągłej o zakończeniu krótkim tnącym.

**Odpowiedź 2: Tak Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 3

##### Pakiet 1, poz. 35 i 31

Czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 35 i 31 szwu z igłą o średnicy 330 micronów?

**Odpowiedź 3: Tak Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 4

##### Pakiet 1, poz. 40

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1:

-w pozycji nr 40 z igła 37 mm okrągła z czterema krawędziami tnącymi

**Odpowiedź 4: Tak**

#### Pytanie 5

##### Pakiet 1, poz. 42

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1:

-w pozycji nr 42 szwu z igła 8 mm ¼ koła lancetowatą o zakończeniu mikro-point o długości nitki 45 cm lub jeżeli Państwo nie wyrażają zgody, prosimy o wyłączeniu tej pozycji do odrębnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności

**Odpowiedź 5: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 6

##### Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 szew syntetyczny wchłaniaalny z kopolimeru glikolu i l-laktydu(w stosunku 30%/70%) powleczonego 50% kopolimer glikolidu i poli l-laktydu i 50% stearynianu wapnia o podtrzymaniu tkankowym 25% po 28 dniach?

**Odpowiedź 6: : Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 7****Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 szew syntetyczny wchłaniający z kopolimeru glikolu i l-laktydu o krótkim okresie podtrzymywania tkanki i wchłaniania powleczonego 50% kopolimer glikolidu i poli l-laktydu i 50% stearynianu wapnia wchłaniający się do 42 dni od zaimplantowania, o okresie podtrzymywania tkanki 50% po 5 dniach, ze względu na to iż szew syntetyczny pleciony powleczony glikonatem wchłaniający się około 42 dni o okresie podtrzymywania tkanki 50% po 5 dniach został wycofany z rynku przez producenta

**Odpowiedź 7: Tak Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 8****Pakiet 2, poz. 2**

Czy zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 2 wymaga szwu z igła 30mm 1/2 koła okrągłą

**Odpowiedź 8: Tak Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 9****Pakiet 11 poz. 1,2,4 oraz 8,9 i 11-24 i 26**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w pozycjach 1,2,4 oraz 8,9 i 11-24 i 26 w których wymaga szwów z igła odwrotnie tnącą wymaga igieł odwrotnie tnących o trójkątnym kształcie na całej długości igły?

**Odpowiedź 9: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 10****Pakiet 1, poz. 22**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 11; -w pozycji nr 22 z igła 4 mm 1/4 koła okrągłą wzmocnioną mikro

**Odpowiedź 10: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 11****Pakiet 11, poz. 23-33**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w pozycjach 23-33 wymaga szwu monofilamentowego polipropylonowego oraz polipropylonowego z dodatkiem polietylenu?

**Odpowiedź 11: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 12****Pakiet 11, poz. 30**

Prosimy o wyłączenie w pakiecie 11 poz 30, ponieważ producent wycofał w/w produkty z rynku europejskiego.

**Odpowiedź 12: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 13****Pakiet 13, poz. 2,3 i 4**

Prosimy o wyłączenie w pakiecie 13 poz 2,3 i 4, ponieważ producent wycofał w/w produkty z rynku europejskiego.

**Odpowiedź 13: Zamawiający nie wyraża zgody**

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284. ust.6., ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamieszczone zostały w dniu 12.04.2021r. na stronie internetowej Zamawiającego.

*DYREKTOR*  
*d/s Administracyjno-Technicznych*

*12.04.2021r. Jerzy Didyk*

*(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)*

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów