Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna
57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2
Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102
www.scm.pl
NIP: 8831788549; REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia **14.04.2021r.**

L.dz. EZP.3820.172.2021
Znak sprawy **ZP/PN/2021/03-rękawice**

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wraz z rozładunkiem rękawic medycznych jednorazowego użytku, niesterylnych dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Zamawiający, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2021/03-rękawice** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Pakiet 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy rękawic diagnostycznych, lateksowych, bezpudrowych, teksturowanych oznaczonych znakiem CE, oznaczonych jako środek ochrony indywidualnej kat. III, wyrób medyczny klasy I, spełniające normę ASTM F 1671, normy środowiskowe i BHP ISO 14001, ISO13485, pozostałe zgodnie z SWZ?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2

Pakiet 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy rękawic diagnostycznych, lateksowych, bezpudrowych, teksturowanych o zawartości białka poniżej 35g/mg, pozostałe zgodnie z SWZ?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3

Pakiet 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby rękawice posiadały otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją?

Odpowiedź 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowania rękawic w rozmiarze XL po 90 sztuk i odpowiednie przeliczenie ilości w formularzu ofertowym.

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 5

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy rękawic diagnostycznych, nitrylowych, bezpudrowych, teksturowanych oznaczonych znakiem CE, oznaczonych jako środek ochrony indywidualnej kat. III, wyrób medyczny klasy I, spełniające normę ASTM F 1671, normy środowiskowe i BHP ISO 14001, ISO13485 oraz ISO9001, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków), pozostałe zgodnie z SWZ?

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby rękawice posiadały otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją?

Odpowiedź 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic oznaczone jako wyrób medyczny kat. I oraz środek ochrony indywidualnej kl. I, pozostałe zgodnie z SWZ?

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy rękawic diagnostycznych, winylowych, bezpudrowych, teksturowanych oznaczonych znakiem CE, oznaczonych jako środek ochrony indywidualnej kat. I, wyrób medyczny klasy I, spełniające normę ASTM F 1671, pozostałe zgodnie z SWZ?

Odpowiedź 8

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 9

Projekt umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź 9

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem dostarczenia próbki zamiennika i uzyskania zgody Zamawiającego.

Pytanie nr 10

Projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. pkt 1 słowa ,,10% ceny brutto niezrealizowanej części umowy'' zostały zastąpione słowami „5 % ceny brutto niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11

Projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 6 ust. pkt 3 słowa ,,3% ceny brutto niezrealizowanego zamówienia'' zostały zastąpione słowami „0,5 % ceny brutto niezrealizowanego zamówienia"?

Odpowiedź 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:

a) poziom szczelności AQL 1,5 *(jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa, wymóg ten nie powinien dyskwalifikować naszego produktu który spełnia wymagania norm europejskich, a co za tym idzie brakiem możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym);*

b) w rozmiarach S, M, L, XL;

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B.

Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, ASTM F 1671, ASTM D 6978 (31 substancji cytostatycznych).

Odpowiedź 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 135, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.11.2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 14.04.2021r. na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych

Jerzy Didyk

Zatwierdził

Otrzymują:
1. strona internetowa
2. a/a dokumentacja przetargowa