



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica- Zdrój, dnia 22.02.2022 r.

L.dz. EZP.3820.22.2022

Znak sprawy ZP/PN/2022/4 – kardiologia

Uczestnicy postępowania

dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania na zakup i dostawę wraz z rozładunkiem materiałów medycznych do zabiegów kardiologicznych dla Oddziału Kardiologii Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego, bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 z późn. zm.) , oznaczonego **ZP/PN/2022/4 – kardiologia** , zostały wniesione następujące zapytania:


Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 pozycja 1 igieł do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej o następujących parametrach opisanych poniżej:

IGŁA

- dostępne 2 różne krzywizny odpowiadające BRK i BRK1
- dostępne 3 różne długości igieł 56, 71, 89 cm
- igła wykonana ze stali Z WYGODNĄ RĘKOJEŚCIĄ DO ROTACJI/MANIPULACJI – DODATKOWA KORZYŚĆ
- dostępna igła extra ostra - do łatwiejszego nakłucia przegrody



Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.



Pytanie 2
Dot. Pakietu 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 poz. 2 koszulek do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej o następujących parametrach opisanych poniżej:

KOSZULKA

- Koszulka ZBROJONA 8.0 i 8.5F,10 F
- Różne ukształtowania końcówek 45-50 +/- 5 st. i 180 st.
- Zastawka hemostatyczna z kranikiem
- Wnętrze pokryte PTFE
- Prowadnik 0,032", 180cm
- Atraumatyczna końcówka z wysoką widocznością w skopii
- Do wyboru krzywizny koszulek, odpowiadające SL0, SL1, SR0, LAMP;

Zdjęcia produktu poniżej:



Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3
dot. Pakietu 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 poz. 3 elektrod diagnostycznych 4-polowych do stałej krzywiznie; średnica 4-6F; minimum 4 rodzaje spacingu do wyboru; dostępne 7 rodzajów krzywizn; długość elektrody 120 cm; wersja cewnika o zbrojonej konstrukcji shaftu z miękką, atraumatyczną końcówką.

Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4
dot. Pakietu 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 poz. 5 elektrod diagnostycznych 10 polowych niesterowalnych; średnica 4-6F, - 5 różnych krzywizn do wyboru; dostępna krzywizna dedykowana do zatoki wieńcowej; dostępne 4 różne rozstawy elektrod, w tym 2 – 5 - 2, - długość elektrod 120 cm .

Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5
Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 6

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 6 pętli do usuwania ciał obcych wykonanych z elastycznego drutu nitinolowego owiniętego cienkim, cieniodyjnym, platynowym zwojem o dostępnym rozmiarze:

- 2mm do 4mm, długość 175 cm, cewnik 3 F,
- 5mm do 30 mm, długości 125 cm, cewnik 4-6F.

W skład zestawu wchodzi: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli i torquer.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza sprzęt o takich parametrach.

Pytanie 6

Pytanie do Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kolec do kontrastu:

kolec z odpowietrznikiem, zastawką i krótkim drenikiem do pojemników z kontrastem, końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową zabezpieczoną koreczkiem , długość zestawu 15 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sprzęt o takich parametrach.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 2 ust 2)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 2 ust 2)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, zmodyfikowany projekt umowy udostępni na stronie postępowania.

DYREKTOR

d/s Administracyjno-Technicznych

22.02.2022 r.

Jerzy Didyk

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów