



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

[www.scm.pl](http://www.scm.pl)

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica- Zdrój, dnia **01.09.2022** r.

L.dz. EZP.3820.165.2022

Znak sprawy ZP/PN/2022/29 – jednorazówka

### Uczestnicy postępowania

dotyczy : sprostowania do pytań od 252 do 261 wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem rozładunkiem jednorazowych materiałów medycznych na potrzeby Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.**

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, informuje, o sprostowaniu dot. Pytań od 252 do 261 (L.dz. EZP.3820.163.2022) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2022/29 – jednorazówka**

#### Sprostowanie do Pytania 252

##### Pakiet 35

Czy Zamawiający wymaga zestawu do kraniotomii wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramatura 57,4 g/m<sup>2</sup>? Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 50 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź 252: Tak Zamawiający dopuszcza**

#### Sprostowanie do Pytania 253

##### Pakiet 36

Czy Zamawiający wymaga zestawu do artroskopii w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy

6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz

dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa)

o gramatura 57,4 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź 253: Tak Zamawiający dopuszcza**

#### Sprostowanie do Pytania 254

##### Pakiet 37

Czy Zamawiający wymaga zestawu do laparoskopii w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260/200 cm x 335 cm w pozycji prostej pacjenta z otworem

w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami

do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa)

o gramaturze 57,4 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna. Całkowita gramatura

laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź 254: Tak Zamawiający dopuszcza**

#### Sprostowanie do Pytania 255

##### Pakiet 39

Czy Zamawiający wymaga zestawu do cięcia cesarskiego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm  
1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm  
1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery T 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej  
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej), o gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź 255: Tak Zamawiający dopuszcza**

#### **Sprostowanie do Pytania 256**

##### **Pakiet 40**

Czy Zamawiający wymaga zestawu z wycięciem U do żyłaków wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,4 g/m<sup>2</sup>. W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 110 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź 256: Tak Zamawiający dopuszcza**

#### **Sprostowanie do Pytania 257**

##### **Pakiet 41**

Czy Zamawiający dopuści serwetę posiadającą pasek samoprzylepny pokryty klejem zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie serwety podczas zabiegu zakładając właściwą aplikację serwety?

**Odpowiedź 257: Tak Zamawiający dopuszcza**

#### **Sprostowanie do Pytania 258**

##### **Pakiet 42**

Czy Zamawiający dopuści osłonę ortopedyczną wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,4 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź 258: Tak Zamawiający dopuszcza**

#### **Sprostowanie do Pytania 259**

##### **Pakiet 115**

Czy Zamawiający wymaga zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta brzuszno - kroczoza wzmocniona 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny

dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm

z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,4 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 50 x 60cm.

Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie płynów

min. 129 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/sucho 185/175 kPa (strefa niekrytyczna); w

obszarze wzmocnienia odporność na przenikanie płynów min. 174 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na

mokro/sucho 273/283 kPa. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT,

datę ważności oraz dane producenta

**Odpowiedź 259: Tak Zamawiający dopuszcza**

#### **Sprostowanie do Pytania 260**

##### **Pakiet 118**

Czy Zamawiający wymaga zestawu do operacji kończyn w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna samoprzylepna 75 cm x 75 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę wzmocniona 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)

o gramaturze 57,4 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100 cm x 50

cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie

płynów min. 129 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/sucho 185/175 kPa, współczynnik pylenia

2,2 log<sub>10</sub> (strefa niekrytyczna); w obszarze wzmocnienia odporność na przenikanie płynów min. 174 cm

H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/sucho 273/283 kPa. Zestaw posiada min. 2 etykiety

samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie papier-  
folia bez portów do bez sterylizacji.

**Odpowiedź 260: Tak Zamawiający dopuszcza**

#### **Sprostowanie do Pytania 261**

##### **Pakiet 119**

Czy Zamawiający wymaga zestawu do operacji kończyn w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów  
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,4 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie płynów min. 129 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/sucho 185/175 kPa (strefa niekrytyczna); w obszarze wzmocnienia odporność na przenikanie płynów min. 174 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/sucho 273/283 kPa. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie papier- folia bez portów do bez sterylizacji.

**Odpowiedź 261: Tak Zamawiający dopuszcza**

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284. ust.6., ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamieszczone zostały w dniu **01.09.2022 r.** na stronie internetowej Zamawiającego.

**DYREKTOR**  
**ds. Administracyjno-Technicznych**

**Jerzy Didyk**

-----  
*upoważnionej)*

-----  
*(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby*

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów