



Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Polanica-Zdrój, dnia **30.01.2018r.**

L.dz. E.ZP.3820.27.2018

Znak sprawy **ZP/PN/2018/04-nici**

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą materiałów szewnych dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A.

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2018/04 – nici** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 9

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na silikonowe tasiemki retrakcyjne, nieprzepuszczalne dla promieni RTG w różnych kolorach i średnicach

W poz. 1 o szerokości 1,5 mm, długości 40cm

W poz. 2 o szerokości 2,4 mm, długości 75cm

Odpowiedź 1

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 1, poz. 1 – 33

Czy Zamawiający dopuści nici, które różnią się od opisywanych w SIWZ jedynie stosunkiem glikolidu do L-laktydu (30/70) zamiast wymaganych (35/65)?

Odpowiedź 2

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 1, poz. 5, 6, 11, 16-18, 21-23, 26, 27

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75cm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź 3

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 1, poz. 11, 13

Czy Zamawiający dopuści igłę z trzema krawędziami tnącymi, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź 4

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 1, poz. 15

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź 5

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłaniające, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, zdolność podtrzymywania tkankowego 50% po 8-11, wchłaniające się zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź 6

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 2, poz. 2, 3, 6, 9

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75cm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź 7

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści nici, monofilamentowych z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, wchłaniające się między 90-120 dni od zaimplantowania, i 40% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach od zaimplantowania?

Odpowiedź 8

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Pakiet 3, poz. 1-4, 6

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 75cm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź 9

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści nici wchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe z polidiodksanonu, wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania, o podtrzymywaniu tkankowym po 57 dniach ok. 40%?

Odpowiedź 10

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Pakiet 4, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści igłę z trzema krawędziami tnącymi, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź 11

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku triclosanu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź 12

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrótnie tnącą z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki?

Odpowiedź 13

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Pakiet 11, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne bez guziczków?

Odpowiedź 14

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Pakiet 16

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli opisując nić jako Typ-16.

Odpowiedź 15

Zamawiający rezygnuje z pakietu nr 16.

Pytanie nr 16

Pakiet 1

Prosimy o dopuszczenie nici Typ 1: SZEW SYNTETYCZNY, WCHŁANIALNY, WIELOWŁÓKNOWY, POWLEKANY MIESZANKĄ KOPOLIMERU KAPROLAKTANU-GLIKOLIDU I STEARYOILOMLECZANU WAPNIA, OKRES PODTRZYMYWANIA TKANEK 28 DNI, OKRES WCHŁANIAŃ 56-70 DNI. PODTRZYMYWANIE TKANKOWE 140% BEZPOŚREDNIO PO WSZCZEPIENIU, 80% PO 14 DNIACH, 30% PO 21 DNIACH.

Odpowiedź 16

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 3x75 cm.

Odpowiedź 17

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Pakiet 1, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 150 cm.

Odpowiedź 18

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Pakiet 1, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 75 cm.

Odpowiedź 19

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Pakiet 1, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 32 mm, nici o długości 75.

Odpowiedź 20

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Pakiet 1, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 27 mm.

Odpowiedź 21

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

Pakiet 1, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 37 mm.

Odpowiedź 22

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Pakiet 1, poz. 10

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 3x75 cm.

Odpowiedź 23

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

Pakiet 1, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie igły z 3 krawędziami tnącymi i nici o długości 75 cm.

Odpowiedź 24

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25

Pakiet 1, poz. 12

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 40 mm.

Odpowiedź 25

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26

Pakiet 1, poz. 13

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 26 mm i nici o długości 75 cm.

Odpowiedź 26

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

Pakiet 1, poz. 14

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 3x75 cm.

Odpowiedź 27

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28

Pakiet 1, poz. 15

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 5x45 cm.

Odpowiedź 28

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

Pakiet 1, poz. 16

Prosimy o dopuszczenie igły kosmetycznej odwrotnie tnącej i nici o długości 75 cm.

Odpowiedź 29

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet 1, poz. 17

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 75 cm.

Odpowiedź 30

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31

Pakiet 1, poz. 18

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 75 cm.

Odpowiedź 31

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

Pakiet 1, poz. 20

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 3x75 cm.

Odpowiedź 32

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

Pakiet 1, poz. 21

Prosimy o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej.

Odpowiedź 33

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

Pakiet 1, poz. 22

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 75 cm.

Odpowiedź 34

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

Pakiet 1, poz. 23

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 75 cm.

Odpowiedź 35

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Pakiet 1, poz. 25

Prosimy o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej.

Odpowiedź 36

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37

Pakiet 1, poz. 26

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 75 cm.

Odpowiedź 37

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Pakiet 1, poz. 27

Prosimy o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej i nici o długości 75 cm.

Odpowiedź 38

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

Pakiet 1, poz. 28

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 2x8,6mm.

Odpowiedź 39

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40

Pakiet 1, poz. 29

Prosimy o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej.

Odpowiedź 40

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Pakiet 1, poz. 30

Prosimy o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej.

Odpowiedź 41

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

Pakiet 1, poz. 31

Prosimy o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej.

Odpowiedź 42

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43

Pakiet 1, poz. 32

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 2x8,6mm.

Odpowiedź 43

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

Pakiet 1

Prosimy o dopuszczenie Nici Typ 8: SZEW SYNTETYCZNY, NIEWCHŁANIALNY, PLECIONY, POLIESTROWY, powlekany polibutylenem (każde włókno powlekane osobno oraz cała spleciona nić) w celu zmniejszenia kapilary i ułatwienia przejścia przez tkanki.

Odpowiedź 44

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45

Pakiet 1, poz. 35

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 40mm z 3 krawędziami tnącymi i nici o długości 5x 75 cm.

Odpowiedź 45

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46

Pakiet 1, poz. 36

Prosimy o dopuszczenie igły z 3 krawędziami tnącymi i nici o długości 5x 75.

Odpowiedź 46

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47

Pakiet 1, poz. 37

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 2x8,6mm.

Odpowiedź 47

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

Pakiet 11

Prosimy o dopuszczenie nici Typ 11: Nici niewchłanialne, monofilamentowe, nylonowe, wykonane z długolańcuchowych polimerów alifatycznych.

Odpowiedź 48

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49

Pakiet 11, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 90 cm.

Odpowiedź 49

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50

Pakiet 11, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 90 cm.

Odpowiedź 50

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51

Pakiet 11, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie szwu o grubości 0.

Odpowiedź 51

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52

Pakiet 11, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 20 cm.

Odpowiedź 52

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53

Pakiet 11, poz. 14

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 75 cm.

Odpowiedź 53

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54

Pakiet 11, poz. 20

Prosimy o dopuszczenie nici o długości 8 cm.

Odpowiedź 54

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

Pakiet 11

Prosimy o dopuszczenie nici Typ 12: Nici niewchłanialne, wykonane z polipropylenu z dodatkiem polietylenu.

Odpowiedź 55

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56

Pakiet 11, poz. 24

Prosimy o dopuszczenie igły prostej w rozmiarze 60 mm i nici o długości 75 cm.

Odpowiedź 56

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57

Pakiet 11, poz. 27

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 2x13mm.

Odpowiedź 57

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58

Czy zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 2 wymaga szwu z igłą wzmocnioną 40mm ½ koła okrągłą?

Odpowiedź 58

Tak, wymaga.

Pytanie nr 59

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1:
-w pozycji nr 7 z igła 30 mm podwójnie pogrubioną-utwardzoną?

Odpowiedź 59

Tak, wyraża zgodę.

Pytanie nr 60

Prosimy o potwierdzenie , że w pakiecie 1 w poz. 13 zamawiający wymaga igły 24 mm progresywnej okrągło-tnącej czyli igły progresywnej okrągłej o zakończeniu krótkim tnącym.

Odpowiedź 60

Tak, potwierdza.

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 32 i 28 szwu z igłą o średnicy 330 micronów?

Odpowiedź 61

Tak, wymaga.

Pytanie nr 62

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1:
-w pozycji nr 35 z igła 37 mm okrągła z czterema krawędziami tnącymi

Odpowiedź 62

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 63

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 1:
-w pozycji nr 37 szwu z igła 8 mm ¼ koła lancetową o zakończeniu mikro-point lub jeżeli Państwo nie wyrażają zgody, prosimy o wyłączeniu tej pozycji do odrębnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności

Odpowiedź 63

Zamawiający, wydziela z pakietu nr 1 pozycję 37 do nowego pakietu nr 19.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 szew syntetyczny wchłaniający z kopolimeru glikol idu i l-laktydu o krótkim okresie podtrzymywania tkanki i wchłaniania powleczonego 50% kopolimer glikolidu i poli l-laktydu i 50% stearynianu wapnia wchłaniający się do 42 dni od zaimplantowania, o okresie podtrzymywania tkanki 50% po 5 dniach, ze względu na to iż szew syntetyczny pleciony powleczony glikonatem wchłaniający się około 42 dni o okresie podtrzymywania tkanki 50% po 5 dniach został wycofany z rynku przez producenta

Odpowiedź 64

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65

Czy zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 2 wymaga szwu z igła 30mm ½ koła okrągłą

Odpowiedź 65

Tak, wymaga.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w pozycjach 1-3 oraz 7-18 w których wymaga szwów z igła odwrotnie tnącą wymaga igieł odwrotnie tnących o trójkątnym kształcie na całej długości igły?

Odpowiedź 66

Tak, wymaga.

Pytanie nr 67

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 11;
-w pozycji nr 20 z igła 4 mm 1/4 koła okrągłą wzmocnioną mikro

Odpowiedź 67

Tak, wyraża zgodę.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w pozycjach 21-27 wymaga szwu monofilamentowego polipropylonowego?

Odpowiedź 68

Tak, wymaga.

Pytanie nr 69

Pakiet 1 – Czy Zamawiający dopuści w pozycjach określonych jako TYP-1 zaoferowanie szwów syntetycznych z kwasu poliglikolowego, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym ok. 20% po 28 dniach?

Odpowiedź 69

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 70

Pakiet 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm we wszystkich pozycjach w których Zamawiający oczekuje zaoferowana szwu z nitką o długości 70cm?

Odpowiedź 70

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 71

Pakiet 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 150cm we wszystkich pozycjach w których Zamawiający oczekuje długości 140cm?

Odpowiedź 71

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 72

Pakiet 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 1 x 150cm lub 2 x 75cm we wszystkich pozycjach w których Zamawiający oczekuje zaoferowania podwiązki 2 x 70cm?

Odpowiedź 72

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 73

Pakiet 1, pozycja 2, 3, 9, 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z igłą okrągłą pogrubioną?

Odpowiedź 73

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 74

Pakiet 1, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej o długości 48mm?

Odpowiedź 74

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 75

Pakiet 1, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły ½ koła odwrotnie tnącej o długości 48mm?

Odpowiedź 75

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76

Pakiet 1, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej o długości 40mm lub 48mm?

Odpowiedź 76

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77

Pakiet 1, pozycja 13, pozycja 15 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź 77

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 78

Pakiet 1, pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej standardowej (bez określenia plastyczna z zakończeniem micro – point) ?

Odpowiedź 78

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79

Pakiet 1, pozycja 21, 27 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej standardowej (bez określenia plastyczna zakończenie micro-point)?

Odpowiedź 79

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 80

Pakiet 1, pozycja 24 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3 x 50cm?

Odpowiedź 80

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81

Pakiet 1, pozycja 25 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej standardowej (bez określenia plastyczna, zakończenie micro-point) w kolorze fioletowym?

Odpowiedź 81

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 82

Pakiet 1, pozycja 29, pozycja 30, pozycja 31 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej standardowej (bez określenia plastyczna z zakończeniem micro-point) o długości 12mm?

Odpowiedź 82

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 83

Pakiet 1, pozycja 33, 34 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej, wzmocnionej o długości 36mm?

Odpowiedź 83

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84

Pakiet 1, pozycja 35 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej, wzmocnionej o długości 36mm bez określenia (z czterema krawędziami tnącymi)?

Odpowiedź 84

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85

Pakiet 1, pozycja 36 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej, wzmocnionej o długości 40mm bez określenia (z czterema krawędziami tnącymi) z nitką o długości 90cm?

Odpowiedź 85

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86

Pakiet 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici naturalnych, niewchłaniających, plecionych, powlekanych silikonem, jedwabnych?

Odpowiedź 86

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 87

Pakiet 5, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź 87

Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 88

Pakiet 5, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 6/0 ?

Odpowiedź 88

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 89

Pakiet 5, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm z nitką o długości 75cm?

Odpowiedź 89

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90

Pakiet 11, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0”?

Odpowiedź 90

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 91

Pakiet 11, pozycja 4, pozycja 19, pozycja 22 - 27 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź 91

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 92

Pakiet 11, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 30cm, igła szpatuła podwójna?

Odpowiedź 92

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 93

Pakiet 11, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm?

Odpowiedź 93

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 94

Pakiet 11, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm lub 39mm z nitką o długości 75cm?

Odpowiedź 94

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 95

Pakiet 11, pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 5mm z nitką o długości 5mm?

Odpowiedź 95

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 96

Dotyczy wszystkich pakietów - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu oznaczenia grubości szwu na tzw. wewnętrznym nośniku szwu - kartoniku ?

Odpowiedź 96

Zgodnie z SIWZ.


Pytanie nr 97

Dotyczy wszystkich pakietów – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu opisu w języku polskim na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź 97

Zgodnie z SIWZ.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu **30.01.2018r.** roku na stronie internetowej Zamawiającego.


DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych
Jerzy Didyk
Zatwierdził

Otrzymują:

1. strona internetowa
2. a/a dokumentacja przetargowa

