



Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Polanica-Zdrój, dnia **03.04.2018r.**

L.dz. EZP.3820.106.2018

Znak sprawy **ZP/PN/2018/22- endoprotezy biodra**

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą endoprotez biodrowych dla potrzeb Oddziału Ortopedii Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A.

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2018/22 – endoprotezy biodra** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający, w pakiecie nr 1 dopuszcza zaoferowanie:

Pkt 1

Trzpień krótki, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu umożliwiającymi doskonałą stabilizację oraz osteointegrację. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 119 mm, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12;

Odpowiedź 1

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający, w pakiecie nr 1 dopuszcza zaoferowanie:

Pkt. 2 i 3

panewki hemisferycznej, bezcementowej typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, wkładek w całości metalowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-70mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru);

Odpowiedź 2

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający, w pakiecie nr 1 dopuszcza zaoferowanie:

pkt. 5 i 6

wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66, o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-66mm neutralna oraz z dziesięciostopniową reorientacją

Odpowiedź 3

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Pyt nr 1

Czy Zamawiający w zad nr 1 pkt 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie przez oferentów trzpienia przynasadowego o następujących parametrach technicznych :

Trzpień przynasadowy-Trzpień krótki przynasadowy typu monoblok, przynasadowy wykonany ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14 , w części bliższej napyłany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. Dwa typoszeregi- standardowy oraz o zwiększonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm w 13-u rozmiarach.

Trzpień prosty - Endoproteza bezcementowa, ze stopu tytanu , w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność .Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo - trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych . Trzpień min. w 11 rozmiarach ?

Odpowiedź 4

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Pyt nr 2

Czy Zamawiający w zad nr 1 pkt 2,3 wyrazi zgodę na zaoferowanie przez oferentów panewki bezcementowej o następujących parametrach technicznych :

Panewka bezcementowa - typu press-fitt w rozmiarach od 40 do 70 mm - uniwersalna do zastosowania zamiennie wkładki polietylenowej lub ceramicznej. Napyłanej czystym tytanem o porowatej strukturze . Panewka dostępna w trzech opcjach: bezotworowej, z trzema otworami na śruby mocujące, lub z 7-otworami. Otwór montażowy zamykany zaślepką. Panewka w kształcie spłaszczonej hemisfery ?

Odpowiedź 5

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Pyt nr 3

Czy Zamawiający w zad nr 1 pkt 5,6 wyrazi zgodę na zaoferowanie przez oferentów wkładu polietylenowego o następujących parametrach technicznych :

Wkład polietylenowy - z wysokousieciowanego polietylenu xlpe z dodatkiem Vitaminy E. Wkłady symetryczne, asymetryczne i z okapem dla głów do 36 mm. Wkłady polietylenowe dostępne dla panewek od 40 do 70 mm.

Odpowiedź 6

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Pyt nr 4

Czy Zamawiający w zad nr 1 pkt 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie przez oferentów głowy metalowej o następujących parametrach technicznych :

Głowa metalowa wykonana stop kuty kobaltowo- chromowy (coCrMo/iso 5832-12), konus 12 /14 mm śr 28 do 40 mm dł S, M, L, XL, XXI. ?

Odpowiedź 7

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Pyt nr 4

Czy Zamawiający w zad nr 1 pkt 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie przez oferentów śruby panewkowej o następujących parametrach technicznych ?

Śruba panewkowa o śr. 6,5mm w rozmiarze do 16 do 68 mm ze skokiem co rozmiaru co 2mm?

Odpowiedź 8

Zgodnie z SIWZ.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 03.04.2018r. roku na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych
Jerzy Dąbka

Zatwierdził

Otrzymują:

1. strona internetowa
2. a/a dokumentacja przetargowa

Sporządziła: Dominika Tust-Kopeć

