Specjalistyczne Centrum Medyczne
im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój
NIP 8831788549 REGON 020493961
tel. 74 862 11 00, fax 74 862 11 02
(14)

Polanica-Zdrój, dnia **19.11.2018 r.**

L.dz. EZP.3820.463.2018
Znak sprawy **ZP/PN/2018/64 – angiograf II**

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu medycznego - angiografu oraz adaptacji pomieszczeń istniejącej Pracowni Radiologii Zabiegowej dla Oddziału Kardiologicznego w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdroju

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2018/64 – angiograf II** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie nr 1
Dot. Załącznik nr 1, Przetwarzanie obrazu, pkt. 2:
Zamawiający wymaga „System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w stosunku do opisanego powyżej, działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań klinicznych opublikowanych nie wcześniej niż w 2013 roku."
Taki zapis jest próbą manipulacji, gdyż w nieuzasadniony sposób premiuje wykonawców oferujących angiografy firmy Philips, gdyż to ten producent wprowadził rozwiązania do redukcji dawki promieniowania dopiero od 2013r.
Zapis ten jednocześnie deprecjonuje doświadczenie i rozwiązania innych producentów, które zostały wprowadzone na rynek i udokumentowane przed 2013 rokiem. W rezultacie wykonawca oferujący kompleksowy, najbardziej zaawansowany na rynku pakiet rozwiązań redukujących dawkę promieniowania w angiografii nie otrzyma za niego punktów, ponieważ producent od wielu lat traktuje go jako standardowe wyposażenie swoich systemów. Dodatkowo prosimy zauważyć, że wykonawcy nie mają wpływu na liczbę ukazujących się publikacji naukowych i tematykę „niezależnych badań klinicznych".
Zamawiający powinien oceniać zaoferowanie określonych funkcjonalności, nie zaś moment ich wprowadzenia na rynek, czy formę potwierdzenia spełnienia danego kryterium. Inne działanie w oczywisty sposób godzi w zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i dodatkowo jest niezgodne z szeroko pojętym interesem Zamawiającego bo może wskazywać, że już na tym etapie zostało wybrane konkretne rozwiązanie.
Wnioskujemy zatem o zmianę treści parametru na: *„System redukcji dawki, działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu.".*
Odpowiedź: Zgodnie Z SIWZ

Pytanie nr 2
Dot. Załącznik nr 1, pkt. II.7:
Zamawiający wymaga zaoferowania płyty pacjenta o szerokości 50 cm.
Tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej ofery.
Wyjaśniamy, że do badań kardiologicznych stosowane są węższe płyty pacjenta o szerokości 45 cm umożliwiające operatorowi zajęcie pozycji bliżej pacjenta i pracę bez pochylania się nad pacjentem.
Dodatkowo zwracamy uwagę, że sam Zamawiający w pkt. II.13 wymaga materaca o szerokości 45 cm, a nie o szerokości 50 cm.
Prosimy o zmianę wymogu na: Szerokość płyty pacjenta min 45 cm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na szerokość płyty pacjenta min 45 cm

Pytanie nr 3
Pytanie dotyczy SIWZ
Zamawiający w rozdz. 7 pkt. 7.1.3 napisał, że na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca musi przedstawić:
„Wykaz wykonanych dostaw" – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz załączenie 3 dokumentów potwierdzających, że

dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w momencie gdy Wykonawca przedstawi wykaz dostaw obejmujący dostawy urządzeń medycznych do diagnostyki obrazowej np. rezonans magnetyczny czy tomograf komputerowy?

Odpowiedź: Tak Zamawiający uzna warunek za spełniony w momencie gdy Wykonawca przedstawi wykaz dostaw obejmujący dostawy urządzeń medycznych do diagnostyki obrazowej np. rezonans magnetyczny czy tomograf komputerowy

Pytanie nr 4

Pytanie dotyczy SIWZ

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie żąda wprost przedłożenia wraz z ofertą dokumentu JEDZ od Podwykonawców. Chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości przed terminem składania ofert, zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Wykonawcy nie mają obowiązku złożenia dokumentu JEDZ w odniesieniu do podwykonawców, jeśli Wykonawca nie zamierza powoływać się na ich zasoby. Na etapie składania ofert wskazanie podwykonawców ma jedynie charakter informacyjny, a ponadto podwykonawcy będą realizować jedynie część zamówienia, za którą ostatecznie odpowiedzialność ponosi Wykonawca składający ofertę. Konieczność przedłożenia dokumentacji podwykonawców nie udostępniających zasobów będzie stanowiło jedynie dodatkową pracę biurokratyczną dla Zamawiającego. W przypadku podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie się powoływać wymagane dokumenty, w tym JEDZ oczywiście zostaną przedłożone.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5

Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Statyw, pkt 1:

1	Mocowanie statywu na suficie lub podłodze	Tak

System mocowany na suficie charakteryzuje się dużo większą funkcjonalność (techniczną : 6 stopni swobody; medyczną : dostęp od strony głowy, ruch lateralny, długość pokrycia skanu bez przesuwania pacjenta, wolny dostęp do akcesoriów medycznych, kąty nachylenia statywu RAO/LAO/Caudal/Cranal, bolus i rozwiązania takie jak swing) niż system podłogowy, co ma szczególnie znaczenie w zaawansowanych zabiegach kardiologicznych. Nowoczesne sale zabiegowe tworzone są w sposób zapewniający zachowanie najwyższego poziomu czystości i sterylności. Dlatego też, priorytetem jest instalowanie wszelkich urządzeń na zawierzeniach sufitowych, gwarantujących łatwe mycie i dezynfekcje pomieszczenia. Dodatkowo, angiograf z ramieniem zawieszonym sufitowo pozwala na ustawienie pozycjonera w dowolnej pozycji, w zależności od wykonywanej procedury, możliwość odjechania pozycjonerem poza obręb stołu pacjenta dając dogodny dostęp do pacjenta z każdej strony stołu.

W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę wymagania rodzaju mocowania statywu angiografu z dowolnie wybranego przez oferenta mocowania podłogowego lub sufitowego. W obecnej formie zapisu- system podłogowy, mimo ograniczonej funkcjonalności w stosunku do zawieszenia sufitowego, jest znacząco faworyzowany i stoi na uprzywilejowanej pozycji w zakresie ogólnych kryteriów oceny ofert. Dostawca oferujący system podłogowy zdobędzie najwyższa liczbę punktów za czas realizacji umowy (okres wyłączenia pracowni hemodynamiki z użytku) oraz cena oferty będzie znacząco niższa od ceny ofert innych konkurentów, którzy rozpatrzą inne rodzaj mocowania statywu angiografu.

Domagając się równego traktowania wszystkich oferentów, wnosimy o zmianę powyższego wymagania Zamawiającego na „ mocowanie statywu na suficie".

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6

Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Statyw, pkt 9 i 10:

9	Pozycja parkingowa statywu, umożliwiająca nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron.	tak

10	Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej	tak

Czy Zamawiający uzna za równoważną, do opisanych wymogów - pozycję parkingową systemu angiograficznego realizowaną przez elektryczny ruch stopy stołu względem ramienia?

Odpowiedź: Tak Zamawiający uzna za równoważną, do opisanych wymogów - pozycję parkingową systemu angiograficznego realizowaną przez elektryczny ruch stopy stołu względem ramienia

Pytanie nr 7

Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Statyw, pkt 10:

Czy Zamawiający będzie premiował rozwiązanie polegające na ręcznym, bez używania silników, przesuwaniu ramienia do pozycji parkingowej z wbudowanym hamulcem po obu stronach ramienia uruchamianym manualnie? Pozwoli to Zamawiającemu otrzymać najlepsze rozwiązanie na rynku, a użytkownikowi zapewni szybsze odsuwanie ramienia do pozycji parkingowej w przypadku wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Prosimy o wprowadzenie :

9a	Ręczne bez używania silników przesuwanie ramienia do pozycji parkingowej z wbudowanym hamulcem po obu stronach ramienia uruchamianym manualnie	NIE	2 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Statyw, pkt 15:

15	System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją	tak

Czy Zamawiający będzie premiował pojemnościowe - bezdotykowe zabezpieczenie pacjenta przed kolizją polegające na unikaniu kolizji poprzez wykrywanie ciała pacjenta przez czujniki pojemnościowe w czasie rzeczywistym ?

Prosimy o wprowadzenie :

15a	Pojemnościowe - bezdotykowe zabezpieczenie pacjenta przed kolizją polegające na unikaniu kolizji poprzez wykrywanie ciała pacjenta przez czujniki pojemnościowe w czasie rzeczywistym	NIE	2 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Statyw, pkt 2:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści system z dedykowaną do badań kardioangiograficznych konstrukcją ramienia G o głębokości 105 cm, ze statywem ustawionym przy głowie pacjenta? Tego typu ustawienie jest podstawową pozycją statywu podczas badań kardioangiograficznych. Pozycja ramienia za głową pacjenta umożliwia również łatwy dostęp do wykonywania zabiegów w obrębie głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej i tętnic biodrowych oraz do pacjenta w przypadku konieczności wykonania reanimacji.

Wymóg ten uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej oferty z najnowszym na rynku rozwiązaniem do badań i zabiegów

kardioangiogaficznych.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10
Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Statyw, pkt 3:
Czy Zamawiający dopuści system z dedykowaną do badań kardioangiograficnych konstrukcją ramienia G, o obszarze badania pacjenta wynoszącym 115cm. Taki obszar jest wystarczający z punktu widzenia badań kardioangiograficznych do zobrazowania zarówno głowy, serca jak i uzyskania obrazu wkłucia do tętnicy biodrowej.
Wymóg ten uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej oferty z najnowszym na rynku rozwiązaniem do badań kardioangiogaficznych.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11
Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Statyw:
Na rynku oferowane są systemy z głębokością ramienia od ok 89 cm. Przyjęty sposób oceny nie uwzględnia przyznania punktów rozwiązaniom dedykowanym do badań kardioangiogaficznych, o konstrukcji powyżej 102 cm.
Prosimy o wyjaśnienie, czy zmawiający wprowadzi i będzie punktował w sposób odpowiadający rzeczywistym wartościom klinicznym systemu parametr:
,,Głębokość ramienia >102cm C- Tak- 1 pkt/ Nie – 0pkt "
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12
Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Stół pacjenta, pkt 9:

9	Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta nie większa niż ekwiwalent 1,5 mm Al	tak

Czy Zamawiający będzie premiował najniższą wartość pochłanialności blatu stołu pacjenta na całej jego długości obszaru badania? Parametr ten ma bezpośredni wpływ na obniżenie dawki promieniowania dla pacjenta i obsługi.

Prosimy o wprowadzenie:

9a	Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta nie większa niż ekwiwalent 0,9 mm Al	NIE	2 pkt

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 13
Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Stół pacjenta, pkt 8:

8	Długość płyty pacjenta min 220 cm

Długość blatu stołu ma duże znaczenie funkcjonalne. Oprócz większego zakresu badania, dowolnego pozycjonowania pacjenta na stole operator zyskuje miejsce na ułożenie dodatkowych akcesoriów wykorzystywanych w czasie zabiegu lub rozłożenie długich prowadników. Różnice w długości blatów pomiędzy systemami różnych firm wynoszą do kilkudziesięciu centymetrów.

Prosimy o wyjaśnianie czy Zamawiający w tak ważnym parametrze wprowadzi punktację za długość blatu stołu ? np.:

7a	Długość płyty pacjenta bez przystawki min 300 cm	NIE	2 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14
Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Generator i lampa RTG , pkt 14:

14	Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 5 MHU	NIE	2 pkt

Czy Zamawiający wprowadzi zmianę w premiowaniu parametru, który jest niezmiernie istotny ze względu na czas wykonywania procedur? Parametr ten ma bezpośredni wpływ na możliwość przegrzania lampy a co za tym idzie konieczność przerwania zabiegu.

Prosimy o zmianę wymagania na:

13a	Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 6 MHU	NIE	2 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15
Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Generator i lampa RTG :
Czy Zamawiający wprowadzi parametr premiowany, który jest niezmiernie istotny ze względu na czas wykonywania procedur? Parametr ten ma bezpośredni wpływ na możliwość przegrzania lampy a co za tym idzie konieczność przerwania zabiegu.

Prosimy o wprowadzenie:

14a	Pojemność cieplna kołpaka nie mniejsza niż 9 MHU	NIE	2 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16
Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Generator i lampa RTG , pkt 20:

20	Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych, min 3 stopnie, max filtr - odpowiednik co najmniej 0,9 Cu

Czy Zamawiający będzie premiował wartość dodatkowej filtracji promieniowania (wartość największą filtra) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych? Parametr ten wpływa bezpośrednio na ograniczenie dawki promieniowania wartość 0.9Cu - 0pkt; > 0,9pkt - 2 pkt

Prosimy o wprowadzenie :

20a	Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych, max filtr - odpowiednik co najmniej 1mm Cu	NIE	2 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17
Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Obrazowanie ,Detektor, pkt 1:

1	Płaski kardiologiczny detektor cyfrowy z efektywnym polem obrazowania o przekątnej min. 25cm max. 39cm

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie detektora cyfrowego z efektywnym polem obrazowania o przekątnej max 48 cm. Niniejszy detektor cechuje się 2480x1920 matrycą obrazowania z 16 bitową głębią, rozmiarem piksela 154 µm i DQE 77% przy 0 lp/mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza detektora cyfrowego z efektywnym polem obrazowania o przekątnej max 48 cm

Pytanie nr 18

Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Obrazowanie ,Detektor, pkt 1:

1	Płaski kardiologiczny detektor cyfrowy z efektywnym polem obrazowania o przekątnej min. 25cm max. 39cm

Zamawiający definiuje parametry wielkości detektora pomijając jednocześnie bardzo istotny z punktu widzenia ergonomii wykonywania procedur parametr dotyczący wielkości pól widzenia (FOV).

Prosimy o wprowadzenia parametrów z punktowaniem:

1a	Ilość pól obrazowania >4	NIE	2 pkt

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19

Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Obrazowanie ,Detektor, pkt 3:

3	Silnikowy, automatyczny (bez ingerencji obsługi) równoczesny obrót przysłony na lampie RTG oraz detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta (prostopadłej i / lub skośnej do osi wzdłużnej stołu) oraz przy obrocie stołu pacjenta – bez zmiany pola widzenia detektora

Zamawiający premiuje rozwiązanie mechaniczne a nie bierze pod uwagę nowoczesnego alternatywnego rozwiązania elektronicznego, Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie premiował także rozwiązanie równoważne polegające na elektronicznym obrocie obrazu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie premiował elektroniczny obrót obrazu.

Pytanie nr 20

Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Obrazowanie ,Fluoroskopia i akwizycja, pkt 9:

9	Wielopłaszczyznowa angiografia rotacyjna - automatyczny (bez ręcznego sterowania przez operatora) ruch statywu po zaprojektowanej trajektorii uwzględniającej zmienne odchylenia LAO/RAO i CRAN/CAUD; z możliwością zaprogramowania co najmniej 5 trajektorii	Nie	4

Tak zdefiniowany parametr nie zapewni Zamawiającemu otrzymanie najlepszego rozwiązania na rynku.

Prosimy o zmianę parametru na:

9	Funkcja rozszerzająca skan rotacyjny zapewniająca trójwymiarowy wgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych, ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii w projekcjach: LAO/RAO - CRAN/CAUD - RAO/LAO z możliwością zaprogramowania, co najmniej 5 trajektorii. Funkcjonalność potwierdzona w co najmniej 3 oficjalnych publikacjach,	Nie	4

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21
Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Obrazowanie ,Detektor, pkt 2 i Wymagania szczegółowe, Przetwarzanie obrazów, pkt 2:

2	Płaski kardiologiczny detektor cyfrowy, rodzaj materiału detektora: krystaliczny, ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego (Stosunek sygnału do szumu elektronicznego SENR detektora przy maks. 5 nGy min. 23 dB) i obrazowania dawką poniżej 20 nGy/impuls	Nie	25

2	System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w stosunku do opisanego powyżej, działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań klinicznych opublikowanych nie wcześniej niż w 2013 roku.	Nie	15

Zamawiający opisał w sposób szczegółowy parametry techniczne oraz funkcjonalne systemu angiograficznego , których zadaniem jest redukcja w czasie rzeczywistym dawki promieniowania, poprawiająca jakość obrazu oraz umożliwiająca obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania.

Opisane przez Zamawiającego parametry jednoznacznie wskazują również, na uzasadnione merytorycznie oczekiwanie Zamawiającego, na dostawę najbardziej zaawansowanych i najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie diagnostyki angiograficznej.

Redukcja dawki promieniowania w czasie rzeczywistym może być osiągnięta zarówno poprzez techniczną konstrukcję detektora, opisaną w wymaganiu Zamawiającego- lub poprzez algorytm bezpośrednio analizujący i dostosowujący dawkę promieniowania padającego i pochłoniętego przez pacjenta w systemie bezpośredniego przetwarzania obrazów.

W naszym mniemaniu, z punktu widzenia Zamawiający, najważniejszy jest cel wymogu – skuteczne obniżenie dawki promieniowania padającego i zaabsorbowanego przez pacjenta, najlepiej udokumentowane niezależnymi badaniami klinicznymi. Naszym zdaniem – Zamawiający, nie powinien rozróżniać w punktacji jakościowej niniejszego wymogu, w jaki sposób cel jest realizowany (poprzez konstrukcję techniczna detektora lub algorytm).

Dlatego też, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o ujednolicenie punktacji dla obu zapisów parametrów poprzez przyznanie im po 25 punktów jakościowych- w celu zagwarantowania sobie sytuacji, że oferenci rzeczywiście zaoferują swoje najbardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie redukcji dawki promieniowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22
Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Wymagania szczegółowe, Przetwarzanie obrazów, pkt 6:

6	Dynamiczny roadmap tętnic wieńcowych wyświetlany w czasie rzeczywistym, umożliwiający prowadzenie narzędzi na ruchomym obrazie tętnicy wieńcowej bez konieczności podawania środka cieniującego	Nie	3

Tak zdefiniowany parametr nie zapewni Zamawiającemu otrzymania najlepszego rozwiązania na rynku.

Prosimy o zmianę parametru na:

6	Dynamiczny roadmap wieńcowy umożliwiający nałożenie ruchomego obrazu tętnicy wieńcowej na obraz fluoroskopowy na żywo w taki sposób aby aktualnie wyświetlany obraz tętnicy był zgodny z jej aktualnym rzeczywistym położeniem w przestrzeni.	Nie	3

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23

Pytanie dotyczy załącznika nr 1, VII. Strzykawka automatyczna, pkt. 2

Czy Zamawiający uzna parametr *„Bezprzewodowe połączenie strzykawki z angiografem"* za spełniony jeśli wstrzykiwacz kontrastu będzie się łączył bezprzewodowo z modułem interfejsu (małą skrzynką podczepioną do stołu angiografu), który będzie połączony ze stołem angiografu za pomocą kabla ?

Proponowane rozwiązanie spełni wymogi Zamawiającego, gdyż nie będzie kabla pomiędzy angiografem, a strzykawką, który utrudniałby pracę.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 24

Pytanie dotyczy załącznika nr 1,VII. Strzykawka automatyczna

Czy Zamawiający przyzna 1 pkt jeśli strzykawka automatyczna do podawania kontrastu będzie pracowała w sposób w pełni bezprzewodowy (zasilanie akumulatorowe) ?

Uzasadnienie:

Strzykawka, której praca jest w pełni bezprzewodowa sprawi, że Zamawiający:

- będzie mógł przemieszczać strzykawki w dowolne miejsce,
- nie będzie musiał przykładać dodatkowej uwagi do tego, żeby nie spowodować awarii poprzez zahaczenie nogami o kabel zasilający strzykawki
- nie będzie mieć utrudnionej pracy z pacjentami wjeżdżającymi na salę na wózkach szpitalnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25

Pytanie dotyczy załącznika nr 1, Akcesoria, wyposażenie dodatkowe pkt 6:

Czy Zamawiający posiada wolne licencje na podłączenie angiografu cyfrowego do HIS/ RIS/PACS? Jeśli nie, to po czyjej stronie leży zakup niezbędnych licencji? Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego informacji dotyczącej obecnego systemu HIS/RIS i PACS (nazwa producenta, nazwa systemu, dane kontaktowe)

Odpowiedź: Zamawiający posiada licencje do podłączenia angiografu w zakresie archiwizacji badań i dostępu do badań w Pacs. System HIS: AMMS Asseco Poland S.A. kontakt: Krzywicka Dagmara tel. 508 016 912.System RIS / Pacs: Chazon / Expacs Pixel Technology kontakt: Lewandowski Piotr tel. 510 087 971.

Pytanie nr 26

Pytanie dotyczy zapisów SIWZ:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o wyjaśnienia : po czyjej stronie leży demontaż obecnego angiografu zainstalowanego w pracowni hemodynamiki? Jeśli po stronie oferenta, to proszę o określenie warunków demontażu, rodzaju przeprowadzenia demontażu, ewentualne wskazanie miejsca składowania oraz określenia po czyjej stronie leżą koszty wykonania wszystkich powyższych prac?

Odpowiedź: Demontaż istniejącego angiografu leży po stronie Zamawiającego

Pytanie nr 27

Pytanie dotyczy załącznika nr 7, § 6 Gwarancja, pkt 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu *„Reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywane będą przez Wykonawcę w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy w terminie 7 dni, na koszt Wykonawcy.* Na: *Reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywane będą przez Wykonawcę w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia.*

W przypadku uznania reklamacji - wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części/ modułu towaru lub wymienić cały towar. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 7 dni (od pon. do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych) oraz max. 10 dni (od pon. do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych) – w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, licząc od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie"

Odpowiedź: Tak Zamawiający zmieni zapis na w/w treść w § 6 Gwarancja, pkt 6

Pytanie nr 28

Pytanie dotyczy załącznika nr 7, § 7 Kary umowne, pkt 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kar umownych na:

- *zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym w par. 4 ust.1 powyżej, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, ,*
- *zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji niezależnie od trybu, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,*
- *odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 umowy,*
- *brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki,*
- *nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki,*
- *nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki,*
- *brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki.*

b. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za:

- *zwłokę w rozpoczęciu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być rozpoczęty,*
- *odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 umowy.*

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, kary umowne są sformułowane zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego

Pytanie nr 29

Pytanie dotyczy zapisów SIWZ pkt 10, ppkt 10.1

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora lub wykonawcę oświadczenia dotyczącego parametrów technicznych, które nie znajdują się w folderach technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 30

Pytanie dotyczy zapisów SIWZ pkt 10, ppkt 10.4

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia instrukcji obsługi w języku polskim wraz z ofertą przetargową. Dokument może być dostarczony wraz z urządzeniem w trakcie realizacji umowy. Wszystkie wymagane parametry techniczne znajdą potwierdzenie w katalogach, ulotkach lub oświadczeniach producenta/autoryzowanego dystrybutora/wykonawcy.

Odpowiedź: Tak dokument może być dostarczony wraz z urządzeniem w trakcie realizacji umowy, ale musi być podany termin do kiedy dostarczy wykonawca instrukcję w języku polskim

Pytanie nr 31

Pytania dotyczące prac adaptacyjnych:

1. Zwracamy się z prośbą o podanie miejsca włączenia kabla zasilającego do angiografu?

Odpowiedź: W pomieszczeniu technicznym RG angiograf D4

2. Czy Zamawiający planuje podać zasilanie rezerwowe? Jeśli tak, to jaka moc jest dostępna?

Odpowiedź: Nie planuje się zasilania rezerwowego angiografu

3. Czy Zamawiający wymaga dostawy UPS-ów dla systemu i stacji opisowych. Ze względu na duże gabaryty i ciężar szaf UPs-a dla systemu angio należy przewidzieć i wskazać miejsce ich lokalizacji. Elementy te nie są elementami składowymi systemu angiograficznego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy UPS-ów zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ rozdz. VIII

pkt. 3 oraz w załączniku nr 11 do SIWZ pkt g. Lokalizacja szaf UPS możliwa jest w pomieszczeniu technicznym D4 lub rozdzielni głównej w piwnicy budynek D

4. Czy w ramach prac adaptacyjnych w pomieszczeniu badań przewidywane są dodatkowe meble szafy wnękowe lub elementy wyposażenia wnętrz ?
Odpowiedź: Nie, wyposażenie meblowe w pomieszczeniu badań nie jest ujęte w pracach adaptacyjnych

5. Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje montażu filtrów HEPA w układzie istniejącej wentylacji? Prosimy również o podanie parametrów obecnej centrali i wyniki pomiarów jej wydajności.
Odpowiedź: Tak Zamawiający oczekuje wymiany istniejących central na nowe zgodnie z przedstawiona w SIWZ specyfikacja

6. Które pomieszczenia w obrębie pracowni przewidziane są do remontu/adaptacji ?
Odpowiedź: Pomieszczenia D1, D2, D3, D4, D5, D6

7. Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie uzyskanie pozwolenia w Sanepidzie na uruchomienie pracowni angiograficznej?
Odpowiedź: Po stronie Zamawiającego

8. W przypadku konieczności dołożenia dodatkowych gniazd teleinformatycznych prosimy o wskazanie najbliższego dostępnego miejsca szafy krosowej.
Odpowiedź: Szafa krosownica zlokalizowana jest w piwnicy Budynku D. Długość trasy kablowej do 40 mb

9. Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio nad pomieszczeniami aparatu w celu ewentualnej ingerencji w strop przy wykonaniu konstrukcji zawieszenia sufitowego? Prosimy o przedłożenie dokumentacji wykonawczej stropu nad i pod pomieszczeniami przeznaczonymi do adaptacji.
Odpowiedź: Tak

10. Prosimy o wskazanie miejsca możliwego montażu jednostek zewnętrznych w planowanym nowym układzie klimatyzacji pomieszczenia technicznego i sterowni.
Odpowiedź: Montaż jednostek zewnętrznych planowany jest na dachu budynku w miejscach istniejących

Pytanie nr 32
Dot. Załącznik nr 1, IV Obrazowanie, pkt. 2

1. Zamawiający ocenia zaoferowanie 'Płaski kardiologiczny detektor cyfrowy, rodzaj materiału detektora: krystaliczny, ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego (Stosunek sygnału do szumu elektronicznego SENR detektora przy maks. 5 nGy min. 23 dB) i obrazowania dawką poniżej 20 nGy/impuls ' przyznając za zaoferowanie takiego detektora 25 pkt.
   Detektory krystaliczne pozwalają na olbrzymią redukcję dawki promieniowania rtg wymaganego do obrazowania pacjenta w stosunku do tradycyjnych rozwiązań w tym zakresie co jest bez wątpienia bardzo korzystne i dla pacjentów i personelu pracującego przy aparacie.
   Jako kryteria oceny Zamawiający przyjął m.in. Cena – 60% i Warunki techniczne - 20%.
   Przy takich kryteriach oceny oferty zaproponowana przez Zamawiającego ilość punktów za zaoferowanie tego unikalnego detektora w żaden sposób nie zachęca do zaoferowania tego rozwiązania ponieważ nie kompensuje kosztów nowej technologii.
   Przez technologię rozumiemy zupełnie inny aparat ,nie posiadający swojego odpowiednika na rynku, - nie tylko detektor- niż dotychczas oferowane n ponieważ wykorzystanie możliwości innowacyjnego detektora wymaga wykorzystywania zupełnie nowego, innowacyjnego systemu akwizycji i obróbki danych .
   Czy Zamawiający mając zatem na uwadze innowacyjność tego rozwiązani a oraz olbrzymie korzyści pacjentów – najniższa możliwa aktualnie do uzyskana dawkę jak otrzymają podczas zabiegu – i personelu zwiększy punktację za zaoferowanie detektora krystalicznego do 60 pkt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzeni, że wyrazi zgodę na zamontowanie wszystkich elementów systemu angiograficznego, tj. ramienia C, stołu pacjenta, zawieszenia monitorów, zawieszenia górnej osłony Rtg wraz z lampą operacyjną, w miejscach, w których znajdują się te elementy obecnie. Jeżeli Zamawiający oczekuje jakiejkolwiek zmiany lokalizacji aparatu lub jego elementów – prosimy o dookreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie wszystkich elementów systemu angiograficznego, tj. ramienia C, stołu pacjenta, zawieszenia monitorów, zawieszenia górnej osłony Rtg wraz z lampą operacyjną, w miejscach, w których znajdują się te elementy obecnie, pod warunkiem spełnienia wymogu określonego w zał nr 1 do SIWZ pkt V.3 tj. „Zawieszenie sufitowe wspólne wszystkich monitorów w sali badań z możliwością umieszczenia zarówno po lewej (tradycyjnie) jak i po prawej stronie stołu"

3. Prosimy Zamawiającego o publikowanie istniejącego projektu stałych osłon Rtg.

Odpowiedź: Wykonanie projektu osłon stałych Zamawiający zleci na własny koszt. W związku z powyższym anulujemy zapis pkt. IX. 6 zał. nr 1 do SIWZ

4. Prosimy Zamawiającego o opublikowanie dokumentacji dotyczącej istniejących wzmocnień stropu i konstrukcji wsporczych w pomieszczeniu D2.

Odpowiedź: Zamawiający opublikował posiadaną dokumentacje w formie załączników graficznych do SIWZ

5. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w jakim celu należy zdemontować istniejące sufity podwieszane w pom. D1 i D5. Czy Zamawiający wymaga ich wymiany na nowe? Czy w przypadku braku konieczności ich demontażu w celu zainstalowania nowego angiografu, Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? (dot. zał. 11 do SIWZ, pkt. 2 d.)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany sufitu podwieszanego w pomieszczeniach D1, D2, D5

6. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie konieczności wymiany) medycznego transformatora (transformatorów) separacyjnego wraz z układem zabezpieczeń i sygnalizacji o mocy odpowiedniej dla zainstalowanego w pracowni sprzętu jednak nie mniejszej jak 10kW. (dot. zał. 11 do SIWZ, pkt. 2 g.)

Odpowiedź: Tak zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ, pkt g

7. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy będzie wymagał dostawy drzwi przesuwnych automatycznych (dot. zał. 11 do SIWZ, pkt. 2 k.)

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga wymiany istniejących drzwi na nowe

8. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w przypadku braku ingerencji w wykładziny w pom. D2, D3, D5, D4 mimo wszystko będzie wymagał wymiany wykładziny na nową. (dot. zał. 11 do SIWZ, pkt. 2 l.)

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga wymiany wykładziny na nową

9. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie konieczności zainstalowania filtra absolutnego wraz z obudową w pomieszczeniu sterowni oraz konieczność wykonania regulacji i pomiarów wentylacji.

Odpowiedź: Tak Zamawiający potwierdza konieczności zainstalowania filtra absolutnego wraz z obudową w pomieszczeniu sterowni oraz konieczność wykonania regulacji i pomiarów wentylacji

10. Dotyczy załącznika nr 7 wzór umowy § 6 ust.4
Czy Zamawiający potwierdza że ma na myśli dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 33

Dotyczy załącznika nr 7 wzór umowy § 6 ust.4

Prosimy o ujednolicenie zgodnie z załącznikiem nr 1, część X Warunki gwarancji i serwisu pkt 3 że w wymienionym czasie powinno nastąpić rozpoczęcie naprawy.
W przypadku braku zgody na powyższe to czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą? Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Tak § 6 ust.4 otrzymuje brzmienie *„Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy sprzętu w terminie 72 godz. od zgłoszenia konieczności naprawy"*

Pytanie nr 34

Dotyczy załącznika nr 7 wzór umowy § 6 ust.6

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z powyższego zapisu. Oferowane urządzenie jest dużym, stacjonarnym aparatem wyprodukowanym na indywidualne zamówienie Zamawiającego, montowanym na stałe w wyznaczonym miejscu i nie ma możliwości dostarczenia urządzenia zastępczego o tych samych parametrach w podanym czasie. Wstawienie aparatu zastępczego wymagałoby zdemontowania aparatu uszkodzonego, instalacji aparatu zastępczego, jego uruchomienia i skalibrowania, wykonania odpowiednich testów oraz dokonania odbiorów. Dostarczenie elementu zastępczego mieści się w rutynowej procedurze naprawczej Wykonawców. Ponadto interesy Zamawiającego są wystarczająco zabezpieczone poprzez przewidziane kary umowne oraz przedłużenie okresu gwarancji.

Odpowiedź: Tak wykreślony zostaje zapis *„W przypadku uznania reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy w terminie 7 dni, na koszt Wykonawcy"*

Pytanie nr 35
Dotyczy załącznika nr 7 wzór umowy § 6 ust.8

Prosimy o ograniczenie postanowienia w ust. 8 do wskazania, że warunki przeglądów pogwarancyjnych strony określą w odrębnym porozumieniu. Ani przedmiot niniejszego zamówienia, ani druk oferty nie zawierają żadnych postanowień dot. serwisu pogwarancyjnego.
Zwracamy również uwagę, ze usługi serwisu pogwarancyjnego mogą być świadczone w różnych zakresach i tym samym dopiero odrębne postępowanie Zamawiającego na serwis pogwarancyjny pozwala doprecyzować oczekiwany zakres i tym samym – dopasować do niego proponowaną cenę oferty na takie odrębne zamówienie publiczne.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36
Dotyczy załącznika nr 7 wzór umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:
„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte :
a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)
c. materiały eksploatacyjne."?
Odpowiedź: Tak Zamawiający doda treść w/w jako 12 ustęp do § 6

Pytanie nr 37
Dotyczy załącznika nr 7 wzór umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:
„Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju przedmiotu umowy."?
Odpowiedź: Tak Zamawiający doda treść w/w jako 13 ustęp do § 6

Pytanie nr 38
Dotyczy załącznika nr 7 wzór umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:
„Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji."?
Odpowiedź: Tak Zamawiający doda treść w/w jako 14 ustęp do § 6

Pytanie nr 39
Dotyczy załącznika nr 7 wzór umowy § 8 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:
„Kary będą naliczane w następujących przypadkach:
a. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym w par. 4 ust.1 powyżej, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, **jednak łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ust. 1**
- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji niezależnie od trybu, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, **jednak łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ust. 1**
- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 umowy, **jednak łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ust. 1**
- brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, **jednak łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ust. 1**
- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, **jednak łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ust. 1**

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, **jednak łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ust. 1**
- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, **jednak łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ust. 1"?**

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Odpowiedź: Nie Zamawiający niw wyraża zgody na zmianę, kary umowne są sformułowane prawidłowo oraz zgodne z przepisami prawa

Pytanie nr 40

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, par. X, pkt. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby "czas przystąpienia do naprawy" uwzględniał zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bądź zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych informacji?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę, aby czas przystąpienia do naprawy uwzględniał zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bądź zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych informacji

Pytanie nr 41

Dotyczy punktu 10, podpunkt 10.1 i 10.3 SIWZ:

Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach lub które uległy modyfikacji od czasu wydania katalogu/ulotki, oświadczeniem Wykonawcy, Producenta lub Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42

Dotyczy punktu 10, podpunkt 10.4 SIWZ:

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączania instrukcji do ofert na rzecz dostarczenia jej wraz z dostawą aparatu.

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę na proponowane warunki

Pytanie nr 43

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy." Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 44

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 45
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?
1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty') bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,
(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz
(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz
(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.
2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).
4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.
6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.
7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.
Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Ponadto Zamawiający zamieści na stronie www.bip.scm.pl zaktualizowany załącznik nr 7 wzór umowy

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu **19.11.2018 roku** na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalistyczne Centrum Medyczne
im. św. Jana Pawła II Sp. z o.o.
DYREKTOR
ds. Administracyjno-Technicznych
Jerzy Didyk

Otrzymują:
- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów