



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia 07.02.2019 r.

L.dz. EZP.3820.98.2019

Znak sprawy ZP/PN/2019/04-opatrunki

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup wraz z dostawą i rozładunkiem wyrobów medycznych, opatrunków, zestawów do zabiegów dla zabezpieczenia pracy oddziałów i poradni Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.**

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego ZP/PN/2019/04 – opatrunki zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1, pakiet nr 3, poz. 4-6

Poz. nr 4-6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku samoprzylepnego, chłonnego bez warstwy srebra do ran z obfitym wysiękiem w rozmiarach wskazanych przez Zamawiającego tj. 10cmx6cm, 7,2cmx5cm, 10cmx8cm? Naszą prośbę motywujemy tym, że opisany przez Zamawiającego opatrunek został wycofany z produkcji.

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, pakiet nr 4, poz. 1

Poz. nr 1 - czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jałowej serwety operacyjnej spełniającej wymagania SIWZ po praniu technologicznym oraz po praniu wstępnym produktu finalnego?

Odpowiedź 2: Tak.

Pytanie 3, pakiet 4, poz. 2-3, 6-9

Poz. nr 2-3, 6-9 - W celu zapobiegania rozsypywania się kompresów w czasie otwierania podczas zabiegu oraz w celu ułatwienia liczenia czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane kompresy były przewiązane po 10 sztuk?

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, pakiet 5, poz. 2-10

Poz. 2-10 - czy Zamawiający oczekuje akcesoriów do podciśnieniowego leczenia ran do urządzenia obecnie posiadanego i używanego w szpitalu typu VIVANO TEC?

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, pakiet 5, poz. 2

Poz. 2 - czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jałowego opatrunku spełniającego wymagania SIWZ w postaci białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżonej sterylną wodą?

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6, pakiet 5, poz. 5

Poz. 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kanistra do terapii podciśnieniowej kompatybilnego z zestawem o pojemności 800 ml?

Odpowiedź 6: Tak.

Pytanie 7, pakiet 13, poz. 1

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6 min.?

Odpowiedź 7: Tak.

Pytanie 8, pakiet 13, poz. 2-5

Poz. nr 2-5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6 min.?

Odpowiedź 8: Tak.

Pytanie 9, pakiet 13, poz. 1-5

Poz. nr 1-5 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na tekturowy rulonik (ulegający biodegradacji) ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski?

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10, pakiet 13, poz. 1-5

Poz. nr 1-5 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych, które charakteryzują się czasem zanurzenia (aktywacji) w czasie 3 sekund? Informacja potwierdzona kartą danych technicznych wyrobu wydaną przez producenta.

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 11, pakiet 13, poz. 3

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej w rozmiarze 3 m x 14 cm?

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12, pakiet 17, poz. 1

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji o następującym składzie:




1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta do obustronnej operacji kończyn z padem chłonnym z samousz- czelniającym otworem (Ø 3 cm)	320 x 225
1 serweta nieprzylepna	100 x 150
1 uchwyt Velcro	2 x 23
Opakowanie dodatkowe - papier krepowy	

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13, pakiet 17, poz. 2

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego spełniającego wymogi normy w SIWZ oraz o następującym składzie:




1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta do zabiegów w chirurgii biodra z padem chłonnym i z workami (typu all-in-one). Otwór przylepny 21 x 32 cm,	335 x 280
1 serweta nieprzylepna	150 x 200
2 samoprzylepne serwety operacyjne	75 x 75
1 osłona na kończynę	35 x 120
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14, pakiet 17, poz. 3

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na głowie, szyi spełniającego wymogi normy w SIWZ oraz o następującym składzie:



1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym, typu "U" (10 x 60 cm)	225 x 280
1 serweta typu turban	65 x 100
	75 x 90
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15, pakiet 17, poz. 1-3

Poz. nr 1-3 – czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą? Przedstawiony przez nas dokument potwierdza, iż zaoferowane zestawy operacyjne produkowane są w zwalidowanym procesie co daje nam gwarancję jakości produktu.

Odpowiedź 15: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16, pakiet 17, poz. 1-3

Poz. 1-3 – czy Zamawiający oczekuje aby zewnętrzne opakowania transportowe posiadały system otwierania bez konieczności użycia jakichkolwiek (w tym ostrych) narzędzi?

Odpowiedź 16: Zgodnie z SIWZ.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamieszczone zostały w dniu **07.02.2019 r.** na stronie internetowej Zamawiającego.

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów

Z poważaniem

Specjalistyczne Centrum Medyczne
Im. św. Józefa Pawła II S.A.
DYREKTOR
ds. Administracyjno-Technicznych
Jerzy Duda